



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10  
dzp@ump.edu.pl

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail:

L. dz. DZP- 641 /20

Poznań, dnia 06.10.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa

**Dotyczy: PN-73/20** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z podziałem na 3 części

W związku z pytaniami dotyczącym prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmian:

Część 3 – generator azotu

1. Czy Zamawiający wymaga sprężarki powietrza, która jest konieczna do poprawnej pracy każdego generatora azotu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje w pełni funkcjonalnego generatora azotu ze wszystkimi niezbędnymi elementami.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora azotu o wadze 220 kg?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora azotu o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 132 x 44 x 110 cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym polega możliwość rozbieżności w dokładności ciśnienia  $\pm 0,5\%$  od ciśnienia 0,0 bar ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający omyłkowo wpisał ciśnienie 0,0 bar, w związku z powyższym zamieszcza aktualny opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Części nr 3.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy Pzp dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert z:

Składanie ofert: 07.10.2020 r. godz. 9:00

Otwarcie ofert: 07.10.2020 r. godz. 9:10

na:


Składanie ofert: 09.10.2020 r. godz. 9:00

Otwarcie ofert: 09.10.2020 r. godz. 9:10

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ORGANIZACYJNYCH

  
mgr inż. Małgorzata Jędrzejko

44