

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 24.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2, 3, 15, 18, 23

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 48 mm, okrągłą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną bez krótkiego końca tnącego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1, 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm, 3/8 koła, konwencjonalnie tnącą, kosmetyczną, II generacji, dwuwkłęsłą, długość nici 45 cm, grubość nici 3/0?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 14, poz.1

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający w kolumnie ilość opakowań ma na myśli 20 saszetek po 2,5 g, czy ma na myśli ilość opakowań? W przypadku wyceny za opakowanie czy Zamawiający dopuści 20 opakowań po 12 sztuk?

Odp. Opakowania, Zamawiający dopuszcza 20 opakowań a 12 sztuk.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek