

Ząbki, dnia 09.10.2024 r.

**ZAMAWIAJĄCY**  
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.  
ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych, środków opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, drobnego sprzętu medycznego oraz artykułów stomatologicznych na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

**Znak sprawy: DZP.26.13.2024**

Do Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

**1. Pytanie nr 8 z dnia 08.10.2024 r**

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków postępowania zwracamy się z pytaniem:

1. Pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o spektrum działania: B - 30 sek., F ( *C.albicans* ) - 1 min., Tbc ( *M.terrae* ) - 5 min., V ( HIV/HBV/HCV, Vaccinia - 30 sek. i Noro - 5 min. ), preparat z końcówką spryskującą, spełniającego pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

2. Pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu myjąco-dezynfekującego na bazie kompleksu 3 enzymów ( proteaza, lipaza, amylaza ), chlorku didecyldimetyloamonowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo czynnych, związków chelatujących, o spektrum działania w czasie 10 minut w stężeniu 0,5% : B, F ( *C.albicans* ), V ( HIV/HBV/HCV, Vaccinia, Herpex Simplex ) oraz z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc ( *M.terrae* ) w czasie 10 minut, z możliwością używania roztworu roboczego do 72h, konfekcjonowany w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

3. Pozycja 9 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające etanol i 2-propanol wg wskazań Zamawiającego. Wykazujące skuteczność wobec: B, F ( A.niger ), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze ( M.terrae - 15 min. ). Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: 18 cm x 20 cm. Kryteria jakościowe: Badania dermatologiczne potwierdzające dobrą tolerancję skórą - potwierdzone badaniem ( z pozytywnym wynikiem ). Potwierdzenie możliwości użycia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG - oświadczenie producenta. Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniu typu flow-pack - 100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejsze Odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część dokumentów zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu

Roman Jędrzejczak