



Grudziądz, dnia 08.08.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP- 1299/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników na dostawy materiałów szewnych (znak sprawy: Z/34/PN/22).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy **materiałów szewnych (znak sprawy: Z/34/PN/22)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy Zad. 30. Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuścić chirurgiczną niewchłaniającą nylonową igła 2x 6,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy Zad. 27:


Czy Zamawiający dopuścić chirurgiczną monofilamentową niebieską długość igły 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuścić szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, polidiodksanon, o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz profilu podtrzymywania tkankowego 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 42 dniach?



Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 14 dopuści nić o dł. 45cm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 15 dopuści nić o dł. 45cm z igłą o dł. 2x 9mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 6:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 17 dopuści nić o dł. 45cm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 7:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 17 dopuści krzywizną igły 3/8 koła? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 8:

Pytanie dot. Zadania nr 20:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek do Zadania nr 20 z uwagi na zbyt wysoki koszt próbek oraz fakt, że Zamawiający korzystał już z materiałów szewnych oferowanych przez Wykonawcę.



Ponadto, zgodnie z nakazem producenta materiałów szewnych, produkty, które są dostarczane w pudełkach zawierających wiele sztuk, mogą być dostarczane/sprzedawane wyłącznie w pełnych pudełkach, ponieważ pojedyncze wyroby wyjęte z opakowań zbiorczych nie spełniają wymogów prawnych dotyczących dystrybucji/sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 oraz treści SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 9:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4, §4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „... od daty jej otrzymania” na „... od daty jej uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 10:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w treści § 5 ust. 10 nie występuje zapis, który przytacza Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 12:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów ogólnych warunków umowy § 6 ust. 3:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

3) z tytułu braku dostawy towaru przez Wykonawcę, zwłoki w dostawie lub dostawy towaru niezgodnej z zamówieniem – 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru lub wartości partii towaru niezgodnej z zamówieniem za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub zwłoki w dostawie towaru zgodnego z zamówieniem, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii towaru lub wartości partii towaru niezgodnej z zamówieniem

4) z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z wykonania (nabycia) zastępczego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 0,5 % wartości netto towaru zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy);

5) z tytułu zwłoki w wymianie reklamowanego, wadliwego towaru na towar wolny od wad w stosunku do terminów określonych w § 4 – 0,5 % wartości netto części dostawy, w której znajdowały się wadliwe towary za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 13:

Zadanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbki z poz. Nr 2 w miejsce próbki z poz. Nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 oraz treści SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 14:

Czy Zamawiający w zakresie zadania 4 w pozycjach 1 – 8 wymaga zaoferowania: nici syntetycznych, plecionych, wykonanych z kopolimeru 90% glikolidu i 10% l-laktydu (glikolid i l-laktyd 90/10), powlekanych kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 30-35/65-70) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 56-70 dni, wytrzymałość początkowa węzła na zerwanie 140%, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, 10% początkowej siły podtrzymania tkanki po 35 dniach, wymagane igły silikonizowane o zwiększonej odporności?



Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 15:

Czy Zamawiający w zakresie zadania 18 w pozycji 1 wymaga zaoferowania: staplera jednorazowego użytku - typ zszywki: szeroka, powleczona teflonem, grzbiet: 6,9 mm, nóżka: 4,2 mm, grubość 0,58 mm, ilość zszywek: nie więcej niż 40 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 16:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 1 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 17:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 1 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 18:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 19:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 20:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 10, 11 i 13

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycjach nr 10, 11 i 13 dopuści igłę okrągłą nie wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 21:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 12

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 6 Pozycję nr 12?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 22:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 15

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 15 dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 23:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 16 dopuści igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?



Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 24:

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 17 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 25:

Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 1 - 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, Pozycjach nr 1 - 12 dopuści igły nie spłaszczone w części imadłowej wykonane z najnowocześniejszej stali nierdzewnej A300 z powłoką silikonową utrzymującą ostrość i regularność penetracji igły, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 26:

Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 1 - 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, Pozycjach nr 1 - 12 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 9,

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 dopuści nici chirurgiczne niewchłaniające, syntetyczne polipropylenowe bez dodatku polietylenu, jednowłóknowe pakowane na prosto o zmniejszonej pamięci skrętu, średnica igły taka sama jak średnica nici (ratio 1:1)?



Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 28:

Dotyczy Zadania nr 9, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9, Pozycji nr 1 dopuści igłę o długości 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 29:

Dotyczy Zadania nr 10, Pozycji nr 9 - 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, Pozycjach nr 9 - 10 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 30:

Dotyczy Zadania nr 10, Pozycji nr 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 11 dopuści igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.


Zapytanie nr 31:

Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 dopuści nici chirurgiczne niewchłaniające, syntetyczne poliestrowe, plecione, powleczone silikonem?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 32:

Dotyczy Zadania nr 14, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14, Pozycji nr 4 dopuści długość nici 8 x 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 33:

Dotyczy Zadania nr 14, Pozycji nr 10-11

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 14 Pozycje nr 10-11 ?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 34:

Dotyczy Zadania nr 14, Pozycji nr 10-11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14, Pozycjach nr 10-11 dopuści nie o długości 250 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 35:

Dotyczy Zadania nr 20, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 1 dopuści klips tytanowy o długości: klipsa otwartego 3,0 mm, klipsa zamkniętego 3,6 mm i szerokości klipsa otwartego 4,2 mm , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Po weryfikacji treści zapytania Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie dotyczy zadania 22 poz. 1

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 36:

Dotyczy Zadania nr 20, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 2 dopuści klips tytanowy o długości: klipsa otwartego 4,8 mm, klipsa zamkniętego 5,6 mm i szerokości klipsa otwartego 5,8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Po weryfikacji treści zapytania Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie dotyczy zadania 22 poz. 2.

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 37:

Dotyczy Zadania nr 24, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 24, Pozycji nr 1 dopuści długość igły 75 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 38:

Dotyczy Zadania nr 30, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 30, Pozycji nr 2 dopuści długość igły 2 x 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 we wnioskowanym zakresie jak poniżej

Zapytanie nr 39:

Zadanie 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.



Zapytanie nr 40:

Zadanie 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających 35 zszywek w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm lub 7,2mm x 4,9mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 41:

Zadanie 26 - Czy Zamawiający dopuści szwy z polidoksanonu, wchłaniające w okresie 180-210 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 42:

Zadanie 26, pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 43:

Zadanie 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą 2 x 16mm ½ koła okrągłą?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 44:

Zadanie 30, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 7mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.



Zapytanie nr 45:

Zadanie nr 2, poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku antyseptyku - triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 46:

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku antyseptyku - triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 47:

Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 48:

Zadanie nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.


Zapytanie nr 48:

Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 49:

Zadanie nr 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez rurki winylowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wykreślenie pozycji 8 z Zadania nr 11?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 49:

Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o czasie wchłaniania 90-120 dni, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 50:

Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające w czasie ok. 42 dni, syntetyczne, zbudowane z kwasu glikolowego, plecione?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 51:

Zadanie nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą 2 x RS 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 52:

Zadanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające w okresie 180-210 dni, monofilamentowe, syntetyczne, wytwarzane z polidiodksanonu?



Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 53:

Zadanie nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą prostą podwójną o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 2 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 54:

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust 4 Załącznika nr 4 do SWZ („Umowa”) poprzez wskazanie, że Zamawiający wymieni towar na pełnowartościowy lub uzupełni braki w dostawie w terminie do 4 dni roboczych. Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie zgodności z § 4 ust. 8, zgodnie z którym Wykonawca ma w praktyce 4 dni na dokonanie wymiany (2 dni na ocenę reklamacji a następnie dwa dni na wymianę). Mając na uwadze, iż wymiana, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy oraz § 4 ust. 8 Umowy może dotyczyć wad jakościowym – zasadnym będzie ujednoczenie terminów na podjęcie wymaganych działań?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 55:

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie kary umownej wskazanej w § 6 ust. 3 pkt. 4 Umowy. Wykonawca nadmienia, że niezasadne rozszerzanie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy (co w ocenie Wykonawcy ma miejsce w niniejszej sytuacji z uwagi na podwójne sankcjonowanie zakupu zastępczego poprzez obowiązek uiszczenia kary umownej oraz obowiązek dopłaty różnicy cen) mające wpływ na konkurencyjność postępowania oraz naruszenie zasady równości stron może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO 983/18, KIO 980/18)?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



Zapytanie nr 56:

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację kary umownej wskazanej w § 6 ust. 3 pkt. 5 Umowy poprzez wskazanie, iż kara 1 % będzie naliczana względem wartości towaru objętego reklamacją. Wykonawca nadmienia, iż rozszerzenie przedmiotowej kary umownej (poprzez jej naliczanie w odniesieniu do wartości towarów, które nie są wadliwe) stanowi istotne rozszerzenie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy mające wpływ na konkurencyjność postępowania oraz naruszenie zasady równości stron?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż dokonał **modyfikacji** treści Załącznika nr 4 do SWZ we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie nr 57:

Dotyczy Zadanie 8

- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści szew długości 45 cm, bądź nić grubości 3/0, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
- Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści szew długości 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zapytanie nr 58:

Zadanie 11:

- Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści szew z igłą 1/2 koła, podwójną okrągło-tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
- Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści szew grubości 3/0 z igłą 31mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
- Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści szew chirurgiczny niewchłaniany, syntetyczny poliamidowy, jednowłóknowy, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.



MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **materiałów szewnych (znak sprawy: Z/34/PN/22), w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wykreśla się dotychczasową treść rozdziału IX ust. 1, pkt e) myślnik trzeci i zastępuje następującą:
 - próbki oferowanego asortymentu dla pozycji i w ilościach wskazanych w formularzu cenowym
 - w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów złożonych w niniejszym postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ – dotyczy zadania: **od 1 do 19, od 21 do 30.**
- w treści Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ wykreśla się dotychczasową treść § 6, ust. 3 pkt. 5 i zastępuje następującą:

z tytułu zwłoki w wymianie reklamowanego, wadliwego towaru na towar wolny od wad w stosunku do terminów określonych w § 4 – 1 % wartości netto towaru objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego.
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 w zakresie zadania nr: 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 w zakresie zadania nr: 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30 po modyfikacji.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
- lub**
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Z-ca DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Marek Kornet