

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ ,nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.71.D.2021, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zapytanie do zad 5. Zasilacz regulowany opasek zaciskowych + opaski. Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta o poniższych parametrach:

Pojedynczy zasilacz opasek zaciskowych.

- *Elektryczne urządzenie do wytworzenia i utrzymania **bezkrwawego pola** w operowanych kończynach oraz dodatkowo z infuzorem (kanał do szybkiego automatycznego toczenia płynów)
- ***Urządzenie zamontowane na mobilnym 4 kołowym wózku** (2 koła blokowane) z dwoma uchwytami na dreny, uchwytami na kable zasilający oraz z koszykiem na akcesoria . Waga wózka z koszykiem 8,2kg
- *Urządzenie elektryczne pracujące w sieci 100-240VAC o częstotliwości 50-60Hz oraz zasilanie bateryjne. Ciśnienie robocze urządzenia 100kPa
- ***Zasilanie bateryjne - bateria litowo jonowa** (14,4V-93,6Wh). **Czas pracy na pełnym naładowaniu do 8 godzin.** Czas pełnego ładowania baterii do 3 h w temp ok. 20 stopni C. Bezpieczniki sieciowe.
- ***Ekran dotykowy /Wyświetlacz 8 cali** WVGA (800 x 480 pikseli) TFT z LED z kątem widzenia 178 stopni. Ekran-czujnik dotykowy, pojemnościowy – reaguje na dotyk
- ***Sterowanie urządzeniem dotykiem** poprzez ekran/ wyświetlacz również w rękawicy chirurgicznej
- ***Kompaktowy zasilacz o wadze 4,5 kg** o wymiarach 186mm x 263mm x 226mm z uchwytem z obudowie, port USB do aktualizacji systemu.
- ***Możliwość podłączenia** do gniazda pojedynczego mankietu , oraz niezależnie do kanału infuzyjnego mankietu do szybkiego toczenia
- ***Menu** z możliwością ustawienia: wyświetlacza, alarmu, jasności ekranu, kalibracji urządzenia, auto testu, testu szczelności, daty i godziny, weryfikacji systemu, ustawienia języka
- ***Zakres regulacji ciśnienia** 80-500mm Hg, zakres regulacji czasu 0:15-2:00h. Regulacja ciśnienia 0/+5mmHg (od wartości zadanej), dokładność wyświetlania +/- 5mmHg
- ***Zakres regulacji kanału infuzji/ płukania** 50-300mm Hg w krokach co 10 mmHg, Regulacja ciśnienia 0/+5mmHg (od wartości zadanej), dokładność wyświetlania +/- 5mmHg
- ***Przyciski szybkiego wyboru** - pozwalające na zmianę ciśnienia lub czas za pomocą dwóch dotyków Timer/ alarm -precyzyjny monitoring czasu i procedury. Możliwość ustawienia **alarmu czasowego** w zakresie 15-120 minut w krokach co 5 minut (**alarm akustyczny i optyczny**) . Alarm ciśnienia (akustyczny i optyczny). Alarm akustyczny o głośności 60-88 dB.
- ***Urządzenie posiada kodowany kolorem** (niebieski) gniazdo do wpięcia spiralnego drenu (niebieskiego) o

długości 3m (opcjonalnie spiralne dreny o długości 6m) zakończone szybkozłączką do podłączenia uciskowych mankietów pojedynczych

*Urządzenia posiada kodowany kolorem (czarnym) gniazdo do wpięcia spiralnego drenu (czarnego) o długości 3m zakończonego standardowym złączem Luer lock do podłączenia mankietu infuzyjnego do szybkiego toczenia dowolnego producenta.

* Opcjonalna możliwość wyboru innych rozmiarów (mankiety pojedyncze) oraz mankietu infuzyjnych do podłączenia do czarnego kanału infuzora

*Opcjonalna możliwość zastosowania osłon zabezpieczających przed zabrudzeniem na mankiety (3 rozmiary). Pakowane jałowo pojedyncze 50 szt. w box.

* Opcjonalna możliwość domówienia Taśma Esmracha wielorazowych o długości 5m i szerokości 6,8,10,12,15 cm.

* Wielorazowo opaska zaciskowa na ramię (**część robocza** opaski długość x szerokość 46cm x 7,5cm wymiary całkowite ok. 80cm x 8cm) zakres stosowania **25-46cm obwód ręki w cm,**

* Wielorazowa opaska zaciskowa na udo (**część robocza** opaski długość x szerokość 86 x11cm, wymiary całkowite ok. 120 cm x12 cm) zakres stosowania **40-86 cm obwód uda w cm ?**

***Dezynfekcja, czyszczenia i konserwacja** urządzenia zgodnie z instrukcją urządzenia w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* **Gwarancja 36 miesięcy.**

* **Bezpłatny przegląd urządzenia** po zakończeniu gwarancji tj w 36 miesiącu (urządzenie zastępcze na czas przeglądu).

* **Szkolenie personelu** medycznego przy dostawie

***Dostarczenie karty gwarancyjnej, paszportu technicznego** z wpisami przy dostawie

Odpowiedź: Zapisy w pkt 15-27 WARUNKI GWARANCJI – opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający, w związku z omyłką pisarską zmienia zapis:

1. Rozdz. XI pkt. 14 - Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew> **do dnia 25.11.2021**
2. Rozdz. XII pkt. 1 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021

Z poważaniem