



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 11.08.2020r

### WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.43.2020*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja 11 pęsetę o długości 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2** - Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

Ustawa z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych dopuszcza 60 dniowy termin płatności gdzie dłużnikiem jest SP ZOZ ( art. 8 ust.2 (...) w którym dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym ( ...) w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz.U. 2020.295 t.j. ) termin ten nie może przekraczać 60 dni ), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lb ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

**Pytanie nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6** - Dotyczy § 9 pkt.1, ppkt.2 Wzoru Umowy: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7** - Dotyczy § 9 pkt.1, ppkt.3 Wzoru Umowy: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8 - Dotyczy § 9 pkt.1, ppkt.4 Wzoru Umowy:** Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 5 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr: od 7 do 16 celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7 pozycji nr 5 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycji nr 5 dopuści soczewkę o stałej  $A=118,0$  ( $\pm 0,4$ ), angulacji 8 stopni ( $\pm 2$  stopnie), średnicy optycznej 6,2 mm ( $\pm 0,2$ mm) (od 0,0D do +15,0D), 6,0 mm ( $\pm 0,1$ mm) (od +15,5D do 22,0D), 5,70mm ( $\pm 0,1$ mm) ( od +22,5D do +30,0D), średnica całkowita 11,0mm (od +0,0D do +15,0D), 10,7mm (od 15,5D do +22,0D), 10,5mm ( od +22,5D do +30,0D)?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 1 dopuści Hialuronian sodu, stężenie 1,2%- pojemność ampułko-strzykawki 0,8ml- lepkość 40.500mpas  $\pm$  6.000 mPas (1.0 s-1), masa cząsteczkowa od 1 do 2.9 miliona Daltonów , uzyskiwane metodą fermentacji bakteryjnej, osmolarność 320mosm/l?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 2 dopuści Hialuronian sodu, stężenie 1,6%, pojemność ampułko-strzykawki 0,8 ml, lepkość 55.700  $\pm$  8.200 mPas (1.0 s-1), masa cząsteczkowa od 1 do 2.9 miliona Daltonów, uzyskiwane metodą fermentacji bakteryjnej, osmolarność 340 mosm/l?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 4 dopuści Metyloceluloza stężenie 2,0%, pojemność ampułkostrzykawki 2,5ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 6 dopuści dekalinę: Lepkość 2.9 mPas w temp. 25°C, Ciężar właściwy 1,93g/cm<sup>3</sup>(w temp 25°C); współczynnik załamania światła 1,31 (w temp 20°C) fiolka o pojemności 5 ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 8 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 21:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 22** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 8 dopuści Wysokoczyszczony olej silikonowy o lepkości 1 000 mPas, stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Gęstość (przy 22°C) 0,98 g/cm<sup>3</sup>. Współczynnik refrakcji (przy 20°C) 1,40. Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie międzyfazowe (w porównaniu z wodą) 44,9 mN-m). Opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny gotowy do użycia.

**Odpowiedź na pytanie nr 22:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 23** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 23:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 24** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 9 dopuści Wysokoczyszczony olej silikonowy o lepkości 5000 mPas, stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Gęstość (przy 22°C) 0,98 g/cm<sup>3</sup>). Współczynnik refrakcji (przy 20°C) 1,40. Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie międzyfazowe (w porównaniu z wodą) 44,9 mN-m). Produkt sterylny, gotowy do użycia. Opakowanie zawierające 10 ml płynu w szklanej strzykawce.

**Odpowiedź na pytanie nr 24:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 25** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 10 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 25:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 26** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 11 z Pakietu nr 8 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 26:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 27** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycji nr 11 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych sztuk 0,06% Błękitu trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawka? Jeśli tak, ile opakowań wówczas należy zaoferować?

**Odpowiedź na pytanie nr 27:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

WOJSKOLOGICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
SA ZOZ we Wrocławiu  
Piotr S. RAK  
Kierownik Sekcji Zamówień  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)