

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa łaźni wodnej z cyrkulacją  
dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.**

**Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego**

1. Pojemność łaźni: 20 ± 2 litry
2. Pojemnik łaźni wykonany z polipropylenu
3. Stabilność temperatury nie gorsza niż 0,02°C przy 37°C
4. Alarm przegrzania
5. Timer włączenie/wyłączenie
6. Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
7. Przepływ nie gorszy niż 17 l/min
8. Funkcja auto start po odcięciu zasilania