



Grudziądz, dnia 12.12.2023 r.

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów zużywalnych do ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/102/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy materiałów zużywalnych do ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów na okres 36 miesięcy” (znak sprawy: Z/102/PN/23), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### **Zapytanie nr 1**

*Prosimy o dopuszczenie w załącznik nr.2 pozycji 12 płynu o pojemności .*

*Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l (worki 2000 ml)*

*Pozostałe zapisy SWZ bez zmian*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie Roztworu do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l (worki 2000 ml), pozostałe zapisy SWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania należy dokonać stosownych zmian w formularzu cenowym oraz **należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości sztuk.**

### **Zapytanie nr 2**

*Prosimy o dopuszczenie w załącznik nr 3 pozycji 22 .*

*System bilansujący: cztery niezależne wagi z rozdzielczością 5,0 g*

*Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 3 do SWZ jak poniżej.**

### **Zapytanie nr 3**

*(...) Wnosimy o dopuszczenie i punktowanie rozwiązań równoważnych załącznik nr 3 jak niżej:*





*Pkt. 7* Możliwość regulacji ustawienia monitora w co najmniej jednej płaszczyźnie,

*Pkt. 18* Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej lub heparynowej w trakcie zabiegu bez konieczności stosowania dodatkowej pompy zewnętrznej,

*Pkt. 19* Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi celem udroźnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika

*lub*

*czasowe zmniejszenie przepływu krwi do minimum i obniżenie ciśnienia dostępu w celu udroźnienia przepływu – rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko konieczności wymiany zestawu a tym samym obniża kosztu materiałów zużywalnych, nakład pracy personelu i bezpieczeństwo pacjenta,*

*Pkt. 24* Dodatkowa pompa perystaltyczna lub strzykawkowa do ciągłej podaży roztworu wapnia.

*Ponad to prosimy o dopuszczenie aparatów do terapii nerkozastępczych o parametrach jak niżej:*

*Pkt. 14 zał. 3* Regulacja ultrafiltracji netto w zakresie minimum: 10 – 180 ml/min.

*Pkt. 22 zał. 3* System bilansujący: cztery niezależne wagi z rozdzielczością 5,0 g ,

*oraz dopuszczenie w zał. nr 2 pkt. 12* roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l o pojemności 2000ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

### ***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji

**Załącznika nr 3 do SWZ jak poniżej.**

### **Zapytanie nr 4**

*W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w projekcie umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.*

### ***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 5**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów ogólnych warunków umowy § 7 ust. 3:*

*3) z tytułu braku dostawy towaru przez Wykonawcę, zwłoki w dostawie lub dostawy towaru niezgodnej z zamówieniem – 0,5% wartości netto niedostarczonej, dostarczonej po upływie terminu lub niezgodnej z zamówieniem partii towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub zwłoki w dostawie towaru*





zgodnego z zamówieniem, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej, dostarczonej po upływie terminu lub niezgodnej z zamówieniem partii towaru;**

4) z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z wykonania (nabycia) zastępczego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – **0,5 %** wartości netto towaru zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy);

5) z tytułu zwłoki w wymianie reklamowanego towaru na towar wolny od wad w stosunku do terminów określonych w umowie – 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru;**

6) z tytułu braku dostawy przedmiotu dzierżawy przez Wykonawcę w terminie określonym umową, zwłoki w dostawie lub dostawy przedmiotu dzierżawy niezgodnego z umową- 0,5 % wartości netto **niezrealizowanej części** umowy, za każdy dzień, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy** zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy lub zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy zgodnego z umową;

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust.4 pkt 19 - **0,25%** całkowitej wartości netto umowy, o której mowa w § 6 ust.1 za każdy ujawniony przypadek.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 6**

Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 1 **PRZEDMIOT UMOWY** ustęp 4 :

W związku ze skomplikowanym procesem logistycznym dotyczącym dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy w postaci 12 wielkogabarytowych urządzeń, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zgodę na przeprowadzenie szkoleń w terminach uzgodnionych z kierownictwem personelu Zamawiającego a niekoniecznie w dniu dostawy przedmiotu dzierżawy.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**





### **Zapytanie nr 7**

*Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 3 **WARUNKI REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCE SUKCESYWNYCH DOSTAW TOWARU** ustęp 1 punkty 1, 2, 4 i 6 :*

*W związku z rejestracją oferowanego przez nas w pozycji 12 roztworu do antykoagulacji regionalnej jako wyrobu medycznego, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę wymagań dotyczących tego produktu i dostosowanie ww. pozycji projektowanej umowy.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 4 do SWZ oraz SWZ jak poniżej.**

### **Zapytanie nr 8**

*Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 4 **WARUNKI REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCE DZIERŻAWY URZĄDZEŃ** ustęp 12 :*

*Prosimy Zamawiającego o wykluczenie z obowiązku pokrywania przez Wykonawcę kosztów obsługi serwisowej w 100% w przypadku uszkodzeń mechanicznych wynikłych z winy personelu Zamawiającego na skutek nieprawidłowej obsługi urządzeń.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 9**

*Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 4 **WARUNKI REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCE DZIERŻAWY URZĄDZEŃ** ustęp 19 :*

*Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu o wymogu wykonania przeglądów serwisowych w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, gdyż urządzenia następowo wracają do Wykonawcy i to w jego gestii pozostaje kwestia wykonania przeglądów w terminach określanych przez producenta.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

### **Zapytanie nr 10**

*Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 5 **REKLAMACJE** ustęp 3 :*





*Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie 12-miesięcznego terminu ważności produktów od dnia dostawy do Zamawiającego z racji wytwarzania niektórych wyrobów z 24-miesięcznym terminem ważności, co powoduje brak możliwości faktycznego dostarczania ich z wymaganymi w projekcie terminami ważności. Ponadto Zamawiający przewiduje ich sukcesywne zamawianie według własnych bieżących potrzeb, co wskazuje na systematyczne ich zużywanie, więc 24-miesięczny termin ważności nie znajduje uzasadnienia.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

### **Zapytanie nr 11**

*Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy § 5 **REKLAMACJE** ustęp 7 :*

*Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych oraz dostarczenia towaru wolnego od wad do 2 dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zaproponowane w projekcie umowy terminy 24-godzinne są ekstremalnie krótkie dla prawidłowego toku rozpatrzenia reklamacji.*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji **Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

## **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy materiałów zużywalnych do ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów na okres 36 miesięcy” (znak sprawy: Z/102/PN/23) **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do SWZ jak w załączeniu (zmiana w zakresie § 1 ust. 4, § 3 ust. 1, § 4 ust. 19, § 4 ust. 2 pkt 3 ppkt b), § 5 ust. 3, § 5 ust. 7);
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 3 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 3 do SWZ jak w załączeniu;
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść ROZDZIAŁU IV ust. 4 zastępując następująca treścią:





*W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Załączniku nr 4 do SWZ, szkoleń dla wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotu dzierżawy. Szkolenia personelu Zamawiającego zostaną przeprowadzone po dostarczeniu przedmiotu dzierżawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku Strony uzgodnią konkretny termin szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem.*

- **w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść ROZDZIAŁU IX ust. 1 pkt f) zastępując następująca treścią:**  
***aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji zgodności wyrobu medycznego i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu) – dotyczy poz. 2, 3A, 3B, 5-7, 9-11, 13-16 oraz poz. 12 (o ile Wykonawca zaoferuje w poz. 12 wyrób medyczny)***

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
- lub**
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

