

Sochaczew, dnia 22.11.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.65.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowych na „**dostawę jednorazowego sprzętu i wyrobów medycznych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy pakietu 11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nieodpłatnego użyczenia konsoli shavera oraz 3 rękojeści na czas trwania umowy w związku z tym, że w Pakiecie 11 w formularzu cenowym nie ma wymienionych do zaoferowania ostrzy, do których wyżej wymieniony sprzęt jest niezbędny.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od użyczenia konsoli shavera oraz 3 rękojeści na czas trwania umowy.

Pytanie 2: Dotyczy §5 umowy użyczenia sprzętu medycznego do zadania 11 (załącznik nr 1 do umowy). Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia na okres trwania umowy przedmiotu użyczenia od wszelkich ryzyk, określonego w §2A ust. 10? Obecny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów, które znajdują się w użyczeniu Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji użyczenia. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego. W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3: Dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ). Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks?. W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer



- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszającą ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5: Zadanie 3 - Czy Zamawiający oczekuje produktów jednego producenta?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6: Zadanie 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki z medycznego PVC?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 7: Zadanie 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu





- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Pojedynczy znacznik głębokości
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 8: Zadanie 6 - Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH16, CH18, CH21 długości 105cm - dla dorosłych oraz CH 14 długości 65cm - dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

