

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

Poznań, 26.09.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-108/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę urządzenia do ogrzewania noworodka podczas operacji w ramach POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: dot. Załącznika nr 1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 35.: Czy Zamawiający będzie oczekiwał materaca grzewczego o ROZMIARZE: 610 × 340 mm ? Określenie "o ROZMIARZE: min. 610 × 340 mm;" dopuszcza znacznie większe rozmiary materaca np. o przeznaczeniu dla dorosłych, które nie będą przydatne w zastosowaniu noworodkowym.

Odp.: Zamawiający oczekuje materacyka o rozmiarze 610 x 340 mm, dopuszczalne odchylenie: +20%.