

Gdańsk, dnia 05-11-2021

Nr postępowania - 30/2021

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (*Dz. U. z 2021, poz. 1129*) zwanej dalej u-Pzp na **dostawę materiałów i odczynników do badań genetycznych dla policyjnych laboratoriów kryminalistycznych na lata 2022 - 2024**, prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku wspólnie z innymi wymienionymi w SWZ Komendami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 24-09-2021r.

pod numerem 2021/S 186-481665

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 22-10-2021r.

pod numerem 2021/S 206-537186

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 03-11-2021r.

pod numerem 2021/S 213-561792

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 135, ust.2 ww. ustawy dot. obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania jak niżej, na które udziela się odpowiedzi.

PYTANIA, ODPOWIEDZI

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestaw z zadania nr 2 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych)

Zamawiający opisał:

- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 µl, stabilny po rozmrożeniu przez co najmniej 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze lodówki 2-8 st. C, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.

Czy Zamawiający dopuści wielkość opakowania na 400 reakcji PCR przy jednoczesnym wydłużeniu terminu ważności co najmniej do 22 miesięcy od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający dopuszcza inne opakowania jedynie pod warunkami:

- 1) zaferowania **tożsamej ilości końcowej asortymentu** (szt.) wskazanej przez Zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamówienia podstawowego jak i prawa opcji
- 2) możliwości zrealizowania dostaw ilościowych asortymentu w podziale na Bezpośrednich Odbiorców (w podziale na lata) określonych w załączniku nr 3 do umowy przy zachowaniu **konfekcjonowania fabrycznego asortymentu**.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego zał. nr 1a do SWZ dla zadania nr 1, korygując ilość dotyczącą opcji;

jest; 58.900 próbek
powinno być; 58.800 próbek

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ DLA ZADANIA NR 1.

Zamawiający opisał:

- dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy;

Z uwagi iż standardy matrycy używane są do spektralnej kalibracji aparatu wykonywanej okresowo, czyli niezależnie od wykonywanych testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczonym wraz z wymaganymi odczynnikami ?

Takie rozwiązanie ułatwi Zamawiającemu przechowanie matrycy oraz pozwoli na proste oznakowanie i dokumentację wykonanych kalibracji aparatów.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczonym wraz z wymaganymi odczynnikami.

ZADANIE NR 2

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestaw z zadania nr 1 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych)

Zamawiający opisał:

konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 µl;

Czy Zamawiający dopuści wielkość opakowania na 400 reakcji PCR przy jednoczesnym wydłużeniu terminu ważności co najmniej do 16 miesięcy od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ, mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości zrealizowania dostaw do końcowych odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

Zamawiający opisał:

- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy;

Z uwagi iż standardy matrycy używane są do spektralnej kalibracji aparatu wykonywanej okresowo, czyli niezależnie od wykonywanych testów, **czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczanej wraz z wymaganymi odczynnikami ?**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczanej wraz z wymaganymi odczynnikami.

ZADANIE NR 3

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 27 loci STR w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestaw z zadania nr 4 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych)

Zamawiający opisał:

- charakteryzujący się jak najkrótszym czasem amplifikacji wyrażonym w minutach /sekundach (bez uwzględnienia szybkości zmian temperatury pomiędzy zaprogramowanymi w cyklu reakcji PCR temperaturami, w ilości cykli zwalidowanych przez producenta dla próbek dowodowych).

Czy do oceny czasu amplifikacji Zamawiający będzie brał pod uwagę zwalidowaną ilość cykli podaną przez Oferenta, gdzie stosowny dokument walidacyjny zostanie dostarczony na prośbę Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego;

Do oceny czasu amplifikacji Zamawiający będzie brał pod uwagę zwalidowaną ilość cykli podaną przez Oferenta w biuletynie technicznym dla próbek dowodowych. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego dla zadania nr 3, biuletyn techniczny Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Zamawiający opisał:

- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy;

Z uwagi iż standardy matrycy używane są do spektralnej kalibracji aparatu wykonywanej okresowo czyli niezależnie od wykonywanych testów, **czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczonym wraz wymaganymi odczynnikami ?**

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę matrycy konfekcjonowanej w oddzielnym opakowaniu dostarczonym wraz z wymaganymi odczynnikami.

Czy Zamawiający oczekuje aby dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia Oferenci dostarczyli wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego;

Zgodnie z zapisami rozdziału XIII punkt 4 SWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia rozdziału IV niniejszej specyfikacji, przedmiotowe środki dowodowe powinny być złożone wraz z ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

ZADANIE NR 5

1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie.

Zamawiający opisał:

Ad 4. Zestaw barwników do kalibracji aparatu gotowy do pracy (rozcieńczony i rozporcjowany na płytkach przez producenta) (K)

Czy Zamawiający przyzna równoważną ilość punktów Oferentowi, który zaoferuje rozwiązanie alternatywne prowadzące do uzyskania rozpipetowanej płytki jak wymagane w SIWZ?

Zestaw barwników do kalibracji aparatu jest fabrycznie dostarczany w probówce. Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie gwarantuje większą stabilność znaczników fluorescencyjnych na światło oraz zapewnia większą efektywność i łatwość przechowywania.

Odpowiedź Zamawiającego;

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt, którego zestaw barwników do kalibracji będzie gotowy do pracy (rozcieńczony i rozporcjowany na płytkach przez producenta), otrzyma 10 pkt. (10% wartości oceny). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zestaw, którego zestaw barwników do kalibracji będzie w postaci probówek do samodzielnego przygotowania na płytkach przez użytkownika – otrzyma 0 pkt.

Zamawiający preferuje płytki kalibracyjne przygotowane fabrycznie (gotowe do pracy). Gotowa płytka kalibracyjna eliminuje błąd ludzki w procesie jej przygotowania – jeden ze składników niepewności pomiaru.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 14

1. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktu w mniejszych opakowaniach jednostkowych z zachowaniem wymaganej ilości całkowitej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inne opakowania pod warunkami:

- 3) zaoferowania **tożsamej ilości końcowej asortymentu** (szt.) wskazanej przez Zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamówienia podstawowego jak i prawa opcji,
- 4) możliwości zrealizowania dostaw ilościowych asortymentu w podziale na Bezpośrednich Odbiorców (w podziale na lata) określonych w załączniku nr 3 do umowy przy zachowaniu **konfekcjonowania fabrycznego asortymentu**,
- 5) skreślenia w kolumnie nr 5 w pkt. 1 formularza asortymentowo – cenowego, zał. nr 1a do SWZ (ilość) cyfr 172 i 34,
- 6) wpisania w kolumnie nr 5 w pkt. 1 powyższego formularza (ilość) oferowanej ilości opakowań wraz z ilością próbek w nich się znajdujących (dla zamówienia podstawowego iloczyn ilości opakowań oraz ilości znajdujących się w nich próbek musi wynosić 172.000 szt., dla prawa opcji 34.000 szt.).

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ DLA ZADANIA NR 14.

Informuje Państwa, że niniejsza treść odpowiedzi jest powtórzeniem odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w ramach pyt. odp. nr 4, które zostały opublikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego w dniu 26.10.2021 r.

2. Czy w opisie nie powinno być max. 800ul tak jak podaje producent? Objętość dodawanego buforu uzależniona jest od ilości badanego materiału umieszczonego w filtrze.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz konsekwentnie w Kryteriach Równoważności tj.

Zadanie nr 14

Probówki o pojemności 2 ml z wieczkami ze specjalnymi półprzepuszczalnymi koszami typu NucleSpin Forensic Filters lub równoważne (filtry do lizy, inkubacji i separacji lizatów z nośników stałych próbek)

- etap wirowania > 1 min przy 10.000 x g skutecznie oddziela stały nośnik od buforu do lizy;
- zestaw szczelny, kompatybilny ze wszystkimi typowymi buforami do lizy;
- wolny od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR;
- maksymalna pojemność buforu do lizy pojemność - 800µL ;
- opakowanie zbiorcze 1000 sztuk: filtry z probówkami zbiorczymi z wieczkiem (2ml) ;
- zestaw przechowywany w temperaturze pokojowej;
- termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia.

Kryteria równoważności - Zadanie nr 14

Probówki o pojemności 2 ml z wieczkami ze specjalnymi półprzepuszczalnymi koszami typu NucleSpin Forensic Filters (filtry do lizy, inkubacji i separacji lizatów z nośników stałych próbek)

Zamawiający uzna równoważność innego produktu jeżeli:

- w probówkach etap wirowania > 1 min przy 10.000 x g skutecznie oddziela stały nośnik od buforu do lizy;
- probówki będą szczelne, kompatybilne ze wszystkimi typowymi buforami do lizy;
- probówki będą wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR – potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
- w probówce zmieści się maksymalna pojemność buforu do lizy pojemność - 800µL ;
- zestaw - opakowanie zbiorcze 1000 sztuk będzie zawierało: filtry z probówkami zbiorczymi z wieczkiem (2ml) ;
- zestaw może być przechowywany w temperaturze pokojowej;
- termin ważności zestawu wyniesie minimum 24 miesiące od daty dostarczenia.

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności Wykonawca przedstawi:

- 1) karty katalogowe i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta.

Informuje Państwa, że niniejsza treść odpowiedzi jest powtórzeniem odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w ramach pyt. odp. nr 4 , które zostały opublikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego w dniu 26.10.2021 r.

3. Czy w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności Wykonawca może dodatkowo przekazać Zamawiającemu próbki zaoferowanego produktu?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca może dodatkowo przekazać Zamawiającemu próbki zaoferowanego produktu.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 17

1. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktów w mniejszych opakowaniach jednostkowych z zachowaniem wymaganej ilości całkowitej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inne opakowania pod warunkami:

- 1) zaoferowania **tożsamej ilości końcowej asortymentu** (szt.) wskazanej przez Zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamówienia podstawowego jak i prawa opcji.
- 2) możliwości zrealizowania dostaw ilościowych asortymentu w podziale na Bezpośrednich Odbiorców (w podziale na lata) określonych w załączniku nr 3 do umowy przy zachowaniu **konfekcjonowania fabrycznego asortymentu**.
- 3) skreślenia w kolumnie nr 5 w pkt. 1 formularza asortymentowo – cenowego, zał. nr 1a do SWZ wskazanych (ilość) ilości opakowań.
- 4) wpisania w kolumnie nr 5 w pkt. 1 powyższego formularza (ilość) oferowanej ilości opakowań wraz z ilością asortymentu w nich się znajdujących.

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ DLA ZADANIA NR 17.

2. Czy w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności Wykonawca może dodatkowo przekazać Zamawiającemu próbki zaoferowanego produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca może dodatkowo przekazać Zamawiającemu próbki zaoferowanego produktu.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 18

1. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktów w mniejszych opakowaniach jednostkowych z zachowaniem wymaganej ilości całkowitej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inne opakowania pod warunkami:

DLA ZADANIA NR 18. 1

- 1) zaoferowania **tożsamej ilości końcowej asortymentu** (szt.) wskazanej przez Zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamówienia podstawowego jak i prawa opcji
- 2) możliwości zrealizowania dostaw ilościowych asortymentu w podziale na Bezpośrednich Odbiorców (w podziale na lata) określonych w załączniku nr 3 do umowy przy zachowaniu **konfekcjonowania fabrycznego asortymentu**.
- 3) skreślenia w kolumnie nr 5 w pkt. 1 formularza asortymentowo – cenowego, zał. nr 1a do SWZ (ilość) cyfr 138 i 27
- 4) wpisania w kolumnie nr 5 w pkt. 1 powyższego formularza (ilość) oferowanej ilości opakowań wraz z ilością **wymazówek** w nich się znajdujących (dla zamówienia podstawowego iloczyn ilości opakowań oraz ilości znajdujących się w nich **wymazówek** musi wynosić 69.000 szt., dla prawa opcji 13.500 szt.)

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ DLA ZADANIA NR 18.

DLA ZADANIA NR 18. 2

- 1) zaoferowania **tożsamej ilości końcowej asortymentu** (szt.) wskazanej przez Zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamówienia podstawowego jak i prawa opcji
- 2) możliwości zrealizowania dostaw ilościowych asortymentu w podziale na Bezpośrednich Odbiorców (w podziale na lata) określonych w załączniku nr 3 do umowy przy zachowaniu **konfekcjonowania fabrycznego asortymentu**.
- 3) skreślenia w kolumnie nr 5 w pkt. 1 formularza asortymentowo – cenowego, zał. nr 1a do SWZ (ilość) cyfr 795 i 159
- 4) wpisania w kolumnie nr 5 w pkt. 1 powyższego formularza (ilość) oferowanej ilości opakowań wraz z ilością **wymazówek** w nich się znajdujących (dla zamówienia podstawowego iloczyn ilości opakowań oraz ilości znajdujących się w nich **wymazówek** musi wynosić 79.500 szt., dla prawa opcji 15.900 szt.)

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ DLA ZADANIA NR 18.

2. dot. zadania nr 18.2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wymazówek w próbówce, a nie tulejce?

Samoistne osuszenie materiału następowałoby po umieszczeniu wymazówki w próbówce a następnie nacięciu tej próbówki.

Odpowiedź Zamawiającego;

Brak zgody – zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ .

- tulejka ochronna z tworzywa sztucznego (...) skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu.

PYTANIE DO ZADANIA NR 33:

Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin dostawy do 45 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dane dotyczące terminu dostawy dla zadania nr 33 zostały wskazane w Rozdziale XXI - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, dla Zadania nr 6 - 28, 33 – 37, ad. 2 w SWZ.

PYTANIE DO ZADANIA 33.1

Podany w SWZ nr katalogowy 235905 nie zgadza się z zamieszczonym w SWZ opisem. Zgodnie ze stroną internetową producenta nr 235905 dotyczy końcówek nie-sterylnych. Końcówki odpowiadające opisowi tj. sterylne, przewodzące, z filtrem, o pojemności 1000 µl wg strony internetowej producenta mają nr katalogowy 235940.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje końcówek nie-sterylnych o numerze 235905, czy też sterylnych o numerze 235940?

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający oczekuje końcówek nie-sterylnych o numerze 235905.

Zamawiający wykreśla wyraz „sterylne” z Opisu Przedmiotu Zamówienia rozdziału IV SWZ dot. zadania nr 33.1 pozostawiając „niepirogenne, czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR”, w tym również dla ofert równoważnych.

Pozostały opis dla zad. nr 33.1 (w tym również dla ofert równoważnych) nie ulega zmianie.

PYTANIE DO ZADANIA NR 33.2

Podany w SWZ nr katalogowy 235948 nie zgadza się z zamieszczonym w SWZ opisem. Zgodnie ze stroną internetową producenta nr 235948 dotyczy końcówek nie-sterylnych. Końcówki odpowiadające opisowi tj. sterylne, przewodzące, z filtrem, o pojemności 50 µl wg strony internetowej producenta mają nr katalogowy 235979.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje końcówek nie-sterylnych o numerze 235948, czy też sterylnych o numerze 235979?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje końcówek nie-sterylnych o numerze 235948.
Zamawiający wykreśla wyraz „sterylny” z Opisu Przedmiotu Zamówienia rozdziału IV SWZ dot. zadania nr 33.2 pozostawiając „niepirogenne, czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR”, w tym również dla ofert równoważnych.
Pozostały opis dla zad. Nr 33.2 (w tym również dla ofert równoważnych) nie ulega zmianie.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ IV. Zadanie 5

„Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2/1.3/ Quant Studio 5”

1. Zamawiający pisze: „... Dodatkowo trzy zestawy (po jednym na każdy rok trwania umowy) do kalibracji aparatów 7500 RT-PCR i QuantStudio 5: zestaw gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji barwników i innych parametrów wymaganych przez oprogramowanie w/w aparatów, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do ilościowego oznaczania DNA oferowanego w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami w/w aparatów – ROI (region pikseli na kamerze CCD odpowiadający dołkom płytki), Background (tło), Optical (właściwości optyczne), konfekcjonowany fabrycznie, pozwalający na min. 2-krotne użycie,
- termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia”.

Jeśli Zamawiający pisząc o zestawach kalibracyjnych w Zadaniu 5 ma za myśli również zestawy do kalibracji aparatów 7500 RT-PCR i QuantStudio 5 (ROI, Optical, Background) **dostarczane tylko i wyłącznie przez producenta w/w instrumentów, których użycie opisane jest w instrukcji obsługi aparatów 7500 RT-PCR oraz QuantStudio 5,**

zwracamy się z prośbą o wydzielenie ich do odrębnego zadania co pozwoli na zaoferowanie równoważnego zestawu do oceny ilości DNA w przedmiotowym zadaniu.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia uwzględniający płytki do okresowej obsługi urządzeń 7500 RT-PCR i QuantStudio 5 (OPTICAL, ROI, BACKGROUND) zawiąza możliwość przesłania oferty tylko jednemu wykonawcy – producentowi urządzeń 7500 RT-PCR i QuantStudio 5, który jest jedynym dostawcą zestawów do okresowej kalibracji w/w instrumentów w zakresie parametrów (OPTICAL, ROI, BACKGROUND).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zaoferowania przez naszą firmę produktu równoważnego, dostarczymy zestawy kalibracyjne służące do przygotowania płytek kalibracyjnych specyficzne dla produkowanego przez nas zestawu do oceny ilości DNA umożliwiające jego użycie na instrumentach 7500 RT-PCR oraz QuantStudio 5.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zestawów kalibracyjnych do odrębnego zadania z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności pomiędzy oferowanym zestawem, a dedykowanymi mu barwnikami kalibracyjnymi.

Zamawiający preferuje płytki kalibracyjne przygotowane fabrycznie (gotowe do pracy). Gotowa płytka kalibracyjna eliminuje błąd ludzki w procesie jej przygotowania – jeden ze składników niepewności pomiaru.

Zamawiający dopuszcza do przetargu oferty z zestawem barwników do kalibracji w postaci probówek do samodzielnego przygotowania, co ma odzwierciedlenie w Kryteriach oceny ofert: W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt, którego zestaw barwników do kalibracji będzie gotowy do pracy (*rozcieńczony i rozporcjowany na płytkach przez producenta*), otrzyma 10 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zestaw, którego zestaw barwników do kalibracji będzie w postaci probówek do samodzielnego przygotowania na płytkach przez użytkownika – otrzyma 0 pkt.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego okresu ważności produktów z Zadania 5 na 8 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie minimalnego okresu ważności produktów z zadania 5 na 8 miesięcy?

PYTANIE DOTYCZĄCE: SWZ IV. zadanie 7.1 i 7.2

Zamawiający pisze:

termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Prosimy o skrócenie terminu ważności na 6 miesięcy.

Uzasadnienie: Wykonawca informuje, że produkty w zadaniu nr 7 zawierają wrażliwy materiał biologiczny który z czasem ulega degradacji i w związku z tym są dostępne z krótszym terminem ważności niż wymagany. Wykonawca może zagwarantować dostępność wymaganych produktów przez cały okres realizacji umowy z terminem ważności minimum 6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności produktów do **minimum 9 miesięcy**. Skrócenie terminu ważności do 6 miesięcy niosłoby za sobą ryzyko szybszego przeterminowania zamawianych odczynników u Zamawiającego.

Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale IV w SWZ dla zadania nr 7 oraz konsekwentnie w opisie równoważności tj.

Zadanie nr 7

Zestaw do automatycznej izolacji DNA z próbek kryminalistycznych metodą separacji magnetycznej w aparacie Maxwell FSC Instrument prod. Promega - Maxwell® FSC DNA IQ TM Casework Kit op. 48 reakcji nr kat. AS1550, Casework Extraction Kit op. 100 reakcji nr kat. DC6745 Maxwell FSC Instrument prod. Promega lub równoważny

Zestaw do automatycznej izolacji DNA z dowodowych próbek kryminalistycznych metodą separacji magnetycznej dedykowane do pracy z posiadanym aparatem Maxwell FSC Instrument prod. firmy PROMEGA; Składniki zamówienia w ilości wystarczającej na wyizolowanie zamawianej ilości próbek DNA (na przeprowadzenie zamawianej ilości reakcji izolacji DNA):

Zadanie nr 7.1

Maxwell® FSC DNA IQ™ Casework Kit op. 48 szt., nr kat. AS1550

- termin ważności **minimum 9 miesięcy** od daty dostarczenia.

Zadanie nr 7.2.

Casework Extraction Kit op.100 szt ., nr kat. DC6745

- termin ważności **minimum 9 miesięcy** od daty dostarczenia.

Opis równoważności:

Zadanie nr 7

Zestaw do automatycznej izolacji DNA z próbek kryminalistycznych metodą separacji magnetycznej w aparacie Maxwell FSC Instrument prod. Promega - Maxwell® FSC DNA IQ TM Casework Kit op. 48 reakcji nr kat. AS1550 (Zadanie nr 7.1), Casework Extraction Kit op. 100 reakcji nr kat. DC6745 Maxwell FSC Instrument (Zadanie nr 7.2) prod. Promega

Zamawiający uzna równoważność innego produktu jeżeli:

- oferowany asortyment będzie przeznaczony do kryminalistycznych badań genetycznych;
- będzie w pełni kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem Zamawiającego;
- termin ważności min. **9 m-cy** od daty dostarczenia.

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności

Wykonawca przedstawi:

- 1) karty katalogowe i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta;
- 2) biuletyn techniczny z opisaną metodyką przeprowadzenia badań na sprzęcie i oprogramowaniu Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty zestawu odczynników oraz próbek materiałów eksploatacyjnych, które zostaną poddane ocenie dopasowania do automatu Maxwell FSC firmy Promega oraz dokumentacji potwierdzającej zwalidowanie zestawu odczynników do wykorzystania w badaniach kryminalistycznych oraz molekularną czystość produktu.

PYTANIE DOTYCZĄCE SWZ IV. Zadanie 12 „Proteinaza K 30 u/mg”

Zamawiający pisze: termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia.

Prosimy o skrócenie terminu ważności na 12-18 miesięcy.

Uzasadnienie: Wykonawca informuje, że produkty w zadaniu nr 12 zawierają wrażliwy materiał biologiczny który z czasem ulega degradacji i w związku z tym są dostępne z krótszym terminem ważności niż wymagany. Wykonawca może zagwarantować dostępność wymaganych produktów przez cały okres realizacji umowy z terminem ważności minimum 12-18 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu ważności produktu do minimum 18 miesięcy.

Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale IV w SWZ dla zadania nr 12:

Zadanie nr 12

Proteinaza K 30 u/mg

- do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA;
- w postaci liofilizowanego proszku;
- o aktywności minimum 30 jednostek/mg proteiny;
- wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe (egzonukleaz, endonukleaz, RN-az), wolna od inhibitorów reakcji PCR, wolna od DNA pochodzenia ludzkiego;
- konfekcjonowana fabrycznie w opakowaniu po 100 mg;
- termin ważności **minimum 18 miesięcy** od daty dostarczenia.

PYTANIE DOTYCZĄCE: SWZ IX. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2.4 zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający pisze:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 – 2 dostawą/dostawami o wartości nie mniejszej niż podane kwoty w odniesieniu do zadań wyszczególnionych poniżej niniejszej tabeli.

Czy zamawiający przez wartość dostawy rozumie łączną wartość wykonanych dostaw w ramach jednej umowy?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania dostaw z bardzo dużymi kwotami. Większość dostaw odbywa się w ramach umów sukcesywnych. Poszczególne dostawy z reguły nie spełniają wymaganych warunków (np. ze względu na przydatność produktów biologicznych konieczne są częste mniejsze dostawy a nie jednorazowe duże dostawy). Jedynie wykonanie dostaw w ramach jednej umowy sukcesywnej spełnia wymagane warunki.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający przez wartość dostawy rozumie łączną wartość wykonanych dostaw w ramach jednej umowy.

PYTANIE DOTYCZY: SWZ XVI. Część II, pkt. 10.

Zamawiający pisze:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie kart katalogowych/ dokumentów walidacyjnych/ certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane parametry w języku angielskim.

Uzasadnienie: Wykonawca informuje, że wyżej wymienione dokumenty są jedynie dostępne w języku angielskim. To jest wersja wiążąca. Tłumaczenie oryginalnych dokumentów prowadzi często do niepoprawnego stosowania specyficznej terminologii fachowej. Dlatego zalecamy stosowanie oryginalnej wersji angielskiej.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz zapisami rozdziału XV SWZ, postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przedstawienie kart katalogowych/dokumentów walidacyjnych/certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane parametry w języku angielskim wyłącznie z tłumaczeniem na język polski.

PYTANIE DOTYCZĄCE: SWZ XIII, pkt. 4

Zamawiający pisze: PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rozdziału IV niniejszej specyfikacji – składane wraz z ofertą, tj. ... podpunkty a) do m) oraz w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego

Czy Wykonawca prawidłowo rozumie Zamawiającego: Wykonawca przedstawia przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą jedynie, jeżeli oferuje asortyment równoważny lub produkty z podpunktów a) do m)?

Odpowiedź Zamawiającego;

Wykonawca prawidłowo rozumie Zamawiającego.

Zamawiający w rozdziale IV oraz XIII SWZ wskazał jakie przedmiotowe środki dowodowe i w odniesieniu do jakich zadań Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

PYTANIA; ppkt a), b), c), d) o treści jak niżej;

a) Czy Wykonawca składający ofertę na kilka zadań, może dołączyć jedne referencje o łącznej wartości obejmującej wszystkie te zadania?

b) w piśmie "pyt. odp. nr 3 z dnia 22-10-2021"
na pytanie 4:

Dotyczy: SWZ IX. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2.4 zdolność techniczna lub zawodowa
Czy Zamawiający żądając dostarczenia potwierdzeń wykonania dostaw ma na myśli dostawy obejmujące konkretny produkt z danego zadania (lub produkt równoważny) , czy potwierdzenia wykonanych dostaw mogą dotyczyć produktów przeznaczonych do użycia w badaniach kryminalistycznych (np. zestawów STR, zestawów do oceny ilości DNA, zestawy do izolacji) lub dostaw mieszanych w/w produktów?

została udzielona odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli dostawy obejmujące konkretny produkt z danego zadania (lub produkt równoważny).

W wyniku ww. sytuacji powstaje problem jednoczesnego spełnienia obu wymagań Zamawiającego tj.

a) wykazanie się referencjami na dostawy o wysokich kwotach

b) referencje muszą dotyczyć dostaw dokładnie tego samego asortymentu(lub równoważnego), który jest wymieniony w danym zadaniu.

Przykłady:

zad 14 - wg naszej wiedzy produkt ten nie był sprzedawany w takich ilościach w Polsce, żeby móc wykazać się referencjami na kwotę: 370 000 zł lub 2x 185 000 zł

zad 18 - jw.

zad 23 - realizując umowę na dostawę testów RSID, nie jesteśmy w stanie wykazać się wymaganymi w ten sposób referencjami.

inny aspekt:

np. dla zad 17 - wg ww. schematu ofertę może złożyć tylko taki Wykonawca, który dostarczył/dostarcza dokładnie ten rodzaj płytek, mat, folii, co drastycznie zamyka drogę do złożenia oferty innym potencjalnym Wykonawcom.

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, sugerujemy zmianę wymagania na bardziej ogólne np. dostawy zużywalnych materiałów laboratoryjnych/odczynników/sprzętu laboratoryjnego. Rzetelność wykonywanych dostaw nie zależy od rodzaju dostarczanego produktu.

c) Dotyczy: Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2.4 zdolność techniczna lub zawodowa

W dniu 22.10.2021 w odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków udziału w postępowaniu pkt. 2.4 zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający stwierdził, że żądając dostarczenia potwierdzeń wykonania dostaw ma na myśli dostawy obejmujące konkretny produkt z danego zadania (lub produkt równoważny).

Sformułowane w ten sposób wymogi są sprzeczne z zasadą proporcjonalności opisaną w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129).

„Art. 112.1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.”

Sposób rozumienia proporcjonalności został wyjaśniony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2021 r. o sygn. akt KIO 356/21.

„Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania”.

Postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ma być bowiem miernikiem, wskazującym, że wykonawca, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał określone zadania, zbliżone zakresem, charakterystyką do tego, które jest przedmiotem zamówienia wykona je w sposób prawidłowy. Nie oznacza to przy tym, że te zadania mają być tożsame, identyczne z przedmiotem zamówienia. Ważne raczej, by były one reprezentatywne do potwierdzenia zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, by obejmowały one te elementy, które są istotne z perspektywy ustalenia, że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie. (Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., KIO 1241/17; KIO 1242/17)

Reasumując, wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi na powyższe pytanie i ograniczenie wymogu do dostarczenia potwierdzeń wykonania dostaw obejmujących produkty zbliżone charakterystyką do tych, które są przedmiotem zamówienia.

d) Prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie wartości kwoty wykonanych lub wykonywanych dostaw dla zadania Nr 18 dla jednej dostawy na min 48000,00 PLN brutto lub dwóch dostaw w wysokości min 24000,00 PLN brutto. Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia w zadaniu Nr 18 są wymazówki, których koszt jest relatywnie niski, często poniżej 1,00 PLN i dlatego realizowane zamówienia nie osiągają tak wysokich wartości. Tak wysokie bariery eliminują skutecznie mniejszych AKTUALNYCH dostawców wymazówek dla Komend Policji. Na dodatek podane wymogi są wyższe niż szacunkowa wartość zamówienia dla Zadania Nr 18(!)

Odpowiedź Zamawiającego na pytania z ppkt a), b), c), d)

Z uwagi na powyższe Zamawiający koryguje odpowiedź zamieszczoną na Platformie Zakupowej w dniu 22 -10- 2021 r. dotyczącą referencji oznaczoną jako pyt. odp. nr 3 zawierającą pytania nr 4 o treści przytoczonej powyżej (pytanie z ppkt b) i c).

W uwagi do powyższego oraz w odniesieniu do treści pytań oznaczonych w ppkt a), b), c) i d) niniejszego pisma Zamawiającego udziela odpowiedzi jak niżej;

W celu spełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wyodrębnia obszary, z których powinny wywodzić się referencje dla poszczególnych zadań.

- dla zadań nr 1, 2, 3, 4 referencje powinny dotyczyć **„Zestawów STR do identyfikacji osobniczej zwalidowanych do zastosowań w genetyce sądowej”**
- dla zadania nr 5 referencje powinny dotyczyć **„Zestawów do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA metodą RT-PCR zwalidowanych do zastosowań w genetyce sądowej”**
- dla zadań nr 6, 7, 8, 9 referencje powinny dotyczyć **„Zestawów do izolacji DNA zwalidowanych do zastosowań w genetyce sądowej”**
- dla zadań nr 15, 16, 24 referencje powinny dotyczyć **„Odczynników i materiałów zużywalnych do obsługi aparatów ABI Prism 3130, 3130XL, 3500”**
- dla zadania nr 36 referencje powinny dotyczyć **„Filtrów i materiałów zużywalnych do obsługi urządzeń do produkcji ultraczystej wody”**
- dla wszystkich pozostałych zadań nr 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 referencje powinny dotyczyć **„Odczynników / enzymów / materiałów zużywalnych / testów stosowanych w kryminalistyce oraz w biologii molekularnej”**

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty swoich odpowiedzi zamieszczonych na Platformie Zakupowej, oznaczonych jako pyt. odp. nr 6 z dnia 26-10-2021 r. w odniesieniu do wymogu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej poprzez zmianę zapisów w rozdziale IX SWZ, ustęp 4 dla;

ZADANIA NR 1

jest;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 1** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 7.800.000,00 PLN brutto
lub **czterema** dostawami w wysokości min. **1.950.000,00** PLN brutto każda“

powinno być;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 1** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 7.800.000,00 PLN brutto
lub dwiema dostawami w wysokości min. 3.900.000,00 PLN brutto każda
lub **czterema** dostawami w wysokości min. **1.950.000,00** PLN brutto każda“

ZADANIA NR 3

jest;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 3** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 800.000,00 PLN brutto
lub **czterema** dostawami w wysokości min. **200.000,00** PLN brutto każda“

powinno być;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 3** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 800.000,00 PLN brutto
lub dwiema dostawami w wysokości min. 400.000,00 PLN brutto każda
lub **czterema** dostawami w wysokości min. **200.000,00** PLN brutto każda“

ZADANIA NR 5

jest:

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 5** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 1.200.000,00 PLN brutto
lub **czterema** dostawami w wysokości min. **300.000,00** PLN brutto każda“

powinno być;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie nr 5 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej;

„1 dostawą w wysokości min. 1.200.000,00 PLN brutto
lub dwiema dostawami w wysokości min. 600.000,00 PLN brutto każda
lub **czterema** dostawami w wysokości min. 300.000,00 PLN brutto każda“

ZADANIA NR 8

jest;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie nr 8 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej.

„1 dostawą w wysokości min. 1.000.000,00 PLN brutto
lub **czterema** dostawami w wysokości min. 250.000,00 PLN brutto każda“

powinno być;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 8** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej.

„1 dostawą w wysokości min. 1.000.000,00 PLN brutto
lub dwiema dostawami w wysokości min. 500.000,00 PLN brutto każda
lub **czterema** dostawami w wysokości min. 250.000,00 PLN brutto każda“

ZADANIA NR 28

jest;

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 28** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej:

„1 dostawą w wysokości min. 177.000,00 PLN brutto
lub **czterema** dostawami w wysokości min. 44.250,00 PLN brutto każda“

powinno być:

W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zadanie **nr 28** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie wykazu dostaw jak niżej:

„1 dostawą w wysokości min. 177.000,00 PLN brutto
lub dwiema dostawami w wysokości min. 88.500,00 PLN brutto każda
lub **czterema** dostawami w wysokości min. 44.250,00 PLN brutto każda“

**Z UWAGI NA POWYŻSZE ZMIANY ZAMAWIAJĄCY DOŁĄCZA NOWY, OBOWIĄZUJĄCY
ZAŁ. NR 6 DO SWZ – WYKAZ DOSTAW**

PYTANIE dotyczące zadania nr 18.1

Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania nr 18.1 wymazówki w tulejce ochronnej z łatwym dostępem ? Ten sposób pakowania jest wygodny w użytkowaniu bezpieczny i zabiera mniej miejsca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 18. 1 wymazówek w tulejach ochronnych. Wymazówki w tulejach ochronnych są przedmiotem zadania nr 18.2.

Udzielając powyższych odpowiedzi Zamawiający uwzględnił również pytania od potencjalnego Wykonawcy, który przesłał pytania w dniu 08 października br. Jest to odpowiedź Zamawiającego na pismo Wykonawcy o treści „proszę o informację kiedy można spodziewać się odpowiedzi na pytania złożone w dniu 08.10.2021”.

POZOSTAŁE ZAPISY SWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.

- Zgodnie z art. 135, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego; https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz stronie internetowej Zamawiającego; <http://pomorska.policja.gov.pl>, www.pomorska.policja.gov.pl

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Sporządził; Longina Grzegórska, tel. 47 7414817