



SP ZOZ/DZ/361/2024/2

Myszków, 13.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:

Dostawy podłoża do posiewów krwi, odczynników do badań mikrobiologicznych do wykrywania, identyfikacji drobnoustrojów, ustalenia lekowrażliwości oraz sprzętu jednorazowego na potrzeby ZDL ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.11.2024 r., pod nr 2024/BZP 00579615/01

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 3 dopuszcza probówki o pojemności użytkowej 4ml, a całkowitej 5ml?”

Odpowiedź 1: Zamawiający w pakiecie 6 w poz 3 dopuszcza probówki o pojemności użytkowej 4ml, a całkowitej 5ml przy zachowaniu pozostałych wymagań z SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść opisu w kolumnie “Nazwa” do brzmienia: **“Probówki przezroczyste polistyrenowe okrągłodenne o pojemności użytkowej 4 ml”**. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 -Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 5 dopuszcza ezy pakowane po 20 szt? Prośbę swoją motywujemy tym, iż na rynku dostępne są ezy pakowane pojedynczo, po 5, 10 i 20 szt. Wielkość opakowania 20 szt jest to największa dostępna ilość. Opakowaniem handlowym jest 100szt. (5 blistrów x 20szt.)”

Odpowiedź 2: Zamawiający w pakiecie 6 w poz 5 dopuszcza ezy pakowane po 20 szt. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść opisu w kolumnie “Nazwa” do brzmienia: **“Ezy jednorazowe sterylne o pojemności 1 µl pakowane po nie więcej niż 20 szt.”** Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 -Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 9 dopuszcza płyty bezbarwne?”

Odpowiedź 3: Zamawiający w pakiecie 6 w poz 9 oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ – nie dopuszcza płyt bezbarwnych.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-cpo przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.”

Odpowiedź 4: Zamawiający w pakiecie 6 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, przy czym cena za cały pakiet musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 5: „pakiet 5, poz. 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyny A/B Clostridium difficile w kale w ramach jednej kasetki? Żądanie testu immunoenzymatycznego uniemożliwia wystartowanie w postępowaniu innym wykonawcom.”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 6: „pakiet 5, poz. 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o wykrywalności: 0,39 ng/ml dla GDH, 2 ng/ml dla toksyny A oraz 3,12 ng/ml dla toksyny B?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 7: „pakiet 5, poz. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości 98,2% i swoistości 98,4%?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: „pakiet 5, poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu do wykrywania antygeny RSV i oddechowego antygeny adenowirusa w próbkach wymazów z nosa, płuc z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pakiecie 5, poz. 5 testu do wykrywania antygeny RSV i oddechowego antygeny adenowirusa w próbkach wymazów z nosa, płuc z nosogardzieli, aspiratów z układu oddechowego. W sytuacji zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią w formularzu cenowym należy dokonać stosownych zmian opisu tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 9: „Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 6, pozycji 1,2,5,7 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?”

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie połączone.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 10: „Pakiet 5 poz. 2: Czy Zamawiający wydzieli test immunoenzymatyczny do odrębnego pakietu? Test ten opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiada inne zastosowanie, technikę oraz czas wykonania niż pozostałe testy (immunochromatograficzne). Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, co skutkuje wzrostem ceny oferty przetargowej.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 11: „Pakiet 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 3 szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygeny GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygeny GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%. Zewnętrzna kontrola dodatnia uwzględniona do każdego opakowania.

Odpowiedź 11: Wykonawca - z uwagi na treść zadanego pytania - błędnie wskazał numer pozycji tabeli asortymentowo-cenowej, stąd Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić jego intencji. Niemniej jednak Zamawiający informuje, że w pakiecie 5 zarówno w pozycji 2 jak i pozycji 3, oczekuje złożenia oferty zgodnej z wymogami SWZ z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z niniejszego pisma.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Pytanie 12: „Pakiet 5 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,5% oraz swoistości $\geq 99,9\%$ bez określonej ilości wykrywanego antygeny *H. Pylori* wyrażonej w ng/ml?”

Odpowiedź 12: Zamawiający w pakiecie 5 poz. 3 dopuszcza test bez określonej ilości wykrywanego antygeny *H. Pylori* wyrażonej w ng/ml przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ dla tej pozycji. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść opisu w kolumnie „Nazwa” poprzez usunięcie wymagań co do poziomu antygeny. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 13: „Pakiet 5 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, wykrywającego wirusa RSV i adenowirusa w próbkach z wydzielin nosowej lub wypluczyn z nosa?”

Odpowiedź 13: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 5, poz. 5 testu do wykrywania antygeny RSV i oddechowego antygeny adenowirusa w próbkach wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli, aspiratów z układu oddechowego.

Dodatkowo Zamawiający dopuszcza test wykrywający wirusa RSV i adenowirusa z popłuczyn nosa. W sytuacji zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią w formularzu cenowym należy dokonać stosownych zmian opisu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 14: „Pakiet 5 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który wykrywa wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV oraz adenowirusa?”

Odpowiedź 14: Zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 5 zaoferowania testu immunochromatograficznego wykrywającego antygeny wirusa RSV i adeno z wymazie z nosogardzieli. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu, który oprócz antygenów wirusa RSV oraz adenowirusa wykrywa również SARS-CoV-2, Grype A/B. W sytuacji zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią w formularzu cenowym należy dokonać stosownych zmian opisu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Dotyczy: Pakiet Nr 4 - Krążki antybiotykowe, ZAŁĄCZNIK NR 1.1 formularz asortymentowo-cenowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które wymagają temperatury przechowywania w zakresie od 2 °C do 8 °C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków antybiotykowych, które wymagają temperatury przechowywania w zakresie od 2 °C do 8 °C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Formularza cenowego w punkcie 5 pod tabelą do brzmienia: *“Przechowywanie krążków w zakresie temperatur co najmniej od +2°C do +8°C lub szerszym”*. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 16: „Dotyczy: Pakiet Nr 4 - Krążki antybiotykowe, ZAŁĄCZNIK NR 1.1 formularz asortymentowo-cenowy poz.51:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w opisie zamówienia wymaga następującego testu: Test kasetkowy immunologiczny jakościowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



(KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania testu. W składzie opakowania bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie trwałości otwartej buteleczki równoważnym z terminem ważności kasetek testowych. Metodyka testu zawiera pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bakteryjne do wykonania testu. Zamawiający wymaga testu, który w metodyce zawiera informacje potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR. Limit detekcji dla testu do wykrywania i różnicowania pięciu typów najbardziej rozpowszechnionych karbapenemaz, granica wykrywalności enzymów KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml.

Odpowiedź 16: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ. Zamawiający informuje, że w poz. 51 pakietu 4-Krażki antybiotykowe, załącznika 1.1. formularz cenowy wymaga zaoferowania Szybkiego kasetkowego test immunologiczny do wszystkich 5 klas karbapenemaz - KPC, OXA, VIM, IMP, NDM, odczyt max do 15 min.

W przypadku, jeżeli dodatkowo test ten będzie wykrywał wszystkie 5 karbapenemazy na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania Wykonawcy zgodnie z SWZ rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla pakietu 4, tabela „Parametry oceniane” zostanie przyznane 10 pkt w ocenie jakościowej.

Pytanie 17: „Dotyczy: Pakiet Nr 1 – Podłoża do posiewów krwi, ZAŁĄCZNIK NR 1.1 formularz asortymentowo-cenowy poz. 4 i poz. 5 (Dotyczy pipet zmiennie-pojemnościowych oraz pipety stało-pojemnościowej): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet laboratoryjnych do pracy manualnej z 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym?”

Odpowiedź 17: Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety). Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 -Formularz cenowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 18: „Dotyczy: Pakiet Nr 2 – Testy diagnostyczne i inne, ZAŁĄCZNIK NR 1.1 formularz asortymentowo-cenowy poz. 4 (Syphilis RPR w opakowaniu max.150 ozn.): Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 500ozn w opakowaniu?”

Odpowiedź 18: Zamawiający wyraża zgodę aby w pakiecie 2 -Testy diagnostyczne i inne, załącznik nr 1.1 formularz cenowy poz. 4 (Syphilis RPR w opakowaniu max.150 ozn.) dopuścić testy konfekcjonowane po 500 ozn w opakowaniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść opisu w kolumnie “Nazwa” do brzmienia: “Syphilis RPR w opakowaniu max. 500 ozn.”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 -Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 19: „Dotyczy Pakiet 5 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający GDH i toksyny A/B Clostridium difficile w kale w ramach jednej kasetki. Kontrola dodatnią dostarczona do każdego zestawu. Wykrywalność: toksyna A: 0,2 ng/ml i toksyna B: 0,7 ng/ml oraz dla GDH 0,2ng/ml Test do użytku profesjonalnego?”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ

Uwaga: pytania nr 20-22 dotyczą pakietu nr 5 poz. 2

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający GDH i toksyny A/B Clostridium difficile w kale w ramach jednej kasetki.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Kontrola dodatnią dostarczona do każdego zestawu. Wykrywalność: toksyna A: 0,75 ng/ml i toksyna B: 0,75 ng/ml oraz dla GDH 0,8ng/ml Test do użytku profesjonalnego?"

Odpowiedź 20: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 21: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający GDH i toksyny A/B Clostridium difficile w kale w ramach jednej kasetki. Kontrola dodatnią dostarczona do każdego zestawu. Wykrywalność: toksyna A: 2 ng/ml i toksyna B: 7 ng/ml oraz dla GDH Ing/ml Test do użytku profesjonalnego?"

Odpowiedź 21: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający GDH i toksyny A/B Clostridium difficile w kale w ramach jednej kasetki. Kontrola dodatnią dostarczona do każdego zestawu. Wykrywalność: toksyna A: 2 ng/ml i toksyna B: 1 ng/ml oraz dla GDH Ing/ml Test do użytku profesjonalnego?"

Odpowiedź 22: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Uwaga: pytania nr 23-25 dotyczą pakietu nr 5

Pytanie 23: „Czy w poz 2 przez sformułowanie „w ramach jednej kasetki” Zamawiający rozumie również jedno miejsce dozowania próbki?"

Odpowiedź 23: Tak, Zamawiający potwierdza, że przez sformułowanie „w ramach jednej kasetki” rozumie również jedno miejsce dozowania próbki.

Pytanie 24: „Czy w poz 3 Zamawiający dopuści test, który nie ma zawartych w metodyce informacji o czułości w ng/ml? Wszystkie pozostałe wymogi SWZ test spełnia.”

Odpowiedź 24: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12, Zamawiający w pakiecie 5 poz. 3 dopuszcza test bez określonej ilości wykrywanego antygenu H. Pylori wyrażonej w ng/ml przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ dla tej pozycji. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 25: „Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu w pakiecie 5 z wymogami SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą ulotek/metodyk wykonania testów?"

Odpowiedź 25: Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą w zakresie pakietu nr 5.

Pytanie 26: „Zadanie 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pipet automatycznych z pozycji 4 i 5 ze względu na to, że produkt ten nie znajduje się w ofercie Wykonawcy?"

Odpowiedź 26: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17 Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety).

Pytanie 27: „Zadanie 1 - Czy Zamawiający może doprecyzować treść par. 4 p.1 dotyczącą: „dostosowania instalacji Zamawiającego koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu"?"

Odpowiedź 27: Zgodnie z § 4 ust.1 Wykonawca (firma dostarczająca system) jest odpowiedzialny za zainstalowanie oraz uruchomienie wynajmowanego systemu na terenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wymogi techniczne lub



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300Myszkówul.AlejaWolności 29
Dyrekcja: tel./fax.(034) 313-73-29
Centrala:34 31388 80,315-82-00
REGON:000306377,NIP:577-17-44-296



konieczne modyfikacje instalacji w pomieszczeniach Zakładu, które są niezbędne do prawidłowego działania systemu, Wykonawca również jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

Uwaga: pytania nr 28-53 dotyczą projektowanych postanowień umowy

Pytanie 28: „§ 2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umownego.

Pytanie 29: „§ 2 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Towar będzie wydawany w odpowiednich opakowaniach, których wartość zawiera się w cenie określonej w formularzu cenowym. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument magazynowy potwierdzający rodzaj, ilość, datę ważności, serię oraz datę zamówienia towaru będącego przedmiotem dostawy. W przypadku wątpliwości, co do przekazanego towaru, przewoźnik zobowiązany jest poczekać na sprawdzenie przez personel Zamawiającego zgodności przywiezionego towaru z dołączonym dokumentem magazynowym lub fakturą, z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta”? Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia z uwagi na brak możliwości zamieszczenia w dokumencie magazynowym ceny netto i brutto. Cena asortymentu z rozbiciem na cenę netto, brutto i VAT jest oczywiście wskazana w każdorazowo wystawionej fakturze, dokument magazynowy zawiera m.in. informacje wymienione powyżej odnoszące się głównie do rodzaju i ilości zamawianego asortymentu.”

Odpowiedź 29: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści § 2 ust. 3 zdanie drugie, które otrzymuje brzmienie: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument magazynowy potwierdzający rodzaj, ilość, datę ważności, serię oraz datę zamówienia towaru będącego przedmiotem dostawy”.

Pytanie 30: „§ 2 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca udostępni w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. lub dostarczy wraz z pierwszą dostawą do wszystkich zaoferowanych odczynników karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim (w wersji papierowej)”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu. Ponadto Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji.”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia. Zamawiający wymaga, aby wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczył do wszystkich zaoferowanych odczynników karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim (w wersji papierowej).

Pytanie 31: „§ 3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na przekazanie i uruchomienie sprzętu do 21 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300Myszkówul.AlejaWolności 29
Dyrekcja: tel./fax.(034) 313-73-29
Centrala:34 31388 80,315-82-00
REGON:000306377,NIP:577-17-44-296



procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania."

Odpowiedź 31: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia .

Pytanie 32: „§ 4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w ramach niniejszej umowy. Szkolenie powinno odbyć się terminie uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia instalacji wydzierżawionego sprzętu. Termin przeprowadzenia szkoleń będzie nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe od protokolarnego przekazania systemu."?"

Odpowiedź 32: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 33: „§ 4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na własny koszt (tj. bez naliczania kosztów dojazdu, robocizny, kosztów części zamiennych, eksploatacyjnych itp.) będzie utrzymywać wynajmowany system, określony szczegółowo w załączniku nr 1.1 do umowy, w pełnej sprawności (serwis: naprawy, konserwacje, upgrade, wymagane przeglądy, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego – wg wytycznych producenta), przy czym przerwa w funkcjonowaniu systemu nie może być dłuższa niż 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznie nr tel..... lub pocztą elektroniczną..... - Zamawiającego: - Wykonawcy:?"

Odpowiedź 33: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 34: „§ 4 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczyć przedmiot umowy od wszelkich ryzyk."? Uzasadnienie: To na Zamawiającym leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ są mu znane warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy. Zgodnie bowiem z art. 705 KC „Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy."

Odpowiedź 34: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umownego. Treść art. 705 KC nie stanowi przeciwwskazania do dotychczasowej redakcji postanowienia.

Pytanie 35: „§ 4 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu? Uzasadnienie: Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za użytkowany przez niego analizator."

Odpowiedź 35: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego postanowienia.

Pytanie 36: „§ 4 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego serwisu wynajmowanego systemu. W przypadku awarii wynajmowanego systemu (w tym poszczególnych urządzeń) maksymalny czas oczekiwania na dojazd serwisu i dokonanie naprawy może wynosić do 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą e-mail. W przypadku braku



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



możliwości usunięcia awarii / nieusunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zapewni taki sam system (takie samo urządzenie) zastępcze (o takich samych parametrach), aż do czasu usunięcia awarii. Wykonawca wskaże imiennie osobę/y do stałych kontaktów w zakresie obsługi serwisowej. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie wskazanym powyżej oraz braku zapewnienia urządzenia zastępczego, Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu do podmiotu wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu na czas awarii, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u podmiotu wskazanego przez Zamawiającego"?

Odpowiedź 36: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 37: *„§ 6 ust. 2 zdanie pierwsze - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku reklamacji ilościowej Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin w dni robocze, od uwzględnienia zgłoszenia przesłanego w formie e-mail”?”*

Odpowiedź 37: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 38: *„§ 6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku reklamacji jakościowej termin jej rozpatrzenia nie może przekroczyć 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie e-mail). Wymiana odczynników (towaru), musi nastąpić przed upływem kolejnych 48 godzin. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, w efekcie powodując zatrzymanie ciągłości pracy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań w innej placówce przez siebie wskazanej. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje koszty tychże badań, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału i odbiorem wyników badań. W przypadku, kiedy Wykonawca zapewnia transport, Wykonawca poniesie wyłącznie koszt badań przez tę placówkę.”?*

Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 39: *„§ 6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu i modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu stanowiącej jego integralną część w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia pisemnego (e-mail). W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 48 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań z użyciem asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz ich transportu do podmiotu wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu na czas awarii, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u podmiotu wskazanego przez Zamawiającego.”?*

Odpowiedź 39: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 40: *„§ 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminów odnoszących się do realizacji zobowiązań dot. wynajmowanego systemu w terminach i na warunkach określonych w § 4 w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki i za każde naruszenie.”?*

Odpowiedź 40: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 41: *„§ 9 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku przekroczenia czasu przerwy w*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300Myszkówul.AlejaWolności 29
Dyrekcja: tel./fax.(034) 313-73-29
Centrala:34 31388 80,315-82-00
REGON:000306377,NIP:577-17-44-296



funkcjonowaniu systemu ponad 24 godzin – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 250 zł (niezależnie od liczby nie funkcjonujących elementów)."

Odpowiedź 41: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 42: „§ 9 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony postanawiają, że wysokość zastrzeżonej w ust. 4 kary umownej ulega 50% podwyższeniu w przypadku zaistnienia trzeciej przerwy w funkcjonowaniu systemu ponad 48 godzin w danym miesiącu. Wysokość podwyższonej kary umownej obowiązuje w okresie miesiąca od daty zaistnienia przesłanek jej zastosowania"?"

Odpowiedź 42: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 43: „§ 10 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Trzykrotna zwłoka Wykonawcy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy względem terminu wykonania dostawy przekroczy każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych,"?"

Odpowiedź 43: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 44: „§ 10 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nie dochowa terminu dostawy lub terminu usunięcia awarii przekraczając go każdorazowo o co najmniej 28 godzin",?"

Odpowiedź 44: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 45: „§ 10 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dwukrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji i w zamówieniu lub nie spełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w naruszonym opakowaniu,"?"

Odpowiedź 45: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 46: „§ 10 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 przekraczając je każdorazowo o co najmniej 48 godzin,"?"

Odpowiedź 46: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 47: „§ 10 ust. 1 lit. e - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wystąpienia przerw w funkcjonowaniu systemu ponad 48 godzin w przypadku liczby ww. przerw większej niż 3 w danym miesiącu,"?"

Odpowiedź 47: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 48: „§ 9 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Strony postanawiają, że wysokość zastrzeżonej w ust. 4 kary umownej ulega 50% podwyższeniu w przypadku zaistnienia trzeciej przerwy w funkcjonowaniu systemu ponad 48 godzin w danym miesiącu. Wysokość podwyższonej kary umownej obowiązuje w okresie miesiąca od daty zaistnienia przesłanek jej zastosowania"?"

Odpowiedź 48: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Pytanie 49: „§ 10 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Trzykrotna zwłoka Wykonawcy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy względem terminu wykonania dostawy przekroczy każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych,?””

Odpowiedź 49: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 50: „§ 10 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nie dochowa terminu dostawy lub terminu usunięcia awarii przekraczając go każdorazowo o co najmniej 28 godzin,?””

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 51: „§ 10 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dwukrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji i w zamówieniu lub nie spełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w naruszonym opakowaniu,?””

Odpowiedź 51: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 52: „§ 10 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 przekraczając je każdorazowo o co najmniej 48 godzin,?””

Odpowiedź 52: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia.

Pytanie 53: „§ 10 ust. 1 lit. e - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wystąpienia przerw w funkcjonowaniu systemu ponad 48 godzin w przypadku liczby ww. przerw większej niż 3 w danym miesiącu,?””

Odpowiedź 53: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 54: „Pakiet 3 – Krążki lub paski do identyfikacji, Załącznik nr 1.1 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy poz. 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków bibułowych diagnostycznych jałowych, które nie są wyrobem medycznym i posiadają stawkę VAT 23%.”

Odpowiedź 54: Zamawiający dopuszcza krążki bibułowe diagnostyczne jałowe, które nie są wyrobem medycznym i posiadają stawkę VAT 23%.

Pytanie 55: „Czy w Pakiecie 5 poz. 2 Zamawiający dopuści test o czułości 2ng/ml dla toksyny A i 7ng/ml dla toksyny B?”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 56: „Czy w Pakiecie 5 poz. 2 Zamawiający dopuści test o czułości 2ng/ml dla toksyny A i 1ng/ml dla toksyny B?”

Odpowiedź 56: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 31388 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Pytanie 57: „Czy w Pakiecie 5 poz. 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli dodatkich dostarczanych w oddzielnych opakowaniach jako element wyposażenia każdego dostarczonego opakowania z testami? Takie rozwiązanie znacznie obniży cenę oferty.”

Odpowiedź 57: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kontroli dodatkich dostarczanych w oddzielnych opakowaniach jako element wyposażenia każdego dostarczonego opakowania z testami. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 58: „Czy w Pakiecie 5 poz. 3 Zamawiający dopuści test o czułości 98,8% i swoistości 98,4% wyznaczonych względem metody endoskopowej, będącej najbardziej odpowiednią metodą referencyjną dla testów diagnostycznych do wykrywania antygenów bakteryjnych w próbkach kału?”

Odpowiedź 58: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu określonego w pytaniu. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 59: „Pakiet 3 – Krążki lub paski do identyfikacji, Załącznik nr 1.1 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy poz. 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków bibułowych diagnostycznych jałowych, które nie są wyrobem medycznym i posiadają stawkę VAT 23%.”

Odpowiedź 59: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 54 Zamawiający dopuszcza krążki bibułowe diagnostyczne jałowe, które nie są wyrobem medycznym i posiadają stawkę VAT 23%.

Pytanie 60: „Zadanie 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pipet automatycznych z pozycji 4 i 5 ze względu na to, że produkt ten nie znajduje się w ofercie Wykonawcy?”

Odpowiedź 60: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17, Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety). Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 61: „Zadanie 1 - Czy Zamawiający może doprecyzować treść par. 4 p.1 dotyczącą: >>dostosowania instalacji Zamawiającego koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu<<?”

Odpowiedź 61: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27, stosownie do § 4 ust.1 Wykonawca (firma dostarczająca system) jest odpowiedzialny za zainstalowanie oraz uruchomienie wynajmowanego systemu na terenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wymogi techniczne lub konieczne modyfikacje instalacji w pomieszczeniach Zakładu, które są niezbędne do prawidłowego działania systemu, Wykonawca również jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

Pytania nr 62- 71 dotyczą projektowanych postanowień umowy

Pytanie 62: „Dotyczy wzoru umowy § 4, ust. 11 oraz § 6, ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie awarii aparatu do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych zza granicy do 16 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy?”

Odpowiedź 62: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umowy w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 63: „, Dotyczy wzoru umowy § 4, ust. 11 Czy Zamawiający dopuści dostępność serwisu w dni robocze?”

Odpowiedź 63: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.



Pytanie 64: „Dotyczy wzoru umowy § 4, ust. 11 oraz § 6, ust. 5 Czy Zmawiający odstąpi od wymogu zaoferowania aparatu zastępczego do momentu usunięcia awarii w przypadku pokrycia kosztów badania wysłanych do podmiotu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 6. ust.5 umowy?”

Odpowiedź 64: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust 5 zdanie pierwsze projektowanych postanowień umowy, które otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą e-mail.”

Pytanie 65: „Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu uzupełnienia braków w przypadku reklamacji ilościowej z 48 godzin na 72 godziny robocze.”

Odpowiedź 65: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 66: „Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w formacie pdf pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź 66: Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust.1 lit. c) do brzmienia: „w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) to: 5771744296. Dopuszcza się także przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdf na adres: sekretariat@zozmyszkow.pl.”

Pytanie 67: Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy na: >>Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminów odnoszących się do realizacji zobowiązań dot. wynajmowanego systemu w terminach i na warunkach określonych w § 4 w wysokości 1% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki i za każde naruszenie.<<”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 68: „Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy na: >>Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy<<”

Odpowiedź 68: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 69: „Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 4-5 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie ustępu 4 i 5 paragrafu 9 umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w umowie przewidziane są zapisy, które dyktują rozwiązania, które nie powodują przestoju w pracy laboratorium.”

Odpowiedź 69: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300Myszkówul.AlejaWolności 29

Dyrekcja: tel./fax.(034) 313-73-29

Centrala:34 31388 80,315-82-00

REGON:000306377,NIP:577-17-44-296



Pytanie 70: „Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 11 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy na: „Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1.”

Odpowiedź 70: Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy ustępu 13 projektowanych postanowień umownych - nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 71: „Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać dokumenty dla określonego numeru katalogowego?”

Odpowiedź 71: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 72: „Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 1 Ze względu na fakt, iż zalecenia CLSI M47 oraz krajowe zalecenia pod redakcją prof. Marzenny Bartoszewicz, a co za tym idzie i wiodący producenci systemów do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wymagają, aby w przypadku hodowli materiałów innych niż krew stosować odpowiedni suplement wzbogacający umożliwiający prawidłowy odzysk drobnoustrojów wymagających, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania i wyceny odpowiedniego suplementu umożliwiającego suplementację podłoży w trakcie obowiązywania umowy. Prosimy jednocześnie Zamawiającego o wskazanie liczby wymaganych suplementacji oraz możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo – cenowej o dodatkowy wiersz umożliwiający wycenę suplementu.”

Odpowiedź 72: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi pod tabelą w załączniku nr 1.1 Formularz cenowy dla Pakietu nr 1 w pkt 8 Charakterystyka wynajmowanego urządzenia oczekuje zaoferowania podłoży kompletnych bez konieczności dodawania substancji wzbogacających (brak konieczności suplementacji) dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta.

Pytanie 73: „Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system stanowił najnowsze technologicznie rozwiązanie z oferty danego producenta?”

Odpowiedź 73: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ – dopuszcza zaoferowanie asortymentu stanowiącego najnowsze technologicznie rozwiązanie z oferty danego producenta.

Pytanie 74: „Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system był urządzeniem nowym, nieużywanym?”

Odpowiedź 74: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ – dopuszcza zaoferowanie urządzenia nowego, nieużywanego.

Pytanie 75: „Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu wykorzystującego fluorescencyjną metodę detekcji. Dane literaturowe nie wskazują na przewagę metody kolorymetrycznej w detekcji drobnoustrojów w posiewach, a dopuszczenie innych metod detekcji umożliwi złożenie większej liczby ofert.”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Odpowiedź 75: Zamawiający nie dopuszcza systemu wykorzystującego fluorescencyjną metodę detekcji. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 76: „Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o pojemności 40 miejsc inkubacyjno-pomiarowych, co będzie wystarczające do wykonania wyspecyfikowanej przez Zamawiającego ilości badań. W przypadku zwiększenia ilości badań wykonawca w cenie dzierżawy rozbuduje istniejący aparat o kolejny moduł 40 miejscowy. Takie rozwiązanie jest ekonomiczne - nie ma potrzeby ogrzewania pustych miejsc w aparacie.”

Odpowiedź 76: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o pojemności 40 miejsc inkubacyjno-pomiarowych, pod warunkiem rozbudowy aparatu przez Wykonawcę o dodatkowe miejsca pomiarowe w ramach ceny najmu, w przypadku zwiększenia liczby badań. W sytuacji zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią, w formularzu cenowym pod tabelą (Charakterystyka wynajmowanego urządzenia, pkt. 2) należy dokonać stosownych zmian opisu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 77: Dotyczy formularza cenowego Pakiet 1, tabela asortymentowo-cenowa poz. 4-5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji numer 4 i 5 pipet Eppendorf, które nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny, w związku z czym nie posiadają deklaracji zgodności, a ich stawka VAT to 23%?

Odpowiedź 77: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17, Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety). Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytania 78-80 dotyczą Pakietu nr 1

Pytanie 78: „Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o pojemności 0,5 – 5 ml?”

Odpowiedź 78: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17, Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety). Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 79: „Pozycja 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o pojemności 100-1000 ul?”

Odpowiedź 79: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17, Zamawiający rezygnuje z wymagania zaoferowania asortymentu określonego w pakiecie 1 poz. 4 i 5 (pipety). Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 - Formularz cenowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 80: „Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktu: Zaoferowane podłoża są zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi - potwierdzone oświadczeniem producenta? Sprzęty są certyfikowane i służą do detekcji drobnoustrojów i dalszej diagnostyki mikrobiologicznej (posiew, PCR). W aparacie jest możliwość stosowania met. RAST, jednak te czynności nie są potwierdzone walidacją. Oferent może podesłać na życzenie Zamawiającego oświadczenia użytkowników, którzy pracują na aparacie do posiewu krwi oraz stosują met. RAST.”

Odpowiedź 80: Zamawiający nie uzna walidacji podłoży przez inną, niż EUCAST jednostkę.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków, Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel./fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 31388 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



Pytania 81-84 dotyczą Pakietu nr 4

Pytanie 81: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania krążków od jednego producenta?”

Odpowiedź 81: Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu, oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 82: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu Stabilność krążków po otwarciu min. 6 tygodni?”

Odpowiedź 82: Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu, oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 83: „Pozycja 51 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie testu na dwóch płytkach testowych?”

Odpowiedź 83: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16, Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ. Zamawiający informuje, że w poz. 51 pakietu 4-Krążki antybiotykowe, załącznika 1.1. formularz cenowy wymaga zaoferowania Szybkiego kasetkowego test immunologiczny do wszystkich 5 klas karbapenemaz - KPC, OXA, VIM, IMP, NDM, odczyt max do 15 min.

W przypadku, jeżeli dodatkowo test ten będzie wykrywał wszystkie 5 karbapenemazy na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania Wykonawcy zgodnie z SWZ rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla pakietu 4, tabela „Parametry oceniane” zostanie przyznane 10 pkt w ocenie jakościowej.

Pytanie 84: „Pakiet 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką?” [metodyka w załączeniu]

Odpowiedź 84: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu zgodnie z dołączoną metodyką. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert wyznaczony pismem z dnia 12.11.2024 r. - Modyfikacja 1, do 19.11.2024 r. do godziny 13.00 (termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 13:05) oraz termin związania ofertą.

Załączniki:

1. Formularz cenowy zmodyfikowany.
2. Projektowane postanowienia umowne – zmodyfikowane
3. Metodyka (dot. Pytania nr 84).

Zatwierdził

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina