



Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przegląd techniczny, kalibracja oraz wymiana akumulatorów w 23 szt. przenośnych urządzeń do detekcji narkotyków w ślinie Aquilascan WDTP-10 (w tym naprawa 1 szt.)

Oferę należy przedstawić uzupełniając pola poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj usługi	Ilość usług	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena usługi brutto w PLN (kol. b x c + VAT)
	a	b	c	d	e
1	Przegląd techniczny i kalibracja	23		%	
2	Wymiana akumulatora	23		%	
3	Naprawa/wymiana przycisku (dot. urządzenia o nr 15000556)	1		%	
Cena całkowita oferty brutto (suma poz. 1-3 kol. e)					

II. Zakres usługi:

1. Przegląd techniczny - ogólne oględziny stanu urządzenia oraz elementów współpracujących poprzez wykonanie niezbędnych regulacji i testów.
2. Kalibracja - wyregulowanie i dostrojenie parametrów urządzenia w sposób pozwalający na wykonywanie rzetelnych pomiarów.
3. Wymiana akumulatora.
4. Naprawa - usunięcie usterki uniemożliwiającej włączanie urządzenia, ewentualnie wymiana przycisku.

III. Pozostałe wymagania Zamawiającego:

1. Termin realizacji usługi – maksymalnie **21 dni roboczych**, licząc od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.
2. Wystawienie i dołączenie świadectwa/certyfikatu kalibracji.
3. Termin płatności - **30 dni**, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wszelkie dodatkowe koszty (robocizna), w tym ewentualne koszty transportu po stronie Wykonawcy.

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALISTA
Sekcji VI
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Daniel Bańkowski
Daniel BAŃKOWSKI