



The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857543



Warszawa, dnia 07 sierpnia 2023 roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ
ELEMENTÓW DO BUDOWY PROTOTYPU UKŁADU LASEROWEGO DO „SYSTEMU DO
BADAŃ ULTRASZYBKIEJ CZASOWO-ROZDZIELCZEJ SPEKTROSKOPII” – NR
SPRAWY 14/PN/2023**

oraz

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający - **ENSEMBLE3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa**, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „**Ustawą Pzp**”, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 27 lipca 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SWZ.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

Szanowni Państwo, Rozważając możliwość udziału w ww. postępowaniu chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na poniższe pytanie dot. Załącznika nr 1 (SOPZ) w p. 4.2 Czy



The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857543



Rzeczpospolita
Polska



Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch stołów optycznych o wskazanych w p. 4.1 wymiarach wyposażonych w pasywne izolatory antywibracyjne (4 sztuki) o naturalnej częstotliwości 3-5 Hz i maksymalnym obciążeniu wynoszącym 840 kg (dla 4 izolatorów), przy zachowaniu pozostałych wymagań Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zmienia treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w poniższy sposób.

W tabeli zamieszczonej w punkcie SOPZ w pozycji 4.2. było:

4.2.		Nogi i podstawy: Nogi (4 na stół) powinny być aktywne, typu pneumatycznego
------	--	---

Zamawiający zmienia treść pozycji 4.2. w tabeli zamieszczonej w SOPZ pod na wskazaną poniżej.

4.2.		Nogi i podstawy: Nogi (4 na stół) powinny być aktywne, typu pneumatycznego; Dozwolona jest także technologia pasywnej izolacji antywibracyjnej nóg stołów optycznych
------	--	--

W związku z faktem, iż odpowiedzi Zamawiającego zmodyfikowały treść Szczegółowego Opisu Zamówienia, Zamawiający, informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 28 sierpnia 2023 roku do godz.09:00.



The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857543



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- Rozdział XII pkt 1 - Ofertę należy złożyć do: **28 sierpnia 2023 roku, godz. 09:00**
- Rozdział XII pkt 2 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 sierpnia 2023 roku, godz. 09:15**
- Rozdział XII pkt 5 - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **25 listopada 2023 roku**. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam
Z up. Kierownika Zamawiającego