



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ZPZ - 2375 - 6111 /20

Olsztyn, 23.09. 2020 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowe na „Dzierżawę separatorów komórkowych – 2 szt. wraz z dostawą zestawów do wymiany osocza oraz antykoagulantów ACD-A”.

Zamawiający, SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące postawionych przez Wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

#### Pytanie 1:

##### **Zał. nr 2 pkt nr 6**

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie separatora komórkowego, który można zrestartować w trakcie procedury zakładania zestawu, natomiast nie w trakcie wypełniania zestawu. W trakcie wypełniania zestawu, urządzenie musi na bieżąco analizować przepływ płynów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zapis powyżej.

#### Pytanie 2

##### **Zał. nr 2 pkt nr 10**

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie separatora komórkowego bez dodatkowego wyświetlacza dla pacjenta informującego o czasie pozostałym do końca separacji, informacje te są zawarte na wyświetlaczu na ruchomym ramieniu, które można w trakcie procedury ustawić w taki sposób, aby były one czytelne dla pacjenta/dawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zapis powyżej.

#### Pytanie 3

##### **Zał. nr 2 pkt nr 10**

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie separatora komórkowego, który nie posiada kalkulatora wydajności procedury autoMNC oraz MNC obliczanego na podstawie liczby CD34+ w krwi pacjenta przed zabiegiem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zapis powyżej.

#### Pytanie 4

Załącznik nr 2 pkt nr 10

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie separatora komórkowego, do użytkowania którego przewidziane są zestawy jednorazowe, posiadające jeden pojemnik odbiorczy na komórki macierzyste o pojemności maksymalnej 940 mL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zapis powyżej.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie



mgr Krystyna Futyma

Osoba prowadząca sprawę: Ewelina Piórkowska-Głąb  
Inspektor, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel.: 89 539 82 97, tel./fax: 89 539 82 18  
[przetargi@poliklinika.net](mailto:przetargi@poliklinika.net)  
[https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika\\_olsztyn](https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn)  
kontakt z Wykonawcami w godzinach 7.00-15.00