

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowanie: 15.03.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 15.03.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy 8/2022**

Nazwa zadania: **Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego**

Zapytanie nr 1.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 51

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 51 pozycji 3. MYJNIA STEELCO BP100 HSE oraz pozycji 5. MYJNIA DS500SC STEELCO i stworzenie nowego pakietu lub wcielenie ich do pakietu numer 60 (Wszystkie te urządzenia mają tego samego producenta)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 2.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 51, 60

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie planowanych terminów przeglądów dla urządzeń z pakietu 51 oraz 60.

Wyjaśnienie: Pakiet 51:

1 Myjnia Uniclean PI li 15-2- Maj

2 Myjnia Dezynfektor -Grudzień

3 Myjnia Steelco Bp100 Hse - Maj

4 Myjnia Ultramatic 550 -Marzec

5 Myjnia Ds500sc Steelco -Maj

6 Myjnia Inova M4 -Maj

7 Myjnia Getinge Fd1600 -Marzec

8 Myjnia Getinge Fd1600 -Październik

Pakiet 60:

1 Płuczka Dezynfektor Steelco Bp100 Hse - Czerwiec

Zapytanie nr 3.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 51, 60

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie lokalizacji urządzeń znajdujących się w pakietach 51 oraz 60.

Wyjaśnienie: Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 5

Zapytanie nr 4.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 51, 60

Czy Zamawiający wymaga wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas przeglądu ? Jeżeli tak, to czy mają one być wliczone w koszt przeglądu czy przed przeglądem należy każdorazowo przedstawić Zamawiającemu ofertę ? Czy części mają być nowe i oryginalne ?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 5.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z projektu umowy w § 4, pkt 2. podpunkt 1) "z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie". Nie podjęcie reakcji w terminie oznacza jednocześnie zwłokę w wykonaniu usługi zaś kary z tego tytułu zawierają się w podpunkcie 2) „z tytułu zwłoki w wykonaniu

przeгляdu, konserwacji lub naprawy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.”
Pozostawienie tego zapisu wiązałoby się z karaniem wykonawcy podwójnie za to samo.
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 6.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 27, 68, 76, 82

Pakiet 27 poz. 41 Proszę o informację o typie aparatów Pakiet 82 Proszę o informację o typie aparatu w poz. 10 i 14. Pakiet 76 Proszę o informację o typie aparatów Pakiet 68 poz.16 Proszę o informację o typie aparatu

Wyjaśnienie: Pakiet 27.poz 41 Producent Mindray, numery seryjne KQ-78005741, KQ-78005751, KQ-78005744, KG-78005730, JM-790020099, JM-79002102, JM-79002103, CZC54719UP, CN639033B, CNC63902UR, PHC6H18731+pulsoksymetry, CR-79184959, CR-79184968, CR-79184961, CR-79184967.

Pakiet 82 poz. 10 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta Mistral Air Plus

Poz. 14 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta Scimed 2.0

Pakiet 76 poz. 1 System infuzyjny Space Braun - stacja dokująca 42809, pokrywa 28260, akumulatory 20010 Braunata 13265, 4 szt pompy 149272, 149388, 149407, 149425

Poz. 2 System infuzyjny space Braun – 1. stacja 42787, pompy 149374, 149410, 149441, pokrywa 28255, akumulator. 2. Stacja 42791, pompy 149340, 149443, 149444, p[okrywa 28256, stojak + akumulator.

Poz. 3 System nadzoru okołoporodowego Monako Itam System 2015r. 090, 090R

Poz. 4 System monitoringu pacjentek Kenik 2019r. 2019081004706, 2019081004707,

2019081000089, rejestrator KG- 5214, kamera KG-2130D, Monitor X2481HS-B1FS5/2019

Pakiet 68 poz. 16 – ZOLL

Zapytanie nr 7.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 53, 58, 80, 94

Par 1 punkt 8 i 9: Czy Zamawiający mógłby podać składowe elementy zestawów w pakietach 94, 80, 58 i 53 oraz numery seryjne poszczególnych elementów – jest to niezbędne do precyzyjnej wyceny przeglądów?

Wyjaśnienie: Pakiet 94: procesor 7931531, głowica 7912003, optyka 10 mm 800371 i 800370, pompa 1710CE0814, pompa 1909CE0199, wózek 21981798, k insuflator -7945673, optyka/teleskop 817409.

Pakiet 80

Poz. 1 - nóż Olympus –nóż ultradźwiękowy SonoSorg, trzy optyki W 713909, W716748, W715593

Poz. 2 - Monitor 26 Veh263C0455, konsola kamery 15B051664, głowica kamery 15E014724, obiektyw kamery14K170204, źródło światła x8000 10GO12994, insuflator 169812CM063, pompa histero 9811CM348, pompa laparoskopowa PO39812CM062.

Pakiet 58

Optyka histeroskopowa 811452(04020806)ST

Pakiet 53

Nagrywarka medyczna DIPS7119020270

Zapytanie nr 8.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Par 1 punkt 8 i 9, 10, Pakiet 94, 80, 58, 53: Mając na uwadze, iż urządzenia w pakietach 94, 80, 58, 53, służą do diagnostyki nowotworowej, ratowania życia i zdrowia ludzkiego czy w związku z tym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, instrukcją obsługi, instrukcją serwisową oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami w tym bhp. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy aby osoby wykonujące przeglądy były przeszkolone przez producenta oraz dysponowały aktualnym imiennym certyfikatem

wystawionym przez producenta lub inny uprawniony podmiot posiadający autoryzację od producenta aparatu. W innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi oraz instrukcją serwisową. Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową,
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 9.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Par 1 punkt 11: Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji 48h w dni robocze?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 10.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Par 1 punkt 17: Czy Zamawiający zgodzi się na karę umowną w wysokości 1000 pln brutto?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 11.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Par 4 pkt 1, 2, 3 i 4: Czy Zamawiający zgodzi się na kary umowne: 1) z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 500,00 zł brutto za naruszenie, 2) z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 3) z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie, 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 12.

Dot. SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się, by w przypadku naprawy odbywającej się poza siedzibą Zamawiającego zamiast wpisu do paszportu Wykonawca dostarczył raport serwisowy zawierający wszystkie elementy wpisu do paszportu, który powinien zostać dołączony/wklejony do paszportu technicznego danego urządzenia?

Wyjaśnienie: Tak

Zapytanie nr 13.

Dot. SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się, aby punktowany rabat odnosił się do całości naprawy a nie do wyłączonych części zamiennych. Nasz program księgowy, z uwagi na system podatkowy wystawia faktury (a tym samym i oferty/kosztorysy) jako całościową usługę przeglądu/konserwacji, która jako usługa opodatkowana jest 8% stawką VAT. Same części zamienne podlegają zaś opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 14.

Dot. SWZ

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 21, 28, 68 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 15.**Dot. SWZ**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 21, 28, 68 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 16.**Dot. SWZ**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 21, 28, 68 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 17.**Dot. SWZ**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 18.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 860). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 19.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 21, 28, 68**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie:

z Pakietu 28 pozycji 1,

z Pakietu 21 pozycji 6,

z Pakietu 68 pozycji 11

i utworzenie tym samym nowego pakietu? Umożliwi to start w postępowaniu autoryzowanego serwisu Producenta.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 20.**Dot. SWZ**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

1) wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami. Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Wnosimy o wprowadzenie zmiany SWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 21.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 21

(diatermie) wnosimy o wyłączenie z pakietu nr 21 urządzeń wyprodukowanych przez firmę ERBE (tj. poz. 4 i 5), tworząc dla nich oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 22.

Dot. SWZ pkt XXI.1.4.c – pakiet z wyłączonymi diatermiami Erbe

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego Wnosimy o objęcie pakietu z wyłączonymi diatermiami Erbe wymogiem dla Wykonawcy wykazania się dokumentem / certyfikatem autoryzowanego serwisu wytwórcy lub certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych zgodnie z normą ISO 13485 lub równoważną. (analogicznie jak dla pakietów 69, 77)

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 23.

Dot. SWZ pkt V.5 i 7 oraz Umowa par.1 ust. 8 i 9

Wnosimy o potwierdzenie, że wymagając od Wykonawców aby przedmiot zamówienia realizowany był osobami przeszkolonymi w zakresie przeglądów sprzętu objętego ofertą, Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługi dla diatermii Erbe posiadały imienne certyfikaty ze szkoleń serwisowych dla sprzętu objętego ofertą.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz