



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 19SMspzoz2023

Mogilno, dnia 10.08.2023 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ nr II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 19SMspzoz2023 – Dostawa sprzętu medycznego II

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

1) OSPRZĘT DO UGULA

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego osprzęt do UGUL-a o następującej specyfikacji:

Cieżarek miękki 0,50 kg - 2

Cieżarek miękki 1,00 kg - 2

Cieżarek miękki 1,50 kg - 2

Cieżarek miękki 2,00 kg - 2

Cieżarek miękki 2,50 kg - 2

Cieżarek miękki 3,00 kg - 2

Cieżarek miękki 4,00 kg - 4

Esik metalowy - 30

Kamaszek skórzany do wyciągu - 1

Linka do podwieszeń i ćw. odciążeniu – 120 cm - 6

Linka do podwieszeń i ćw. odciążeniu – 160 cm - 4

Linka z bloczkami do ćw. w odciążeniu – 350 cm - 2

Linka do ćw. samowspomaganych dł. – 225 cm – 1

Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem dł. 550cm - 1

Mankiet nadgarstkowo-kostkowy - 2

Mankiet udowy - 1

Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 2

Pas do wyciągu za miednicę - 1

Pętla Glissona z orczykiem - 1
Podwieszka dwustawowa ze skóry - 4
Podwieszka klatki piersiowej - 1
Podwieszka pod miednicę - 1
Podwieszka pod głowę - 1
Podwieszka ramienna - 2
Podwieszka udowa - 2
Podwieszka kolanowa - 2
Uchwyt metalowy na linkę – 2

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

2) Rower treningowy magnetyczny poziomy: Czy Zamawiający dopuści do postępowania rower treningowy poziomy o następującej specyfikacji technicznej? :

- Rower poziomy

Ergometr z indukcyjno - magnetycznym systemem oporu

32 stopnie regulacji oporu

Koło zamachowe 16 kg

Programy: Manual, 12 zdefiniowanych programów, Recovery, Race, 4 programy

Użytkownika, 4 HRC, Watt

Max waga użytkownika 160 kg

Wyświetlacz LCD - białe podświetlenie- uchwyt na smartphone/tablet

Funkcje: prędkość, kalorie, czas, dystans, puls, RPM, program

Wyświetlacz z regulacją kąta nachylenia

Siodłko z regulacją odległości

Korba 3 częściowa, pedały z paskami

Wymiary: 1730x670x1120 mm

Waga: 64 Kg

Gwarancja półkomercyjna: 1 rok

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

3) Rower treningowy magnetyczny siedzący: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego rower treningowy siedzący o następującej specyfikacji technicznej? :

Rower pionowy

Ergometr z indukcyjno - magnetycznym systemem oporu

32 stopnie regulacji oporu

Koło zamachowe 16 kg

Programy: Manual, 12 zdefiniowanych programów, Recovery, Race, 4 programy

Użytkownika, 4 HRC, Watt

Max waga użytkownika 160 kg

Wyświetlacz LCD - białe podświetlenie- uchwyt na smartphone/tablet

Funkcje: prędkość, kalorie, czas, dystans, puls, RPM, program

Wyświetlacz z regulacją kąta nachylenia

Siodłko z regulacją w pionie i poziomie

Korba 3 częściowa, pedały z paskami

Wymiary: 960x560x1430 mm

Waga: 52 Kg

Gwarancja półkomercyjna: 1 rok

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

4) Poręcz do nauki chodzenia: Czy Zamawiający dopuści do postępowania poręcz do nauki chodzenia o następującej specyfikacji?:

Konstrukcja z elementów stalowych

Długość 300cm Szerokość 95 cm

Możliwość regulacji wysokości

Regulacja wysokości w zakresie: 71-104cm

Regulacja rozstawu poręczy: 35-88cm

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –
Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a