

ZP-18-162UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 04.01.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH, DZIERŻAWA APARTU DO ODCZYTU OB Nr sprawy: ZP-18-162UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 4 poz. 21, załącznik nr 4b poz. 1

dot. zapisów pkt. 1 parametrów krytycznych dla aparatu do odczytu OB. zał. nr 4b Zamawiający wymaga, aby dzierżawiony aparat do odczytu OB. był fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż styczeń 2018 r. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 2017 r. po aktualnym przeglądzie technicznym, walidowanego, z zapewnieniem serwisu na koszt Wykonawcy przez okres 24 m-cy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyprodukowanego wcześniej niż styczeń 2018r.

Pyt. 2 dot. projektu umowy § 1 ust. 6

par. 1 ust. 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „(...) na jego koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto (...)” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy stanowiącego załącznik nr 7a dot. pakietów nr 1,2,3 i 7b dot. pakietu nr 4.