



EZP.26.60.1.2022.AF

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r.

**Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę i instalację laboratoryjnego systemu oczyszczania wody, produkującego wodę oczyszczoną klasy III oraz wodę klasy I (ultraczystą) o wydajności urządzenia do 8 L/h, dla wody po RO wraz z przeszkoleniem personelu laboratoryjnego z obsługi systemu, oznaczenie sprawy: EZP.26.60.2022**

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło jedno pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zapewnia co najmniej 50% wypełnienie zbiornika i tym samym nie wymaga odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia? Tym bardziej, że woda ultraczysta nie jest przechowywana w zbiorniku tylko produkowana na bieżąco.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści nieruchomy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia wyposażony w sygnalizatory LED, pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Katarzyna Karczewska