

Kraków, <sup>24</sup>.....08.2021

DZ.271.77.<sup>541</sup>.....2021

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy: postępowania DZ.271.77.2021 – Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in. wyrobów do procedur anestezyjologicznych, cewników i introducerów Swan Ganz

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania

**Pytanie 1:**

**Pakiet nr 1 pozycja 3 Obwód oddechowy A**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 2:**

**Pakiet nr 1 Poz. 4 Obwód oddechowy B**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 3:**

**Pakiet nr 1 Poz. 4 - obwód oddechowy B**

Prosimy o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający faktycznie wymaga portu kapno na złączce typu Y? Standardowo na złączce typu Y znajdują się porty temperatury i ciśnienia, a port do kapno umieszczony jest na kolanku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 4:**

**Pakiet nr 1 Poz. 6 - łącznik karbowany „martwa przestrzeń”**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany „martwa przestrzeń” mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 5:**

**Pakiet nr 1 Poz. 7 - łącznik karbowany z obrotowym łącznikiem kątowym**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z obrotowym łącznikiem kątowym o rozmiarze przyłączy 22M/15F i 22F, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**





**Pytanie 6:**

**Pakiet nr 1 Poz. 9 - łącznik karbowany z elastycznymi przyłączami**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z elastycznymi przyłączami mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 7:**

**Pakiet nr 1 Poz. 9 - łącznik karbowany z elastycznymi przyłączami**

Prosimy o doprecyzowanie czy długość łącznika min. 175cm należy mierzyć razem z przyłączami czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż min. długość 175cm dotyczy łącznika bez przyłączy.**

**Pytanie 8:**

**Pakiet nr 1 Poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 9:**

**Pakiet nr 2 poz.2- Zestaw introducera**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawu z introducerem wraz z przewodnikiem o średnicy 0,9[mm] oraz igłą 17 G x 70 [mm]-pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10:**

**Pakiet nr 1 poz.1**

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 11:**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji dla bakterii min. 99,999%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12:**

**Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z jedną membraną oraz portem do odsysania zamykanym ręcznie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 13:**

**Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania min. 24 [mgH<sub>2</sub>O/l] przy Vt 500 [ml]?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14:**

**Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opór przepływu min. 0,5 [cmH<sub>2</sub>O] przy Vt 30 [l/min]?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 15:**

**Pakiet nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania długości trzeciej rury w zakresie 65-120 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 16:**

**Pakiet nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o rozmiarze przyłączy: 22M/15F oraz 22F oraz z portem odsysania i bronchoskopu – 15M z gumową zatyczką?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 17:**

**Pakiet nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający na pewno oczekuje łącznika o długości 175 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga łącznika o długości min. 175 cm zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 18:**

**Pakiet nr 1. Poz. 1.**

Prosimy o dopuszczenie filtra mikrobiologicznie czystego, z zakresem objętości oddechowej od 300 – 1500 ml. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 19:**

**Pakiet nr 1. Poz. 2.**

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci mikrobiologicznie czystego, z centralnym portem do odsysania w postaci rozchylanych, silikonowych płatków. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ i wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 1 w pozycji 2 w punkcie 5 jest parametrem punktowanym.**

**Pytanie 20:**

**Pakiet nr 1. Poz. 3.**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ rozciągliwy, max. długość 180 cm., układ zakończony od strony pacjenta zintegrowanym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. Opakowanie foliowe z naklejoną etykietą produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 21:**

**Pakiet nr 1. Poz. 4.**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Zestaw zawiera: rozciągliwe ramię wdechowe i wydechowe do długości 180 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz rozłącznym łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka rozciągliwe do długości 80 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,1 wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**



**Pytanie 22:**

**Pakiet nr 1. Poz. 6.**

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego o stałej długości 15 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 23:**

**Pakiet nr 1. Poz. 7.**

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 24:**

**Pakiet nr 1. Poz. 8.**

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 25:**

**Pakiet nr 1. Poz. 9-10.**

Prosimy o rozdzielenie pakietu nr 1 i wydzielenie pozycji 9 i 10 do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

**Pytanie 26:**

**Pakiet nr 1 - próbki.**

Prosimy o zmianę ilości wymaganych próbek w pakiecie nr 1:


- poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – po 1 próbce

- poz. 5 – po 1 sztuce z każdego zaoferowanego rozmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Administracji

  
mgr Lucyna Stanuch

