



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl

NIP 755-16-33-549 REGON 531172135



Nr sprawy DZP 2375/15/2024

Głucholazy, dn. 21.10.2024r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: „Dostawa zestawu endoskopowego”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy Załącznik nr 1.1. do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wymagane warunki i parametry: Videokolonoskop – 2 szt. I Videogastroskop – 2 szt.:
Czy oferowane Videoendoskopy powinny być kompatybilne z posiadaną myjnią serii ETD w zakresie identyfikacji typu i numeru endoskopu, co umożliwi umieszczenie tych danych na wydruku z myjni endoskopowej, co jest niezbędne do potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonego procesu dekontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy Załącznik nr 1.1. do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wymagane warunki i parametry: Videokolonoskop – 2 szt. I Videogastroskop – 2 szt.:
Czy Zamawiający dopuści nieautoryzowaną przez producenta myjni adaptację przyłącza testu szczelności oraz adaptery podłączeniowe do mycia kanałów endoskopu oraz każdorazowe wykręcanie ich z korpusu myjni serii ETD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy Załącznik nr 1.1. do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wymagane warunki i parametry: Ssak endoskopowy
Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji „uruchamiania pedałem nożnym”.?
Specyfika pracy ssaka endoskopowego wymaga jego ciągłej pracy podczas badania Endoskopowego

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy Załącznik nr 1.1. do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wymagane warunki i parametry: Ssak endoskopowy
Czy Zamawiający dopuści funkcję regulacji mocy ssania?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający opisał ten parametr w pkt.6 arkusza parametrowego (zał. 1.1 do SWZ).

Pytanie 5 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 5 punkt 8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy oraz doprecyzowanie zapisu

(zgodnie z par. 5 pkt. 10 na wniosek Zamawiającego zostanie dostarczony sprzęt zastępczy co zapewni ciągłość wykonywania badań):

Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane będą w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w miejscach użytkowania przedmiotu umowy lub u Wykonawcy, jeśli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pytanie 6 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 5 punkt 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu liczenie do w dni robocze: Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu – rozumiany jako podjęcie naprawy od chwili zgłoszenia, max. 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 5 punkt 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie:

W przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzętu uszkodzonego na czas naprawy, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pytanie 8 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 5 punkt 11.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący (zgodnie z par. 5 pkt. 10 na wniosek Zamawiającego zostanie dostarczony sprzęt zastępczy co zapewni ciągłość wykonywania badań):

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni jeżeli:

- a. Wykonawca w terminie 25 dni roboczych nie naprawi uszkodzonego przedmiotu umowy objętego gwarancją;
- b. po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpi kolejna, taka sama wada.?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pytanie 9 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 6 punkt 1c.

Prosimy o zmianę zapisu, ponieważ Wykonawca nie może odpowiadać za skutki działania tzw. siły wyższej (które zawierają się w sformułowaniu „przyczyn niezależnych od Zamawiającego”):

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca i przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 2 umowy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust.1.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 Dotyczy projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 6 punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

łąčna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust.1.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 Dot. kryterium oceny ofert – termin dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni kalendarzowych (0 pkt)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 Czy Zamawiający dopuści wyposażenie ssaka endoskopowego (pojemnik), które nie jest wyrobem medycznym, objęte jest stawką VAT 23% i nie posiada dokumentów

dopuszczających?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 dot. SWZ, projektu umowy zał. nr 3 do SWZ Paragraf 1 punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaofiarowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2023?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

.....Kierownik Zamawiającego.....