



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 02.12.2022 r.

NZZ/61/P/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w zakresie chirurgii i gastroenterologii

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Pytanie nr 1 –

dotyczy Grupy 1, poz 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji przewodnik przełykowy o dł. roboczej 260 cm i średnicy 0,032”, ze stopu nikolowo-tytanowego, zakończony atraumatyczną spiralną miękką sprężyną ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji przewodnik przełykowy o dł. roboczej 260 cm i średnicy 0,032”, ze stopu nikolowo-tytanowego, zakończony atraumatyczną spiralną miękką sprężyną

Pytanie nr 2 –

dotyczy Grupy 1, poz 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zmniejszenie ilości depozytu do 2 szt? Depozyt będzie uzupełniony na następnym dzień roboczy po otrzymaniu protokołu zużycia do godziny 12:00.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zmniejszenie ilości depozytu do 2 sztuk.

Pytanie nr 3 –

dotyczy Grupy 1, poz 2

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji przewodnik ze stopu nikolowo-tytanowego, zakończony atraumatyczną spiralną miękką sprężyną o średnicy 0,032”, długość robocza jak w SWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji przewodnik ze stopu nikolowo-tytanowego, zakończony atraumatyczną spiralną miękką sprężyną o średnicy 0,032”, długość robocza jak w SWZ.

Pytanie nr 4 –

dotyczy Grupy 1, poz 3

Najmniejsze niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 10 szt kleszczy chwytających. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby na koniec umowy przetargowej rozliczone zostało „napoczęte” opakowanie handlowe? Naruszenie opakowania handlowego uniemożliwia dalszą odsprzedaż w/w narzędzi. Niedopuszczenie takiego rozwiązania może wpłynąć znacząco na cenę. W trakcie trwania umowy rozliczenie depozytu i jego uzupełnienie nastąpi po zaraportowaniu przez Zamawiającego pełnego opakowania handlowego czyli 10 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę aby na koniec umowy przetargowej rozliczone zostało „napoczęte” opakowanie handlowe.

Pytanie nr 5 –

dotyczy Grupy 1, poz 4

Wnosimy o rezygnację z depozytu w tej pozycji. Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego ma termin ważności/sterylności 2 lata. Utworzenie depozytu wpłynie znacząco na ostateczną cenę zestawu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający rezygnuje z depozytu w tej pozycji (Grupa 1, pozycja 4).

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY