



Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22

---



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 12.01.2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych w ramach postępowania nr: PN 67/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

### **Zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, na mankiecie 0,05mm+/-0,01, o sile zrywu przed i po starzeniu 6N, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 w tym min. aldehyd na 6 poziomie odporności, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (w tym min. aldehyd na 6 poziomie odporności) - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.***

## **SIWZ rozdział 9 wymagania dotyczące wadium**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązaniem to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy

Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu żądania wadium

## **Zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe:

- posiadające AQL 1,5; siła zrywająca przed starzeniem 7-7,5 N, siła zrywająca po starzeniu 7-7,5,
- o grubości: palce  $\geq 0,14$ ; dłoń  $\geq 0,12$ , mankiet  $\geq 0,10$
- opakowanie a 100 z przeliczeniem ilości
- z naniesionym oznakowaniem dotyczącym zgodności z Dyrektywą MP 93/42/EWG oraz rozporządzeniem w sprawie środków ochrony osobistej (UE) 2016/425. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 374-3?

***Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic spełniających normę EN 374-3 (lub inną w pełni jej odpowiadającą) - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.***

1. Czy Zamawiający zgadza się, aby standard ASTM F 1671 był potwierdzony kartą danych technicznych wystawioną przez producenta? Karta danych zawiera informacje potwierdzającą wyniki z przeprowadzonych badań. Taki dokument jest wystarczający aby zapewnić Zamawiającego, o spełnianiu wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.***

**Pyt. dot. istotnych warunków umowy:**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

***Odpowiedź: Tak.***

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt. V istotnych warunków umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

***Odpowiedź: Tak.***

### **Zadanie 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic niesterylnych, jednorazowych diagnostyczno-ochronnych, bezpydrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III.

Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładowym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.***

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach 100 szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

### **Zadanie 1**

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.***