

Zakup i dostawa videolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla zespołów ratownictwa medycznego

Znak sprawy: DZP.TP.8 2023

Poznań, 24.10.2023 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /
strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP pod nazwą: **Zakup i dostawa videolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla zespołów ratownictwa medycznego.**

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 16 Z DNIA 24.10.2023R.

Zamawiający przedstawia poniżej PRAWIDŁOWĄ treść zapytania nr 16 i odpowiedzi oraz informuje, że jest ona wiążąca dla Wykonawców składających ofertę.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga by urządzenie zachowało swą pełną funkcjonalność w trakcie ładowania baterii. Pozwoli to na wykonywanie procedury intubacji i ratowanie życia pacjentom nawet przy rozładowanej baterii.

Odpowiedź:

Było: „Zamawiający potwierdza, że wymaga by urządzenie zachowało swą pełną funkcjonalność w trakcie ładowania baterii. Pozwoli to na wykonywanie procedury intubacji i ratowanie życia pacjentom nawet przy rozładowanej baterii.”

Powinno być: „Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga”.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

/-/ Anna Szymańska