

ZP/3/22

### **Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. ***Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością***

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy, Zamawiający niniejszym dokumentem dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie części nr 2.

W tej części postępowania umieszczone zostały trzy pozycje:

Lp.	Nazwa asortymentu
1.	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

2.	<p>Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt., a dla rozmiaru XL po 240 sztuk</p>
3.	<p>Rękawice lateksowe, bezpydrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.</p>

Wyjaśnieniami Specyfikacji z dnia 21 marca 2022 roku Zamawiający, w odpowiedzi dla pytania nr 1 błędnie wskazał, że dla każdej z tych pozycji **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania o innej liczbie sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowym, a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego.**

Po analizie problemu Zamawiający wskazuje, że w zakresie pozycji numer 2 nie ma możliwości zaoferowania rękawic w innych liczebnie opakowaniach aniżeli wynika to z pierwotnie

opublikowanego opisu przedmiotu zamówienia (250 sztuk dla rozmiarów S-L i 240 sztuk dla rozmiaru XL), ponieważ Wykonawca musi zapewnić kompatybilność opakowań z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Ponadto opakowania rękawic muszą umożliwiać ich wyjmowanie od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Wobec powyższego Zamawiający wydziela pozycję numer 2 z części nr 2 postępowania i tworzy nową część postępowania numer 3. Wyjaśnienia treści Specyfikacji opublikowane w dniu 21 marca 2022 roku zachowują swoją ważność w zakresie, który nie dotyczy udzielonych wyjaśnień odnośnie możliwości zaoferowania innych pojemnościowo **opakowań rękawic z dotychczasowej** pozycji numer 2 z części nr 2 postępowania.

Dla nowoutworzonej części nr 3 warunki udziału w postępowaniu, przedmiotowe środki dowodowe, podstawy wykluczenia, kryteria oceny ofert, prawo opcji, a także wszelkie załączniki do Specyfikacji (od numeru nr 2-4) są tożsame z tymi określonymi dla części nr 1 i 2.

W związku z dokonaną modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert na 25 marca 2022 roku godzina 14:00, termin otwarcia ofert na 25 marca 2022 roku godzina 14:30, termin związania ofertą na 23 kwietnia 2022 roku.

Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

/-/ Paweł Dopierała  
Prezes Zarządu