

**DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH**

Pytanie nr 1

Czy w pozycji nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny preparat myjący na bazie nie-jonowych tenzydów przeznaczony do manualnego i maszynowego mycia giętkich oraz sztywnych endoskopów, narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz innych przedmiotów szpitalnych; zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, poliwęglany, enzymy oraz środki konserwujące. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej, nie wymagający neutralizacji (neodisher Mediclean for-te)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu.

Pytanie nr 2

Czy w pozycji nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny neutralny środek do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich oraz sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę; na bazie aldehydu glutarowego; o spektrum działania B, Tbc, F, V ( Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) w stężeniu 1 % w czasie 5 min w temp. 55oC (noisher Septo DN)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu.