



SZP-EZP/272/2023

Złotów, dnia 18.12.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **26/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

### Wyjaśnienia treści SWZ

#### Dotyczy: Część 5 – Wyposażenie medyczne

##### Pytanie nr 1

Hydrauliczny wózek transportowo-kąpielowy (wózkowanna).

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o poniższych parametrach:

- Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych
- Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną.
- Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną
- Długość całkowita wózka 1920 mm
- Szerokość całkowita wózka 760 mm
- Długość leża 1870 mm
- Szerokość leża 620 mm
- Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka
- Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm
- Jednosegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL.
- Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału. Możliwość odjęcia wanienki od leża.
- Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny
- Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody 6°
- Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym węzłem spustowym
- Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi
- Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki
- Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka
- Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z bieżnikiem

przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłonę. Wszystkie koła z hamulcem  
- Nośność maksymalna wózka 180 kg

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** wózek transportowo-kąpielowy o powyższych parametrach.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
lek. Artur Bobruk

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861811>)
2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)