



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 27.12.2022 r.

dotyczy: **PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczenia faktury VAT wraz z towarem? W przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z Magazynu, natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania ich razem. Do każdej dostawy dołączony jest natomiast dokument WZ.

Proponujemy przesyłanie faktury formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail wss.faktury@szpital.wroc.pl.

Odpowiedź: Zgodnie z Warunkami Umownymi – punkt 12. ust. 1 i ust. 2.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie obowiązkowych zapisów waloryzacyjnych do umowy, które są wymagane dla postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane, których długość przekracza 6 miesięcy zgodnie z art. 44 i 75 Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Odpowiedź: Zgodnie z Warunkami Umownymi – punkt 21.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 23 poz. 1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej dla poz. 1 - białej, poz 2 do leków światłoczułych, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze z rozszerzeniem do 60 ml, typu Luer-Lock. skala nominalna co 1ml, wyróżniona graficznie. Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce, pakowane po 60 szt.?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA.