

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ IV – Zadanie 4

PN 38/23

Resuscytator silikonowy		
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Typ/model	Podać	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Potwierdzenie parametrów
1.	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg, w zestawie z rezerwuarem tlenu o pojemności 2600 ml	TAK	
2.	Specjalna faktura powierzchni worka oraz pasek, gwarantują pewny i wygodny uchwyt.	TAK	
3.	Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H ₂ O, zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta.	TAK	
4.	Objętość: +/- 1475 ml	TAK	
5.	Dostarczana objętość oddechowa: +/- 1100 ml	TAK	
6.	Wymiary: (długość x średnica): +/- 291 x 128 mm	TAK	
7.	Objętość rezerwuaru tlenu: +/- 1500 ml	TAK	
8.	Średnica złącza pacjenta (do podłączenia maski): +/- 20 mm (zewnętrzna), +/- 15 mm (wewnętrzna)	TAK	
9.	W komplecie maska twarzowa silikonowa z pompowanym mankietem, rozm. 5	TAK	
10.	Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie	TAK	
11.	Rezerwuár tlenu do dezynfekcji	TAK	
12.	Gwarancja	TAK, podać	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec	TAK	
14.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych	TAK	
15.	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe	TAK	

16.	Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty	TAK	
-----	---	-----	--

Resuscytator silikonowy dla dzieci		
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Typ/model	Podać	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Potwierdzenie parametrów
1.	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dzieci o masie ciała 10 - 30 kg, w zestawie z rezerwuarem tlenu o pojemności 2600 ml	TAK	
2.	Specjalna faktura powierzchni worka oraz pasek, gwarantują pewny i wygodny uchwyt.	TAK	
3.	Objętość: +/- 635 ml	TAK	
4.	Dostarczana objętość oddechowa: +/- 450 ml	TAK	
5.	Wymiary: (długość x średnica): +/- 240 x 95 mm	TAK	
6.	Objętość rezerwuaru tlenu: +/- 1500 ml	TAK	
7.	Złącze pacjenta (do podłączenia maski): +/- 20 mm	TAK	
8.	W komplecie maska twarzowa silikonowa z pompowanym mankietem, rozm. 1 i 2	TAK	
9.	Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie	TAK	
10.	Rezerwuuar tlenu do dezynfekcji	TAK	
11.	Gwarancja	TAK, podać	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec	TAK	
13.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych	TAK	
14.	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe	TAK	
15.	Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty	TAK	

