

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY**

**CZĘŚĆ III – Zadanie 3**

**PN 38/23**

Ssak mobilny		
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Typ/model	Podać	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Potwierdzenie parametrów
1.	Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci	TAK	
2.	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne	TAK	
3.	Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa)	TAK	
4.	Urządzenie łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze	TAK	
5.	Bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa	TAK	
6.	Maksymalne podciśnienie (regulowane): - 0.80 bar - 80 kPa - 600 mmHg	TAK	
7.	Maksymalny przepływ: +/- 40 l/min	TAK	
8.	Poziom hałasu: +/- 60 dB	TAK	
9.	Cykl pracy: praca ciągła	TAK	
10.	Waga: +/- 4 kg (ze wszystkimi akcesoriami)	TAK	
11.	Wymiary: +/- 35 x 18 x 21 cm	TAK	
12.	Butla z poliwęglanu 1 litr z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem	TAK	
13.	Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)	TAK	
14.	Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm	TAK	
15.	Filtr antybakteryjno - hydrofobowy	TAK	
16.	Cewnik CH20	TAK	
17.	Zasilanie 230 V 50Hz	TAK	
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, zasilacz dołączone do każdego urządzenia	TAK	

19.	Gwarancja min 24 m-ce	TAK, podać	
20.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych	TAK	
21.	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe	TAK	
22.	Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty	TAK	