



Znak: AE/ZP-27-87/23

Tarnów, 2023-11-14

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy wymagane jest pole aplikacji krwi na całej szerokości paska na jego końcówce ułatwiające wykonanie pomiaru?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z enzymem dehydrogenaza glukozy przebadanym pod kątem interferowania z ponad 200 substancjami?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 2 Załącznika Nr 4.1 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści zakres wartości hematokrytu 10-65%?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy wymagane jest pole aplikacji krwi na całej szerokości paska na jego końcówce ułatwiające wykonanie pomiaru?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z enzymem dehydrogenaza glukozy przebadanym pod kątem interferowania z ponad 200 substancjami?
6. **Dotyczy punktu 22.12 SWZ - Projektowane postanowienia umowy..** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt 22.12 projektowanych postanowień umowy, wynosiły 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** pasków testowych z polem aplikacji krwi na całej szerokości paska na jego końcówce.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** pasków z enzymem dehydrogenazy glukozy, które zostały przebadane pod kątem interferowania z co najmniej 200 substancjami.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** przedmiotu zamówienia z zakresem wartości hematokrytu 10-65%, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** pasków testowych z polem aplikacji krwi na całej szerokości paska na jego końcówce.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** pasków z enzymem dehydrogenazy glukozy, które zostały przebadane pod kątem interferowania z co najmniej 200 substancjami.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do punktu 22 SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosok

