

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23.02.2023 r.

**Sprawa ZP/06/2023**

**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na: „**Zakup i dostawy materiałów medycznych**”, ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2023/BZP 00098145/01** z dnia **16.02.2023 r.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

**1. Zadanie nr 11 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 114 x 150 mm x 66 kartek.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**2. Zadanie nr 11 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

**Odp.:** Nie.

**3. Zadanie nr 11 poz. 15**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru 58 mm x 25 m z nadrukiem.

**Odp.:** Nie.

**4. Zadanie nr 11 poz. 15**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru 58 mm x 18 m gładkiego (bez nadruku).

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**5. Zadanie nr 12 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej okrągłej o rozmiarze 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**6. Zadanie nr 12 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej w kształcie kwiatka o rozmiarze 25,7 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Nie.

**7. Zadanie nr 12 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 36 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Nie.

**8. Zadanie nr 12 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej kwadratowej o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 36 x 40 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Nie.

**9. Zadanie nr 12 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.



#### 10. Zadanie nr 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.:** Nie.

#### 11. Projekt umowy – par. 10 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, możliwość przedłużenia czasu obowiązywania umowy o czas nie dłuższy niż 12 miesięcy zależy również od zgody wykonawcy wyrażonej w formie aneksu.

**Odp.:** Tak.

#### 12. Pytanie 1, zadanie 3

**Poz. 3-** proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika do transportu moczu **pakowanego po 200szt.**

Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### 13. Pytanie 2, zadanie 5

**Poz. 2** – proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania **pojemnika 3,5 l o wysokości całkowitej 28,5 cm.**

Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### 14. Pytanie 3, przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce kart danych technologicznych wystawionych przez Producenta, **kart katalogowych wystawionych przez producenta lub dystrybutora lub importera lub wykonawcę.**

Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### ZADANIE NR 17

##### 15. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 3,4 mm, maksymalny kat rozwarcia 90 stopni, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm. łyżeczki owalne: gładkie, aligator, aligator z igłą dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm przy średnicy narzędzia 2,3mm. łyżeczki owalne: czarny dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz niebieski dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

**Odp.:** Tak.

##### 16. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,40 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm Wymagane średnice 10, 15,20,25,30 mm do wyboru przez Zamawiającego?

**Odp.:** Tak.



### 17. Pytanie 36

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki z wodą sterylną o pojemności 450 ml do dozowników tlenowych, wyposażone w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością stosowania do 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta) . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno) . Do oferty zostaną dołączone badania i raport potwierdzające że pojemniki do nawilżania jednorazowego o podobnej konstrukcji można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia . Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 450ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk . Pozwoli to na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych cenowo ofert .

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

### 18. Pytanie 1 dotyczy Zapytania ofertowego

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odp.:** Zamawiający wymaga, aby były zachowane warunki prawidłowego przechowywania i transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

### 19. Pytanie 2 dotyczy Zapytania ofertowego

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odp.:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

### 20. Pytanie 3 dotyczy Zapytania ofertowego

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odp.:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

### 21. Pytanie 4 Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (0,7L; 3-3,5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### 22. Pytanie 5 Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu ? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

**Odp.:** Zamawiający wymaga pojemników do gromadzenia odpadów medycznych zakaźnych o twardych ścianach, odpornych na przebicie.

### 23. Pytanie 6 Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą



normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania.

**Odp.:** Zamawiający wymaga pojemników do gromadzenia odpadów medycznych – technologia ich wykonania nie jest istotna dla Zamawiającego.

**24. Pytanie 7 Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane pojemniki (0,7L; 3-3,5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

**Odp.:** Tak.

**25. Pytanie 8 Zadanie nr 9 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane w opakowania po 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań tj. 3188 op. ?

**Odp.:** Tak.

**26. Zadanie 17, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wykonane z drutu plecionego o grubości 0,3 mm dla średnic otwarcia 10 mm, 15 mm oraz z drutu plecionego o grubości 0,41 mm dla średnic otwarcia 25 mm, 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.:** Tak.

**27. Zadanie 18, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań: o długości narzędzia 1600 mm wyłącznie z igłą o śr. 23 G oraz o długości 4 mm oraz o długości narzędzia 2300 mm z igłą o śr. 21 G lub 23 G oraz o długości 4 mm lub 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.:** Tak.

**28. Pytanie nr 7**

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej o następującej treści: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EURO ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o min. 5%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o min. 5%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%. Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo, z uwagi na ogólnosiwiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**29. Pytania umowy § 2 ust. 1**

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu:

*„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy, tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”*

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**30. Pytanie nr 2**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4**



Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy § 6 ust. 4 w sposób następujący:

*„W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”*

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### 31. Pytanie nr 3

#### Dotyczy wzoru umowy § 7

Zawracamy się z prośbą o dodanie w § 7 o następującej treści:

*„Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.”*

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### 32. Pytanie nr 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

#### **„SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### 33. Pytanie nr 5

#### Dotyczy wzoru umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 8 poprzez dodanie ustępu o następującej treści:

*„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności powodujących niemożność lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.”*

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.



### 34. Pytanie nr 6

#### Dotyczy wzoru umowy

W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ postanowienia przewidującego zmianę ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.

*„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza się zmianę (odpowiednio podwyższenie lub obniżenie) **maksymalnej wartości umowy brutto**. Wykonawca gwarantuje **niezmiennosc cen jednostkowych netto „w górę”** przez **okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.**”*

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennego ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażąco stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny netto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### 35. Pytanie nr 7

#### Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej o następującej treści:  
*„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EURO ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o min. 5%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o min. 5%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%. Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”*

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo, z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**36. Pytanie nr 1 dot. zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga okularków w następujących rozmiarach; micro poniżej 28 cm ,Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm do wyboru przez Zamawiającego?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**37. Pytanie nr 2 dot. zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

**Odp.:** Tak.

**38. Pytanie nr 3 dot. zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**39. Pytanie nr 4 dot. zadania nr 4**

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**40. Pytanie nr 5 dot. zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga aby okularki składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

**Odp.:** Nie.

**Zadanie nr. 14**

**41. Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 14 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

**Odp.:** Tak.

**42. Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 14 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 100 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

**Odp.:** Nie.

**Zadanie nr 33**

**43. Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy 60 mm, o długości linii szwu 65,1 mm, do użycia z ładunkiem z nożem, z dwiema podwójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 2,0mm?

**Odp.:** Tak.

**44. Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 60 mm, o długości linii szwu 65,1 mm, z dwiema podwójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 2,0mm?

**Odp.:** Tak.

**45. Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, do użycia z ładunkiem z nożem, z dwiema podwójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 2,0mm?

**Odp.:** Tak.



**46. Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, z dwiema podwójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 2,0mm?

**Odp.:** Tak.

**47. Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler tnący z prostą główką, długości cięcia 40mm, do tkanki grubej?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**48. Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, długości 18 cm, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie:

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm;

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**49. Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane przez delikatne dociśnięcie od góry do opuszka palca, pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odp.:** Tak.

**50. Dotyczy Zadania nr 31:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia **próbki na wezwanie** do ww. zadania, gdyż jesteśmy dostawcą wymienionego asortymentu na mocy kilkuletnich umów **lub** wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnej?

**Odp.:** Tak.

**51. zadanie 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**52. zadanie 20, poz. 2**

czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z maską i nebulizatorem i drenem, bez ustnika, dren wzmocniony wzdłużnie 6- cioma pasami?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

czy zamawiający dopuści zestaw z drenem zamiast rurki karbowanej?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**53. Pytanie 1 dotyczy Zadania 4 (Okularki do fototerapii)**

Czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii jednorazowego użytku, renomowanej amerykańskiej firmy, czystych mikrobiologicznie, pakowanych indywidualnie, wykonanych z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze, z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%, potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinanych na rzep na potylicy. Okularki wykonane z jednego kawałka materiału, z dodatkowymi uchwytami na przodzie, ułatwiającymi ich dopasowanie. Okularki w kształcie litery Y, co powoduje, że łatwo dopasowują się do główki dziecka, oraz gwarantują bezbolesne ich zdjęcie. Zabezpiecza to również przed zsuwaniem się okularów.

**Odp.:** Tak.



**54. Pytanie 2 dotyczy Zadania 4 (Okularki do fototerapii)**

Czy Zamawiający wymaga, żeby okularki do fototerapii posiadały identyfikator rozmiaru w postaci oznaczeń kolorystycznych na okularkach

- wcześniaki – kolor zielony (24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm)
  - noworodki – kolor turkusowy, (rozmiar 30 – 38 cm, szerokość opaski 56 mm)
  - Mikro - kolor granatowy ( 20-28 cm, szerokość opaski 46mm),
- jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**55. Pakiet nr 19, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o objętości 1000ml?

**Odp.:** Tak.

**56. Pakiet nr 20, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji w trakcie wentylacji mechanicznej, sterylnej, w składzie: nebulizator z łącznikiem T, ustnik, dren tlenowy o długości 210cm zakończony standardowymi, uniwersalnymi łącznikami?

**Odp.:** Tak.

**57. Pakiet nr 22, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

**Odp.:** Nie.

**58. Pakiet nr 22, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone pakowane z prowadnicą w komplecie?

**Odp.:** Tak.

**59. Pakiet nr 23, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści rozmiary Ch10, Ch12, Ch14 i Ch16?

**Odp.:** Tak.

**60. Pakiet nr 23, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora?

**Odp.:** Nie.

**61. Pakiet nr 23, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści port do podawania leków z końcówką Luer?

**Odp.:** Tak.

**62. Pakiet nr 23, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści system wyposażony w suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu?

**Odp.:** Tak.

**63. Pakiet nr 23, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora?

**Odp.:** Nie.

**64. Pakiet nr 23, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści port do podawania leków z końcówką Luer?

**Odp.:** Tak.

**65. Pakiet nr 23, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści system wyposażony w suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu?

**Odp.:** Tak.

**66. Pakiet nr 24, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści rękojeść plastikowo-metalową, gdzie część chwyta wykonana jest z zielonego polipropylenu?

**Odp.:** Tak, z zastrzeżeniem próbki.

**67. Pakiet nr 24, pozycja nr 1** – Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego)”?

**Odp.:** Nie.



68. **Pakiet nr 24, pozycja nr 2** – Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego)”?  
**Odp.:** Nie.
69. **Pakiet nr 24, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści łyżki typu Miller dostępne w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4?  
**Odp.:** Tak.
70. **Pakiet nr 25, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml?  
**Odp.:** Tak.
71. **Pakiet nr 25, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze powyżej 40kg?  
**Odp.:** Tak.
72. **Pakiet nr 25, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml?  
**Odp.:** Tak.
73. **Pakiet nr 25, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści zastawkę PEEP dołączoną osobno?  
**Odp.:** Nie.
74. **Pakiet nr 25, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze powyżej 40kg?  
**Odp.:** Tak.
75. **Pakiet nr 25, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści zastawkę PEEP dołączoną osobno?  
**Odp.:** Nie.
76. **Pakiet nr 25, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści worek do wentylacji o pojemności 550ml?  
**Odp.:** Tak.
77. **Pakiet nr 25, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze 10-30kg?  
**Odp.:** Tak.
78. **Pakiet nr 25, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści zastawkę PEEP dołączoną osobno?  
**Odp.:** Nie.
79. **Pakiet nr 25, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze do 10kg?  
**Odp.:** Tak.
80. **Pakiet nr 26, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml?  
**Odp.:** Tak.
81. **Pakiet nr 26, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 210cm?  
**Odp.:** Tak.
82. **Pakiet nr 26, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 2000ml?  
**Odp.:** Tak.
83. **Pakiet nr 26, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści jedną maskę anestetyczną (rozmiar 5) w zestawie, natomiast drugą (rozmiar 4) dołączoną osobno?  
**Odp.:** Tak.
84. **Pakiet nr 26, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 210cm?  
**Odp.:** Tak.
85. **Pakiet nr 26, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 1600ml?  
**Odp.:** Tak.



**86. Pakiet nr 26, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści jedną maskę anestetyczną (rozmiar 2) w zestawie, natomiast drugą (rozmiar 3) dołączoną osobno?

**Odp.:** Nie.

**87. Pakiet nr 26, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści jedną maskę anestetyczną (rozmiar 2) w zestawie, natomiast maski w rozmiarze 3 i 4 dołączoną osobno?

**Odp.:** Tak.

**88. Pakiet nr 26, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 210cm?

**Odp.:** Tak.

**89. Pakiet nr 26, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 1600ml?

**Odp.:** Tak.

**90. Pakiet nr 26, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści jedną maskę anestetyczną (rozmiar 1) w zestawie, natomiast drugą (rozmiar 0) dołączoną osobno?

**Odp.:** Tak.

**91. Pakiet nr 34, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24mg przy Vt500?

**Odp.:** Nie.

**92. Pakiet nr 34, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści filtr o wadze 22g?

**Odp.:** Tak.

**93. Pakiet nr 34, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści opór 1,0hPa przy przepływie 30 l/min?

**Odp.:** Tak, z zastrzeżeniem próbki.

Zadanie nr 17

**94.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kleszcze gastroscopowe w powleczeniu w kolorze szarym.

**Odp.:** Tak.

**95.** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy 0,33 mm, całkowita długość oczka pętli maksimum 45,00 mm, długość robocza 2400 mm.

**Odp.:** Tak.

Zadanie nr 18

**96.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic w pokryciu PTFE.

**Odp.:** Tak.

**97.** Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy narzędzia 2,3 mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,68 mm, długość narzędzia 2000 mm.

**Odp.:** Tak.

**98.** Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie koszy w rozmiarze 30 mm x 60 mm, kosz w osłonce PTFE, średnica narzędzia 3,6 mm.

**Odp.:** Tak.

**99.** Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy narzędzia 2,3 mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,68 mm, długość narzędzia 2000 mm.

**Odp.:** Tak.

Zadanie nr 28

**100.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku.

**Odp.:** Tak.



Zadanie nr 33

**101.** Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków z dwoma podwójnymi rzędami zszywek, długość linii szwu 65 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,0 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm.

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**102.** Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków z dwoma podwójnymi rzędami zszywek, długość linii szwu 85 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,0 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm.

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**103.** Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplerów o długości linii cięcia 45 m.

**Odp.:** Nie.

**104.** Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26, 29, 32 i 34 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**105. Zadanie 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zaciskaczy pakowanych a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.:** Tak.

**106. Zadanie 2, pozycja 6-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek do identyfikacji pakowanych a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.:** Tak.

**107. Zadanie 2, pozycja 8-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę woreczków do próbek moczu pakowanych a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.:** Tak.

**108. Zadanie 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3 l i wysokości 15 cm?

**Odp.:** Nie.

**109. Zadanie 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2 l i wysokości 24,6 cm?

**Odp.:** Nie.

**110. Zadanie 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę misek nerkowatych pakowanych a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.:** Tak.

**111. Zadanie 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków pakowanych a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem w górę do 2834 opakowań?

**Odp.:** Tak.

**112. Zadanie 11, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści Papier EKG CARDIOVIT FT-1 w rozmiarach 114mmx150mmx75kart?

**Odp.:** Nie.

**113. Zadanie 11, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych w rozmiarze 57mmx30m?

**Odp.:** Nie.



**114.Zadanie 11, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Cardio Aid o wymiarach 58mmx25m?

**Odp.:** Nie.

**115.Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odp.:** Tak.

**116.Zadanie 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odp.:** Tak.

**117.Zadanie 19, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem o pojemności 1000ml, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.:** Tak.

**118.Zadanie 20, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do nebulizacji:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z nietoksycznych materiałów
- Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
- W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
- Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do:
  - rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
  - obwodu oddechowego
- i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
- Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
- Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp.:** Tak.

**119.Zadanie 21, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik tlenowy donosowy o długości 300 lub 500 cm?

**Odp.:** Tak.



### 120. Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści poniższy resuscytator dla pozycji 1 i 2 dla dorosłych, dla pozycji 3 dla dzieci oraz dla pozycji 4 dla niemowląt?

**W skład zestawu wchodzi:** resuscytator silikonowy, maska anestetyczna silikonowa, rezerwuar tlenu, przewód tlenowy, walizka transportowa

- Worek samorozprężalny w kolorze białym
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczna z otwartym mankietem wykonana w całości z biokompatybilnego silikonu
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandardyzowane złącze pacjenta 15F/22M
- wielorazowego użytku – worek, maska (możliwość sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w temperaturze do 134°C lub 15 minut w 121°C)
- jednorazowego użytku – rezerwuar tlenu, dren tlenowy
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Wielorazowego użytku
- Niesterylny
- ?

**Odp.:** Tak.

### 121. Zadanie 26, pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści zestawy do resuscytacji jednorazowe z poniższym opisem:

**W skład zestawu wchodzi:** resuscytator, maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem, rezerwuar tlenu, przewód tlenowy

- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankieta do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami



wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia

- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne

?

**Odp.:** Tak.

#### **122.Zadanie 27, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane z rolowanym mankietem AQL 0,65 i zawartości protein  $\leq 89\mu\text{g/g}$ , zgodne z normą EN 455, pakowane w parach. Rozmiary 6,0-9,0?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### **123.Zadanie 27, pozycja 1**

Rękawice diagnostyczne niejałowe, lateksowe, pudrowane z rolowanym mankietem AQL  $\leq 1,5$  i zawartości protein  $\leq 83\mu\text{g/g}$ , zgodne z normą EN 455, pakowane w parach. Rozmiary S-XL?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **124.Zadanie 27, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, zewnątrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 0,65 i zawartości protein  $\leq 89\mu\text{g/g}$ , zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone badaniami wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. Rozmiary od 6,0 do 8,5?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### **125.Zadanie 27, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnątrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach, powierzchnia wewnętrzna polimerowana, długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu  $0,17\text{mm} \pm 0,01$  (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem min. 16N, AQL 0,65 i zawartość protein  $\leq 66\mu\text{g/g}$  (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-8,5?

**Odp.:** Nie.

#### **126.Zadanie 27, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe poliizoprenowe, kolor zielony, dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein lateksu i akceleratorów chemicznych, z rolowanym mankietem i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną, warstwą zewnętrzną gładką polimeryzowaną, o minimalnej długości 290-305mm w zależności od rozmiaru, grubość min. na palcu  $0,21\text{mm} \pm 0,02$ , min. na dłoni  $0,20\text{mm} \pm 0,02$  (potwierdzone badaniami wytwórcy lub niezależnego laboratorium), siła zrywu minimum przed starzeniem 11N. AQL 0,65 i zgodne z normą EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone badaniami raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-9,0?

**Odp.:** Nie.

#### **127.Zadanie 27, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnątrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną. Siła zrywu mediana minimum przed starzeniem min. 18N. AQL 0,65, zawartość protein  $\leq 10\mu\text{g/g}$  (potwierdzone badaniami wytwórcy lub niezależnego laboratorium), zgodne z normą EN -455 1-3, potwierdzone badaniami



wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671 (potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania niezależnego laboratorium). Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiary od 6,0 do 9.0?

**Odp.:** Tak.

#### **128.Zadanie 27, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, zapewniające odporność na przekłucia i rozdarcia, w kolorze eliminującym refleksy świetlne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, zewnętrznie polimeryzowana, wewnętrznie polimeryzowana (potwierdzone kartą techniczną), zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 280-290mm w zależności od rozmiaru, i grubości na palcu 0,33mm+/-0,01 (potwierdzone kartą techniczną). AQL 0,65 i zawartości protein < 30 ug/g, zgodne z normą EN -455. Rozmiary od 6,0 do 8,5?

**Odp.:** Tak.

#### **129.Zadanie 27, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, o przedłużonym mankiecie (ginekologiczne), AQL 1,5, zgodne z normą EN 455 cz.1,2,3, kształt anatomiczny, długość minimalna 480mm+/-0,01, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rolowany mankiet; odporne na przekłucie, rozerwanie; łatwe w nakładaniu; dobrze dopasowane, nie śliskie?

**Odp.:** Nie.

**130.** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.:** Zamawiający uzupełni projekt umowy o w/w zapis.

**131.** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **132. Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się do nie zbywania osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **133.Pytanie 2**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., Zamawiający pozostawia go do dyspozycji Dostawcy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o zaistniałym fakcie (e-mail lub fax)

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **134.Pytanie 3**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **135.Pytanie 4**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:



„W przypadku niedokonania wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad, a także w przypadku niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać zakupu ....”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 136. Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 5%?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 137. Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„....., nie stanowią podstawy uzasadniającej rozwiązanie umowy, o ile zaległości nie będzie większa niż 45 dni”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 138. Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 139. Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, szczególnie w przypadku:...”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 140. Pytanie 9

Dotyczy zadania 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, tyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez + aligatorki z igłą i bez (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu o śr. 2.3 mm dostępne długości narzędzia 1600 mm i 2300 mm ?

**Odp.:** Nie.

#### 141. Pytanie 10

Dotyczy zadania 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii typ plecionka, jednorazowego użytku, owalna, rozmiar: 10, 15, 25 i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. narzędzia 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm ?

**Odp.:** Tak.

#### 142. Pytanie 11

Dotyczy zadania 18, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, dł. narzędzia 2300 mm ? Możliwość wykonywania badań MRI.

**Odp.:** Tak.

#### 143. Pytanie 12

Dotyczy zadania 18, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku o śr. igły 0,7 mm (22 G), dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm o długości narzędzia 2300 mm, śr. narzędzia 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający



niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem ? Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

**Odp.:** Tak.

**144.Pytanie 13**

Dotyczy zadania 18, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowego użytku z gumką tekstylną, nie zawierające lateksu z otworem centralnym o rozmiarze minimum 22 mm x 26 mm pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników, ustnik wstępnie złożony (gumka zamocowana z 1 strony) z dużymi otworami bocznymi ?

**Odp.:** Nie.

**145.Pytanie 14**

Dotyczy zadania 18, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom, jednorazowego użytku  $\varnothing$  cewnika 2,55 mm, 3-kanałowy, długość narzędzia 200 cm.

Różne rodzaje do wyboru przez Zamawiającego:

- końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia przewodnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego i monofilamentu (do wyboru Zamawiającego).

- końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 3 mm, długość cięciwy 20 mm, możliwość użycia przewodnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego

- końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm możliwość użycia przewodnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego - częściowo izolowana cięciwa.

- typu „Precut” – bez noska – cięciwa od końca dystalnego, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia przewodnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego ?

**Odp.:** Nie.

**146.Pytanie 15**

Dotyczy zadania 18, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na przewodnik 0,035", 4-drutowy, typ prosty z nitinolu ? Rozmiary koszyków: 20/40 i 30/60mm. Średnica cewnika 2,8 mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, na krótki przewodnik 0,035" długość 1950 mm.

**Odp.:** Nie.

**147.Pytanie 16**

Dotyczy zadania 18, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom igłowy, jednorazowego użytku trójkanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu 6 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, sfinkterotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania przewodnika, akceptujący przewodnik 0,035" ?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**148.Pytanie do pakietu 17 poz. 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie kleszczy biopsyjnych o łyżeczkach owalnych, owalnych z igłą, aligator, aligator z igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; niebieska lub szara osłonka (w zależności od długości roboczej narzędzia) bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; W zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odp.:** Tak.

**149.Pytanie do pakietu 17 poz. 2:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznych o kształcie owalu; średnica pętli 10 mm, 15mm lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, kompatybilne z kanałem roboczym 2,8 mm?

**Odp.:** Tak.



**150.**Pytanie do pakietu 18 poz. 1 (3):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowej klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego?

**Odp.:** Nie.

**151.**Pytanie do pakietu 18 poz. 2 (4):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowej igły do ostrzykiwania; długość igły 4mm, 5mm lub 6mm; grubość igły 19G, 22G, 23G lub 25G; długość narzędzia 1600mm-2300mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; z blokadą pozycji igły wysuniętej i schowanej; ze spiralną osłoną zapobiegającą bocznej perforacji; min. średnica kanału roboczego 2,6mm?

**Odp.:** Tak.

**152.**Pytanie do pakietu 18 poz. 3 (5):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie ustnika endoskopowego z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; nie zawiera latexu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie z oznaczeniem nr katalogowego, datą ważności i danymi producenta?

**Odp.:** Tak.

**153.**Pytanie do pakietu 18 poz. 4 (6):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowej pułapki na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; pakowana pojedynczo?

**Odp.:** Tak.

**154.**Pytanie do pakietu 18 poz. 5 (7):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie przewodnicy jednorazowego użytku, sztywnej; średnica 0,035"; długość robocza 450 cm; atraumatyczna, bezrdzeniowa końcówka prosta lub zagięta pod kątem 25 lub 60 stopni, o długości 5 cm lub 7 cm, pokryta powłoką hydrofilną; biało-niebieskie spiralne pokrycie silikonową powłoką od 5/7cm do końca przewodnicy; rdzeń wykonany ze stopu tytanu i nityolu; żebrowane pokrycie korpusu przewodnicy zmniejsza powierzchnię styku z wewnętrzną powierzchnią narzędzi, przyspieszając wprowadzanie?

**Odp.:** Tak.

**155.**Pytanie do pakietu 18 poz. 6 (8):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sfinkterotomu trójkanałowego jednorazowego użytku; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada znaczniki widoczne w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm lub 7mm; długość cięciwy 20mm, 25mm lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm)?

**Odp.:** Tak.

**156.**Pytanie do pakietu 18 poz. 7 (9):

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowego koszyka do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; wprowadzanie koszyka po przewodnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym?

**Odp.:** Nie.

**157.**Pytanie do pakietu 18 poz. 8 (10):



Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie trójkanałowego sfinkterotomu igłowego jednorazowego użytku; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm)?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**158.** Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 dopuści dopuści jednorazowe nakłuwacze o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm bez możliwości przypadkowej zmiany ustawienia?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**159.** Czy zamawiający w Zadaniu nr 14 będzie wymagał nakłuwaczy z o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm bez możliwości przypadkowej zmiany ustawienia? Proponowane rozwiązanie zapewni oszczędność miejsca, ograniczy koszty i usprawni dystrybucję nakłuwaczy na oddziałach.

**Odp.:** Zamawiający nie wymaga – dopuszcza.

**160.** Czy Zamawiający z Zadaniu nr 14 wyrazi zgodę na wycenę za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku albo podanie ceny za opakowanie 200 sztuk?

**Odp.:** Tak.

**161.** Zadanie nr 19 poz. 2, poz. 3, poz. 4.

Proszę o dopuszczenie masek tlenowych z drenem o długości 200 cm, maski tlenowej z rezerwuarem o długości 200 cm.

**Odp.:** Tak.

**162. Dotyczy Pakietu 19 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści maski z workiem o pojemności 1000ml?

**Odp.:** Tak.

**163. Dotyczy Pakietu 24 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych ?

**Odp.:** Nie.

**164. Dotyczy Pakietu 25 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o pojemności 1800 ml?

**Odp.:** Tak.

**165. Dotyczy Pakietu 25 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o pojemności 550 ml?

**Odp.:** Tak.

**166. Dotyczy Pakietu 25 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o pojemności 320 ml?

**Odp.:** Tak.

Pakiet nr 17 Czy zamawiający dopuści

**167.** poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 6,7mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia **2,3mm**. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz pomarańczowy dla kleszczy przeznaczonych do gastrokopii. Kleszcze z możliwością wykonania biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odp.:** Tak.



168. Poz. 2 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,47 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm Wymagane średnice 10, 15,24,36mm

**Odp.:** Tak.

Pakiet nr 18 Czy zamawiający dopuści

169. Poz. 3 Klipsownica hemostatyczna endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem gotowym do użycia , z możliwością wielokrotnego otwierania/ zamykania klipsa przed ostatecznym użyciem. Średnica narzędzia 2,6 mm długość robocza 2300 mm . Klipsownica obrotowa 360 st w dowolnym kierunku. Klipsownice z rozwarciem 11 lub 16 mm z ramionami zagiętymi 135 st do wyboru przez zamawiającego .Narzędzie w osłonce PTE

**Odp.:** Tak.

170. Poz. 4 Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań o długości 2300 mm do wyboru przez zamawiającego. Mechanizm blokowania igły z wyraźnie słyszalnym kliknięciem. Grubość igieł 22 G lub 25 G każda o długości 5 mm do wyboru przez zamawiającego.

**Odp.:** Tak.

171. Poz. 5 Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 21mm x 26mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.

**Odp.:** Tak.

172. Poz. 6 Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, sterylna, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.

**Odp.:** Nie.

173. Poz. 7 Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" prosty, sztywny. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 60mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w panczeru transportowym. Opakowanie handlowe = 2 sztuk.

**Odp.:** Nie.

174. Poz. 8 Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,5mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,67mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 2000mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 2sztuk.

**Odp.:** Nie.

175. Poz. 9 Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm . Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 2000mm. Średnica narzędzia 2,3 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.

**Odp.:** Nie.

176. Poz. 10 Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,5mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 2000 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.

**Odp.:** Nie.



**177. Pakiet 27, poz. 4**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, neoprenowych bezpudrowych wolnych od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 koloru ciemnozielonego, posiadające zewnętrzną warstwę z makroteksturą zapewniającą pewny chwyt oraz wewnętrzną wielowarstwową powłokę polimerową wykonaną w technologii E-Z glide, która nie wysusza dłoni użytkownika zapewniając przy tym najlepsze nakładanie o długości min. 280 – 292 mm dopasowanej do dłoni użytkownika. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoni 0,16 – 0,19 mm, AQL 0,65, siła zrywania min. 9N (parametry potwierdzone kartą techniczną). Posiadające mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5?

**Odp.:** Nie.

**178. Pakiet 27, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych posiadających zewnętrzną warstwę z makroteksturą zapewniającą pewny chwyt oraz wewnętrzną wielowarstwową powłokę polimerową z poliakrylanem i surfaktantem ułatwiającą nakładanie, koloru jasnobrazowego o średniej grubości na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, siła zrywania min. 11,6 N / 15,7 N, długość min. 290 mm (parametry potwierdzone kartą techniczną). Pozostałości chemiczne (akceleratorzy) poniżej poziomu wykrywalności z testem UPB/P/003a. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Posiadające opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z listkiem powyżej 5 mm oraz dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

**Odp.:** Nie.

**179. Pakiet 27, poz. 5**

Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych aktualnie obowiązującej Regulacji 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla wirusów wg. EN 374-5 zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

**Odp.:** Tak.

**180. Pakiet 27, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadającą zewnętrzną warstwę z mikroteksturą (antypoślizgową) zapewniającą pewny chwyt.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**181. Pakiet 27, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych o podwyższonej chwytności z powłoką polimeru akrylowo- hydrożelowego ułatwiająca zakładanie, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, o średniej grubości na palcu 0,34 mm, długość min. 280-295 mm dopasowana do rozmiaru. Brązowe, poziom protein < 10 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium), AQL 0,65. Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**182.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 1 dopuści Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej standardowych rozmiarach stosowanych przez zdecydowaną większość światowych producentów Ch 10, 12, 14, 16?

**Odp.:** Tak.

**183.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25, poz. 1 i 2 dopuści Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1650 ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odp.:** Tak.

**184.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25, poz. 1, 2, 3 dopuści resuscytatory z osobno pakowaną zastawką PEEP?

**Odp.:** Nie.

**185.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25, poz. 1, 2, 3 dopuści resuscytatory bez zastawki PEEP?

**Odp.:** Nie.



186. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25, poz. 3 dopuści Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 600 ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak.

187. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 1 worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 1650 ml, rezerwuwar tlenowy o pojemności 2000 ml – standardowy dla dorosłych, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak.

188. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 2 worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 600 ml, rezerwuwar tlenowy o pojemności 1600 ml, – standardowy dla dzieci, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak.

189. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 3 rezerwuwar tlenowy o pojemności 1600 ml, – standardowy dla dzieci i noworodków, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Tak.

190. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34, wykreśli poz. 5, z uwagi na to iż produkt jest tylko jednego producenta, a taka budowa pakietu ogranicza konkurencyjność tylko do jednej firmy, co jest niezgodne z swz?

|   |   |  |  |  |    |     |
|---|---|--|--|--|----|-----|
| S | Filtry do respiratora NPB 760 Puritan Bennet: |  |  |  |    |     |
| a | - filtr wlotu powietrza                       |  |  |  | 10 | szt |
| b | - filtr respiratora chłodzącego               |  |  |  | 10 | szt |

Odp.: Nie.

**191. Dotyczy zadania 27 poz 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie parametrów rękawicy karta danych technicznych importera. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak.

**192. Dotyczy zadania 27 poz 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w rozmiarach od S do L. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**193. Dotyczy zadania 27 poz 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie protein < 91 ug/g. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**194. Dotyczy zadania 27 poz 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min 282 mm, grubości na palcu 0.19 mm, siłach zrywu min 13 N oraz proteiny ≤ 30 ug/g. g. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie.

**195. Dotyczy zadania 27 poz 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min 292 mm, grubości na palcu 0.18 mm, na dłoni 0.17mm oraz siłach zrywu min 13 N. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie.

**196. Dotyczy zadania 27 poz 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o siłach zrywu min 13 N oraz proteiny ≤ 30 ug/g. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie.

**197. Dotyczy zadania 27 poz. 6**



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem i silikonem oraz zewnętrznej pokrytej silikonem potwierdzone oświadczeniem producenta, proteiny  $\leq 30$  ug/g. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp.:** Tak.

**198. Dotyczy zadania 27 poz 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min 482 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp.:** Tak.

**199. Zadanie 19 po 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o dł. 200cm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**200. Zadanie 19 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem i drenem o dł 200cm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**201. Zadanie 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji czysty mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**202. Zadanie 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek do resuscytacji pacjenta o poj.1475ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**203. Zadanie 25 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek do resuscytacji pacjenta o poj.1475ml, z zastawką PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cmH<sub>2</sub>O pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**204. Zadanie 25 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie części resuscytatora, w tym maska i rezerwuar nadawały się do sterylizacji w autoklawie 134stopni C?

**Odp.:** Tak.

**205. Zadanie 25 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o całkowitej objętości worka 635ml przeznaczony dla pacjentów 10-30 kg, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**206. Zadanie 25 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o całkowitej objętości worka 220 ml przeznaczony dla pacjentów < 10 kg , pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**207. Zadanie 26 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji składający się z worka o poj.1547 ml, z zaworem ciśnieniowym 40cm H<sub>2</sub>O, z jedną maską nr 5 w zestawie, oddzielnie pakowana maska nr 4, z drenem 200cm, z rezerwuarem o poj. 2600ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak.

**208. Zadanie 26 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji składający się z worka o poj.683 ml, z zaworem ciśnieniowym 40cm H<sub>2</sub>O, z jedną maską nr 1 w zestawie, oddzielnie pakowana maska nr 2, z drenem 200cm, z rezerwuarem o poj. 2600ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Nie. (pomyłka numeracji – pyt. dotyczy poz. 2)

**209. Zadanie 26 poz.1**



Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji składający się z worka o poj. 235 ml, z zaworem ciśnieniowym 40cm H<sub>2</sub>O, z jedną maską nr 0 w zestawie, oddzielnie pakowana maska nr 1, z drenem 200cm, z rezerwuarem o poj. 300 ml pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odp.:** Tak. (pomyłka numeracji – pyt. dotyczy poz. 3)

**210.** Czy Zamawiający w Zadaniu nr 17 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiającym otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1.8 długość 160cm oraz 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 lub 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm?

**Odp.:** Tak.

**211.** Czy Zamawiający w Zadaniu nr 17 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii wykonanych z plecionego drutu, dostępnych w trzech różnych sztywnościach pętli; dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, dostępne średnice otwartej pętli 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm w zależności od rodzaju, długości roboczej narzędzia 240 cm, średnicy zewnętrznej osłonki 2,4 mm; wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?

**Odp.:** Tak.

**212. Zadanie 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe do laparoskopii, rozmiar M/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca z rzeźbą wewnętrzną, zasobnik z taśmą samoprzylepną, pakowane po 6 szt?

**Odp.:** Tak.

**213. Zadanie 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Klipsy polimerowe niewchłaniające rozmiar XL, kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok XL, pakowane po 6 szt.?

**Odp.:** Nie.

**214. Zadanie 28, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Grasper Ø5mm/330 mm, szczypce dł. 20 mm podwójnie ruchome, rowkowane, uchwyt z blokadą zamka?

**Odp.:** Nie.

**215. Zadanie 28, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści Dissektor Maryland Ø5mm/330 mm, szczypce dł. 20 mm, uchwyt bez blokady zamka?

**Odp.:** Nie.

**216. Zadanie 28, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki Ø5mm/330 mm, zakrzywione, uchwyt bez blokady zamka?

**Odp.:** Nie.

**217. Dotyczy pakietu 22 poz. 1-6**

Czy Zamawiający wymaga aby rurki były silikonowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta przed odczynem alergicznym.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**218. Dotyczy pakietu 22 poz. 1-6**

Czy Zamawiający wymaga opakowań zgrzewanych punktowo zapewniających utrzymanie anatomicznego kształtu rurki?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**219. Dotyczy pakietu 22 poz. 1-6**



Czy Zamawiający wymaga nadrukowanego rozmiaru na baloniku kontrolnym w celu szybszej i wygodniejszej identyfikacji rurki?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy Zadania nr 33**

220. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści parametr - regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 – 2,2 mm?

**Odp.:** Tak.

221. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści parametr - wysokość otwartej zszywki 5,2mm?

**Odp.:** Tak.

222. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 6 Pozycja nr 1 i 2 są pakowane przez wytwórcę odpowiednio: po 3 i 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

W WIDOSPĘCZALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DIREKTOR NACZELNY  
Dariusz Tumielec

Piotr Kalkowski