



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na **dostawę komponenty do dializ**, sygn., sprawy: **ZP-23-039BN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Czy w Formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji 1 należy wycenić: 1 200 sztuk - zamawiana ilość opakowań - wg Załącznika Nr 1 do SWZ, czy 1 600 sztuk - wg Załącznika 1A do SWZ: komponenta kwaśna odpowiednik 160 000 litrów oraz odpowiednio dla składu chemicznego 5 i 6 komponenty płynnej w ilości 6 375 zamiast 8 500 litrów?**
Odp.: Należy wycenić ilość z formularza asortymentowo-cenowego, tj 1200 sztuk. Zamawiający wykreśla z załącznika Nr 1a zapis o treści: „odpowiednik 160.000 litrów”.
- 2) Czy dla składu chemicznego pozycji 6 - Załącznik Nr 1A do SWZ Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu o stężeniu CL- = 107,00 mmol/l (lp. 5), pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją?**
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.