



„Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” Numer umowy:  
RPWP.09.01.01-30-0001/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

L. dz. DZP- 330 /22

Poznań, dnia 07.06.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy /  
platforma zakupowa**

**Dotyczy:** TPm-45/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Dostawa łóżek szpitalnych dla Oddziału Onkologii Dziecięcej, Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatricznej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**DOTYCZY CZĘŚCI 1 ( Łóżko szpitalne dla dzieci w wieku do 18 lat – 29 szt. ):**

**Pytanie 1:**

*Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści klasę wodoszczelności IP 54 (klasa potwierdzająca ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 2:**

*Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści możliwość przedłużenia leża o 300 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 3:**

*Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację 400 – 850 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 4:**

*Czy Zamawiający w pkt. 27 wymagając w pkt. 6 opisu - Podczas podnoszenia wezglowia barierka zabezpieczająca wezglowie podnosi się razem z nim – ma na myśli w tym punkcie barierki tworzywowe składane na ramę leża a nie wzdłuż ramy łóżka, ponieważ nie ma takiej możliwości technicznej to rozwiązanie przy tym opisie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 5:**

*Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 220V, bez sygnalizacji włączeni do sieci, stopień ochrony IPX6, przewód zasilający skręcony?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 6:**

*Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w akumulator bez sygnalizacji jego podłączenia do sieci?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 7:**

*Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 1920 mm (+/- 10 mm)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 8:**

*Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego tylko możliwość wydłużania leża o 300 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 9:**

*Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL, gładkimi, łatwo demontowanymi bez użycia narzędzi, nadającymi się do dezynfekcji, leże każdego łóżka wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, podczas podnoszenia wezglowia barierka zabezpieczająca wezglowie podnosi się razem z nim?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 10:**

*Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę o długości i szerokości adekwatnej do wymiarów zewnętrznych łóżka dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu bez konieczności podawania konkretnych wymiarów w cm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 11:**

*Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 440 mm do 800 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 12:**

*Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części plecowej w zakresie 0o – 65o (+/- 5o)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 13:**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części nożnej w zakresie 0o – 45o (+/- 2o)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 14:**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o (+/- 2o) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 15:**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 15o (+/- 2o) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 16:**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacji funkcji autokontur
- regulacji przechyłów wzdłużnych

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 17**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o wymiarach 160 cm x 85 cm dopasowanych do wymiarów leża oferowanego łóżka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 18**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu wykonanym z materiału nie rozciągliwego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 19**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki boczne opuszczane wzdłuż ramy leża o wysokości 430 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 20**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego standardowo w barierki zabezpieczające leże na jego długości bez konieczności stosowania „dodatkowych barierek”?

*(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)\**

\* Zamawiający informuje zdjęcie produktu zostało pominięte w związku z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania”. Ujawnienie zdjęcia produktu mogłoby pozwolić na identyfikację Wykonawcy składającego wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 21**

*(Dotyczy pkt 6) Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dla dzieci w wieku do lat 18 z barierkami poruszającymi się wraz z całym leżem podczas wykonywania przechyłów? W dalszej części opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga łóżka z barierkami składającymi się wzdłuż ramy leża, a więc poruszającymi się wraz z całym leżem.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 22**

*Czy w pkt 27 opisując „Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki – do wszystkich łóżek” Zamawiający miał na myśli uchwyt z przyciskiem, który jest wbudowany w górną poprzeczkę barierki, co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu rozwiązaniach?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**DOTYCZY CZĘŚCI 2 (Łóżka dziecięce dla dzieci do 4 r.ż. o wzroście do 140 cm – 17 szt.):**

**Pytanie 23**

*Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V zgodnie z PN bez diody informującej o podłączeniu do sieci?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 24**

*Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w akumulator bez diodowej kontrolki informującej o stanie naładowania?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 25**

*Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 1700 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 26**

*Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość całkowitą 800 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 27**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże o długości 1470 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 28**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 730 – 1010 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 29**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR za pomocą jednego przycisku znajdującego się na panelu sterowania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

### **Pytanie 30**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wypełnione płytami z tworzywa ABS?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 31**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego odległość górnej krawędzi segmentu pleców od szczytu głowy w każdym położeniu, również w trakcie podnoszenia o parametrze zapewniającym bezpieczeństwo dziecka bez konieczności podawania konkretnego parametru w cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 32**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterowania posiadający specjalny przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania; panel posiadający możliwość zablokowania funkcji (segmentu oparcia pleców, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) oraz wyposażony w diody LED informujące o zablokowanej funkcji; przyciski oznaczone w wyraźny, czytelny sposób, w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

### **Pytanie 33**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cztery koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą, bez koła kierunkowego?

*(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)\**

\* Zamawiający informuje zdjęcie produktu zostało pominięte w związku z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania”. Ujawnienie zdjęcia produktu mogłoby pozwolić na identyfikację Wykonawcy składającego wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34**

*Czy Zamawiający dopuści łóżko dla dzieci w wieku do lat 4 o szerokości całkowitej 830mm, która nie wpływa na walory użytkowe łóżka?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 35**

*Czy Zamawiający dopuści łóżko dla dzieci w wieku do lat 4, które posiada tworzywowe wypełnienie leża?  
Rozwiązanie jest nowocześniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze w utrzymaniu czystości.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,