



Kraków, dn. 04.04.2022r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-11/22

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku (pakiet 1,2,6,8,10), materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku (pakiet 3,4,5) oraz rękawic diagnostycznych i sterylnych (pakiet 7 i 9)”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### PYTANIA I

Pakiet 7 poz 1 i 2

1. Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 7 poz 3

1. Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez wewnętrznej warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejanemu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

3. Czy zamawiający dopuści rękawice przebadane na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 16523 -1 oraz wirusy zgodnie z europejską normą EN 374-5 Virus, które są równoważne do EN 374 oraz ASTM F 1671?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Pakiet 7 poz 4

1. Czy zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

*Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Z poważaniem,

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: [info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl), [www.dziecieczszpital.pl](http://www.dziecieczszpital.pl)

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015