



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 09.05.2023 r.

EZP 169/2023

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dot. Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora parametrów krytycznych

Zamawiający informuje iż dokonał zmiany w opisie parametrów załącznika nr 3 do zaproszenia –
wymagania techniczne – warunki graniczne



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień publicznych
Ewa Sempowicz



WYMAGANIA TECHNICZNE - WARUNKI GRANICZNE

Lp.	Opis parametru/warunku	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy
I. Wymagania ogólne			
1)	Producent – Firma	Podać	
2)	Nazwa/typ urządzenia	Podać	
3)	Kraj pochodzenia	Podać	
4)	Rok produkcji: nowy lub nie starszy niż 2019 rok po pełnym przeglądzie	TAK	
II. Parametry techniczne			
1.	Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz	TAK	
2.	Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego	TAK	
3.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ²⁺ (zakres pomiarowy cCa ²⁺ od 0,1 mmol/L), cCl ⁻ , glukoza, mlecza, bilirubina, (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)	TAK	
4.	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory	TAK	
5.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary	TAK	
6.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: <ul style="list-style-type: none"> • maksymalnie 45µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki 	TAK	

7.	Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund	TAK	
8.	Automatyczne mieszanie próbki	TAK	
9.	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna).	TAK	
10.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	TAK	
11.	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni.	TAK	
12.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych	TAK	
13.	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą ref.	TAK	
14.	Możliwość oznaczenia do 40 próbek na godzinę.	TAK	
15.	Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasyty)	TAK	
16.	Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.	TAK	
17.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu	TAK	
18.	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasyty sensorowej bez utraty pozostałych testów.	TAK	
19.	Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów	TAK	
20.	Gwarancja na analizator – cały okres dzierżawy	TAK	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)	TAK	
22.	Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim	TAK	

23.	Analizator należy zintegrować z działającym w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu systemem HIS-AMMS Asseco	TAK	
24.	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.	TAK	

Uwaga!!!

W kolumnie „WYMAGANE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)

data,
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

