

## Wszyscy Wykonawcy

ZP-2490/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/30/PN/19).

Zamawiający modyfikuje w formularzu cenowym zadania 78 opis zapotrzebowanego asortymentu w pozycji 1 i 2 w zakresie jego wielkości:

### - Pozycja 1

Było:

„Stabilizator przegrody nosa z rozcięciem ułatwiającym aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich wymiarów, wykonane z miękkiego silikonu, jednorazowy

- wielkość 75 x 150 mm
- grubość 0,50 mm”

### **Jest:**

„Stabilizator przegrody nosa z rozcięciem ułatwiającym aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich wymiarów, wykonane z miękkiego silikonu, jednorazowy

- **wielkość 60 x 40 mm (+/- 10 mm)**
- grubość 0,50 mm”

### - Pozycja 2

Było:

„Usztywniacz nosowy - zewnętrzny stabilizator usztywniający nos po zabiegach, rynoplastyki i chirurgii rekonstrukcyjnej nosa, termoplastyczny materiał ze zmiękczonej powierzchnią, zmiękczone w temperaturze 100 stopni, krótkotrwałe formowanie i czas stygnięcia,

- wielkość 4 x 6 cm”

### **Jest:**

„Usztywniacz nosowy - zewnętrzny stabilizator usztywniający nos po zabiegach, rynoplastyki i chirurgii rekonstrukcyjnej nosa, termoplastyczny materiał ze zmiękczonej powierzchnią, zmiękczone w temperaturze 100 stopni, krótkotrwałe formowanie i czas stygnięcia,

- **wielkość 4 x 6 cm (+/- 1 cm)”**

**W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 78.**