

Wykonawcy postępowania

ZP/96/2023

Łódź, dn. 22.09.2023 r.

Dot.: odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa symulatorów pacjenta w ramach realizacji projektu „Centrum Symulacji Medycznych - rozbudowa”– ZP/96/2023.

Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr. 2b do SWZ

Pakiet II

Symulator pacjenta dorosłego

Pytanie 1:

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie zgodności możliwość, co najmniej czterech godzin pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze jak i systemie sterowania?

Monitor pacjenta to komputer all in one, który wymaga ciągłego podłączenia do źródła zasilania i nie posiada baterii wewnętrznych.

Odpowiedź

Tak. Modyfikacja załącznika nr 2b do SWZ opis przedmiotu zamówienia pakiet II w załączeniu.

*Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Jacek Grabowski*