



Centrala 67 210 61
Fax 67 212 41
e-mail: kancelar
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Piła dnia 22.12.2022 roku

FZP.II-241/122/22/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pn. „ZESTAW DO DETEKcji WĘZŁA WARTOWNICZEGO Z SONDĄ BEZPRZEWODOWĄ”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.6

Wnosimy o wydłużenie terminu na dokonanie naprawy urządzenia lub dostarczenia urządzenia zastępczego w okresie gwarancyjnym do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.7

Wnosimy o dodanie do treści §7 ust 7 następującego zdania:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji. W wypadku przekazania zgłoszenia telefonicznie Zamawiający potwierdzi następnie zgłoszenie drogą elektroniczną. Chcemy przy tym wyjaśnić, że ze względu na wewnętrzne procedury, Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w wersji elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.11

Wnosimy o zmianę treści §7 ust 11 w następujący sposób:

W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez dostarczenia sprzętu zastępczego, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą bezprzewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie:

- sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa i liczbowa na dużym wyświetlaczu OLED bez osobnego wyświetlacza słupkowego,

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą bezprzewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie:

- waga sondy z wbudowanym kolimatorem wolframowym i z bateriami 210 g. Masa sondy rośnie w kwadracie średnicy sondy a Zamawiającym dopuszcza szeroki zakres średnic sondy od 9 mm do 15 mm i nie jest możliwe technicznie uzyskanie niskiej masy sondy przy maksymalnej dopuszczalnej średnicy sondy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 6

Jednocześnie zwracamy się z pytaniami ogólnymi do SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy do 28 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 7

Jednocześnie zwracamy się z pytaniami ogólnymi do SIWZ:

Wytwórca urządzenia przewiduje wykonywanie przeglądu gwarancyjnego raz na dwa lata, co zostaje potwierdzone fabrycznym świadectwem oraz plombą. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeglądu gwarancyjnego raz na dwa lata, zgodnie z zaleceniami Wytwórcy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.