

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa rękawic nitrylowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot zamówienia:

Rękawiczki laboratoryjne nitrylowe

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Bezpudrowe,
2. Teksturowane min. na końcach palców,
3. Oburęczne,
4. Długość rękawicy min. 240mm,
5. Grubość rękawicy na palcu min. 0,09 mm (mierzone pojedynczo),
6. Poziom szczelności AQL nie większy 1,5,
7. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III,
8. Wymagane rozmiary rękawic: XS, S, M, L, XL,
9. W opakowaniach po 100 szt., łączna ilość opakowań: 4123,
10. Minimalny termin przydatności do użycia: 31.12.2024 r.