

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz
E.ZP.261.13.2023

Nr postępowania: 20 Z TP 23
Bydgoszcz, 01.06.2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę aparatu RTG cyfrowego wraz z montażem oraz adaptacją pomieszczeń.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy wraz z aparatem RTG cyfrowym należy zaoferować zestaw do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości spełniający wymagania wynikające z Rozporządzenia MZ z dnia 12.12.2022 roku Załącznik nr 3 składający się co najmniej z: a) fantom rtg dedykowany do testów kontroli jakości ogólnodiagnostycznych aparatów rtg, b) fantom rtg równoważny pacjentowi pozwalający wykonać testy powtarzalności ekspozycji/dawki oraz test systemu AEC przy zmianie grubości obiektu, c) program online do wspomaganie wykonywania testów podstawowych kontroli jakości cyfrowych aparatów rtg z funkcjami co najmniej automatyzacji pomiarów i obliczeń, generowania i archiwizowania raportów, przypominania o upływie terminów testów, d) szkolenie użytkownika z techniki wykonywania testów podstawowych kontroli jakości oraz obsługi programu do wspomaganie wykonywania testów podstawowych kontroli jakości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu fantomów do wykonywania podstawowych testów kontroli.

Pytanie 2:

W zakresie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych – Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie ogólnej broszury informacyjnej oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na potwierdzenie spełnienia parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia wymaga złożenia katalogu lub folderu lub specyfikacji technicznej z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 10.2 SWZ oraz dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.2 SWZ nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań), zgodnie z pkt 10.3 SWZ.

Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia do Oferty ogólnej broszury informacyjnej oferowanego wyrobu i oświadczenia producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy o przetwarzaniu danych z wykonawcą, który zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł postanowienia dotyczące powierzenia danych osobowych w projekcie umowy. Zamawiający nie przewiduje zawierania dodatkowo odrębnej umowy.

Pytanie 4:

Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych aparatu DR Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego do aparatu DR z systemu obsługi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu DR przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa? Specyfikacja rozwiązania technicznego zostałaaby przedstawiona przez Wykonawcę do ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie zapewnia szybką realizację wszelkich zadań wynikających z realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do aparatu (np. modyfikacje użytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji oprogramowania do bieżącej, analiza logów, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytą serwisową na miejscu itp).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania zgodnego z pkt 214 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ), tj. możliwości zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego i VPN zapewnionego przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, że udostępnia połączenie VPN: Client-to-Site z klientem dostępnym na system Windows lub za pomocą openvpn. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, jest możliwe zestawienie tunelu Site-to-Site.

Pytanie 5:

Zamawiający zasadniczo wymaga realizacji usług serwisowych w okresie gwarancji w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, jednak w zakresie czasu reakcji dodatkowo oprócz 24 h w dni robocze wymagane jest 48 h w dni ustawowo wolne od pracy.

Wnosimy o wykreślenie „Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin.”

W praktyce w przypadku np. okresów świątecznych, czy weekendów konieczne jest podjęcie reakcji przez serwis w dniu świątecznym np. w poniedziałek Wielkanocny, czy pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia – w naszej ocenie wykreślenie zapisu nie pogorszy standardu usług, gdyż nadrzędnym i najważniejszym wymogiem w interesie Zamawiającego jest obowiązujący wykonawcę czas realizacji napraw.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu „Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin.”

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 01.06.2023 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 6:

Zamawiający wymaga „Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie z licencjami na okres 60 miesięcy. Gwarancja na lampę RTG bez limitu skanów – 60 miesięcy. Licencje nie mogą mieć ograniczeń czasowych.”. Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie „bez wyłączeń” prosimy o potwierdzenie, że chodzi o udzielenie gwarancji na oferowany aparat rentgenowski w całości, natomiast nie o sytuację, w których wada lub awaria jest wynikiem nieprawidłowego tj. niezgodnego z instrukcją użytkowania, w tym uszkodzeń mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o udzielenie gwarancji na oferowany aparat rentgenowski, natomiast nie o sytuację, w których wada lub awaria jest wynikiem nieprawidłowego, tj. niezgodnego z instrukcją, użytkowania, w tym uszkodzeń mechanicznych – zgodnie z § 8 ust. 11 projektu umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie 7:

W zakresie kar umownych w okresie gwarancji wnosimy, aby były naliczane od wartości zakresu, którego dotyczą, tj. aby dla opóźnień w realizacji usług serwisowych dla aparatu podstawę naliczenia kar umownych stanowiła wartość przedmiotu umowy objęta stawką 8% VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 4 lub zwłoki Wykonawcy w obowiązku wymiany podzespołu na nowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 150 zł) za każdy dzień zwłoki;*
- 2) za każde zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie;*
- 3) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 150 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem zwłoki w realizacji usług serwisowych dla aparatu, w którym to przypadku podstawą do obliczenia kary umownej jest wartość przedmiotu umowy objęta stawką podatku VAT w wysokości 8%;*
- 4) zawinionego braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 500 zł), której brak realizacji dotyczy;*
- 5) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 6 ust. 11 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 150 zł), za każdy dzień zwłoki;*
- 6) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie).”*

Pytanie 8:

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie adaptacji pomieszczenia, które nie może rozpocząć się zanim:

- nie zostanie uzgodniona propozycja posadowienia aparatu,
- nie zostanie wykonany projekt osłon stałych, a następnie zaopiniowany/zatwierdzony przez SANEPID,
- nie zostanie wykonany projekt konstrukcji zawieszenia sufitowego,

Podkreślamy, że konieczne jest uzgodnienie z Zamawiającym propozycji posadowienia i dopiero na tej podstawie zlecenie producentowi przygotowania, w tym produkcji jednostki systemu o konkretnej konfiguracji elementów. Kolejnym etapem jest wykonanie projektu osłon stałych oraz zawieszenia sufitowego.

Aktualnie przewidywany okres dostępności systemu wynosi minimum 5 tygodni od momentu akceptacji projektu posadowienia.

Równoległe mogą być prowadzone prace adaptacyjne, które wg naszej najlepszej wiedzy potrwać około 3 tygodni (lecz nie mogą się one rozpocząć bez zatwierdzonych projektów posadowienia, osłon stałych i konstrukcji zawieszenia sufitowego).

Po dostarczeniu systemu do Zamawiającego prace instalacyjne, wdrożeniowe, szkolenia trwają około 3 tygodni. Pragniemy zwrócić uwagę, że zamówienie dotyczy cyfrowego aparatu rentgenowskiego z zawieszeniem sufitowym, zatem zakres prac do realizacji jest szeroki, a wymagany przez Zamawiającego 30-dniowy okres realizacji jest dużo krótszy niż praktykowany dla podobnych realizacji.

Z uwagi na powyższe argumenty obiektywnie nie jest możliwym zrealizowanie wymaganego przez Zamawiającego zakresu w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do co najmniej 8 tygodni.

Podkreślenia wymaga również, że określony przez zamawiającego termin realizacji winien umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego z należytą starannością - w naszej ocenie jest to co najmniej 8 tygodni. Jednocześnie ma to również uzasadnienie ekonomiczne, gdyż wykonawca szacując cenę oferty nie będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty kosztów wysokiego ryzyka naliczenia kar umownych, tym samym złożenia wygórowanej cenowo oferty, zatem Zamawiający dokona zakupu bez naruszania zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Wykonawca zrealizuje obowiązki będące przedmiotem umowy terminie **49 dni** od daty zawarcia niniejszej Umowy, przy czym do terminu tego nie wlicza się czasu trwania postępowania dotyczącego zatwierdzenia dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony radiologicznej, o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego będącego przedmiotem niniejszej Umowy przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii/zezwoleń do dnia uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji. Termin określony niniejszą Umową jest terminem, w którym powinien zostać dokonany odbiór przedmiotu umowy.”*

Pytanie 9:

Zamawiający wymaga „Wykonanie osłon stałych na ścianach, ściankach działowych, drzwiach, i istniejących oknach oraz na pozostałych elementach wymagających osłon stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczenie pomieszczenia RTG w osłony w razie ubytków w tynku barytowym i niezgodności ekwiwalentu zgodnie z projektem osłon stałych. Wykonanie nowego projektu osłon stałych.” Celem uniknięcia wątpliwości orosimy o doprecyzowanie, że jeśli zgodnie z projektem osłon nie będzie potrzeby ich modyfikacji, zrobienia dodatkowych osłon tj. aktualnie istniejące są wystarczające, to wykonawca nie będzie musiał dokonać wymiany/zrobienia osłon jako nowych..

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli nie będzie potrzeby modyfikacji, zrobienia dodatkowych osłon, tj. jeśli aktualnie istniejące są wystarczające, to wykonawca nie będzie musiał dokonać wymiany/zrobienia osłon jako nowych.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 01.06.2023 r.

Obowiązujący wzór złącznika nr 7 do SWZ „WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU CYFROWEGO APARATU RTG” – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji.

Pytanie 10:

W zakresie wymaganych na wszystkie okna rolet podgumowanych z doborem kolorystki i wzorem w uzgodnieniu z zamawiającym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające standardowe rolety zaciemniające, tj. że nie wymaga rolet z ochroną radiologiczną. Różnica w cenie jest znacząca, kilku tysięcy złotych, stąd wnosimy o potwierdzenie, że oczekiwaniem Zamawiającego są typu zaciemniające, standardowe podgumowane rolety do okien.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia rolet z ochroną radiologiczną. Zamawiający wymaga dostarczenia zaciemniających rolet podgumowanych.

Pytanie 11:

Zamawiający w sekcji VIII pkt 70 opisuje

70	Odległość detektor – blat statywu $\leq 4,5$ mm	Tak
----	---	-----

Prosimy o poprawienie błędu pisarskiego na ≤ 45 mm. W statywach płucznych nie ma możliwości uzyskania technologicznie wartości $\leq 4,5$ mm

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 01.06.2023 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje nagrywania z konsoli technika dostarczanego aparatu RTG obrazów DICOM na płytach CD lub DVD na robotach które są widoczne w sieci jako odbiorca plików DICOM (komputer sterujący robotem posiada klasę DICOM STORE SCP – umożliwiającą odbieranie plików DICOM poprzez sieć)

Prosimy o podanie nazwy i dostawcy oprogramowania sterującego robotem do nagrywania płyt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania oprogramowania posiadającego funkcję opisaną w pkt 133 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ), tj. komunikację z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS. Zamawiający wyjaśnia, że posiada oprogramowanie sterujące robotem - QStar DICOM Publisher v4, natomiast robot to Epson Discproducer PP-100N. Nagrywanie jest uruchamiane wprost z klienta PACS (Agfa Impax), a dane do nagrania pobierane są wprost archiwum PACS.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach integracji z systemami PACS / RIS / HISS Zamawiający oczekuje: odbierania listy roboczej na stacji technika aparatu rtg, wysyłania obrazów DICOM do archiwum PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje: odbierania listy roboczej na stacji technika aparatu RTG, wysyłania obrazów DICOM do archiwum PACS.

Pytanie 14:

Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że czas oczekiwania na ewentualne decyzje administracyjne instytucji niezależnych od wykonawcy, nie będzie wliczany w termin realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 projektu umowy do terminu realizacji przedmiotu umowy nie wlicza się czasu trwania postępowania:

- 1) *dotyczącego zatwierdzenia dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony radiologicznej,;*
- 2) *o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego będącego przedmiotem niniejszej Umowy przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii/zezwolenia do dnia uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji.*

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.