

CPV 33190000-8

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Separator osoczowy				kpl	2				

1. Separator osoczowy dedykowany do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza (zestawy jałowe, jednorazowego użytku do pobierania osocza kompatybilne z separatorem).

2. Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2020).

3. Posiada certyfikat CE.

4. Możliwość wykonania na separatorze pobranie osocza od dawcy osocza z pojedynczego wkłucia dożylnego.

5. Możliwość łatwego transportu separatora: **waga urządzenia do 30 kg dla urządzenia przenoszonego za pomocą dedykowanego uchwytu lub do 43 kg dla urządzenia przemieszczanego za pomocą zintegrowanych z separatorem kółek lub zintegrowanego wózka na kółkach.**

6. Możliwość pobrania 600ml osocza w czasie **nie dłuższym niż 60 minut.**

7. Kompaktowa konstrukcja urządzenia, elementy konstrukcyjne typu pompy, zaciski, waga, ekran zabezpieczone zintegrowaną z obudową urządzenia lub do niej przyłączoną osłoną zabezpieczającą przed uszkodzeniem tych elementów podczas transportu.

8. Prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania awarii urządzenia w trakcie instalacji zestawu jak i wykonywania procedury.

9. Zasilany prądem 230V/50Hz.

10. Do urządzenia dołączona karta protokołu pobierania osocza lub wbudowane oprogramowanie w języku polskim.

11. Wyświetlacz i panel sterowania przyjazne dla użytkownika.

12. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.

13. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

14. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

15. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.

16. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie;

17. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.

18. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.

19. Na czas naprawy przekraczającej 7 dni Wykonawca zapewnia bezpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym.

20. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym więcej niż 4 usterek, które nie powstały z winy Zamawiającego i wymagających unieruchomienia urządzenia każdorazowo na okres dłuższy niż 7 dni Wykonawca zapewni wolne od wad urządzenie fabrycznie nowe.

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia w języku polskim.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

Lp.	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku	ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk	87 621 02 14	1
2	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ - Terenowa Stacja w Krakowie	ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków	261-138-151 261-138-289	1