



ZAMAWIAJĄCY:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu**

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 05.09.2019r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przetarg nieograniczony nr 26/PN/2019

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. Dot. zapisów umowy §2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W związku z powyższym zmienia się zapis umowy §2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:*

3. „Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych - licząc od daty złożenia zamówienia e- mailem na adres..... lub faxem na nr w godzinach od 7.30 do 14.30.”

2. Dot. zapisów umowy §3 ust. 3

Prosimy o dopisanie, że w cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty (...) dostawy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: *Brak zgody - zgodnie z projektem umowy.*

3. Dot. zapisów umowy §4 ust. 5 oraz zapisów pkt. 4 Formularza ofertowego

Zamawiający zapisał, iż termin ważności nie może być krótszy niż 12 m-cy (dot. pakietu nr 6). Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 12 i 13 pakietu nr 6), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 12 i 13 w Pakiecie nr 6 z 5-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w związku z powyższym dokonuje zmiany projektu umowy w § 4 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:” Wykonawca zobowiązuje się dostarczać*

asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy z terminem ważności lub gwarancji na dzień dostawy nie krótszym niż 5 miesięcy od momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy pakietu nr 6)*- jeżeli dotyczy."

4. Dot. zapisów umowy §5 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisów §5 ust. 1 w taki sposób aby, wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Jednocześnie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Kara umowna zapisana w §5 ust. 1 a) nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Odpowiedź: Brak zgody - zgodnie z projektem umowy.

5. Dot. warunków ocenianych w pakiecie 6

Zamawiający w kryterium oceny ofert – jakość będzie oceniał między innymi: czytelne oznakowanie skali, łatwość manipulacji podczas użycia, szczelność sprzętu. Są to parametry subiektywne. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie, co tak naprawdę i w jaki sposób będzie oceniane (parametr – ilość punktów).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Dot. tabeli asortymentowo-cenowej pakiet nr 6 poz. 15

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe pipet do OB. zawiera 100szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym zmieniają się ilości w pakiecie 6 poz. 14,15.

7. Dot. tabeli asortymentowo-cenowej pakiet nr 6 poz. 18

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe próbek do pobierania krwi włóścikowej z palca zawiera 100szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym zmieniają się ilości w pakiecie 6 poz. 18.

8. Dot. pakietu 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu, z dwoma filtrami hydrofobowymi (w worku i komorze kolekcyjnej), ze skalą na komorze co 1ml od 3ml do 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Dot. pakietu 12, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje staz bezlateksowych dostępnych w minimum 2 kolorach?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje staz bezlateksowych dostępnych w minimum 2 kolorach.

10. Dot. pakietu 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem do 667 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak.

11. Dot. pakietu 13, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Dot. pakietu 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści żel do USG 0,5 l z korkiem typu push - pull?

Odpowiedź: Tak.

13. Dot. pakietu 13, pozycje 15 - 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę spodni / spódnic za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

14. Dot. pakietu 13, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

15. Dot. pakietu 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne jałowe w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

76. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku –gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji i mycia ciała osób, które wymagają szczególnej opieki i uwagi – osoby hospitalizowane, przewlekle chore i leżące . Myjka dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Gramatura myjki 100g/m, rozmiar 12 x 20 cm, opakowanie jednostkowe 24 sztuki? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić 208 czy 209 opakowań a'24?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

77. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmniejszenie kar umownych w punkcie 1a i 1b z wysokości 3% do 0,5%. Obecny zapis jest rażąco wygórowany.

Odpowiedź: *Brak zgody – dotyczy niezrealizowanej części zamówienia.*

78. Dotyczy: pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 11, pozycja 2 na:

„Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego CT Motion Urlich. Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu, zawiera ftalany”?
Pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ftalany są dopuszczone na rynku polskim. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie większej ilości firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku w/w ograniczenia które może wskazywać na dopuszczenie do postępowania tylko jednego wykonawcy.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego jednostki szpitalne stosują zaproponowane przez nas zapisy.

Ponadto zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków pieniężnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

79. Dotyczy zad. 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki było oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki oraz aby widniała na nim informacja o braku ftalanów?

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

80. Dotyczy zad. 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: *Tak.*

81. Dotyczy zad. 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „strzykawka perfuzyjna”? Czy ma to być standardowa strzykawka do pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: *Tak.*

82. Dotyczy zad. 1 poz. 22,23

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co umożliwi łatwą identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu w razie jakichkolwiek komplikacji.

Odpowiedź: *Nie wymagamy.*

83. Dotyczy zad. 1 poz. 22,23

Czy Zamawiający wymaga przyrządów pozbawionych ftalanów z informacją o ich braku na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu?

Odpowiedź: *Nie wymagamy informacji na pojedynczym opakowaniu.*

84. Dotyczy zad. 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr ostrza?

Odpowiedź: *Nie wymagamy.*

85. Dotyczy zad. 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej?

Odpowiedź: *Nie.*

86. Dotyczy zad. 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane w opakowania foliowe?

Odpowiedź: *Tak.*

87. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, punkt 7.

Prosimy Zamawiającego o zmianę punktu 7. na: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wykazem i podpisaną umową, zostanie on zwrócony przez Zamawiającego:

- pocztą kurierską na nasz koszt
- odbierzemy towar własnym transportem na swój koszt*.”

Prosimy o odstąpienie od wymogu podania nazwy poczty kurierskiej oraz numeru kontaktowego. Przez rok trwania umowy możemy zakończyć współpracę z obecną firmą kurierską.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, punkt 7. W związku z powyższym Formularz ofertowy, punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:*

„7. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wykazem i podpisaną umową, zostanie on zwrócony przez Zamawiającego:

- pocztą kurierską na nasz koszt*
- odbierzemy towar własnym transportem na swój koszt*.*

**/ niepotrzebne skreślić”*

88. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po max. 100 szt.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

89. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,6x 32 mm.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

90. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,7 x 32 mm.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

91. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,9 x 40 mm.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

92. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 1,1 x 50 mm.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

93. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 17 – 21

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły bezpieczne mają posiadać jednoelementową osłonkę w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym.

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

94. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kropłową o długości min. 5,5 cm, na dnie komory filtr zatrzymujący cząsteczki 15 mikronów.

Odpowiedź: *Dopuszczamy*

95. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania z jednocześnie elastyczną komorą kropłową, na dnie komory filtr zatrzymujący cząsteczki 15 mikronów, z drenem o długości min. 150 cm, zacisk rolkowy, bez loga producenta, bez zawartości DEHP, wersja bursztynowa do leków światłoczułych

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

96. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29

Prosimy o sprecyzowanie czy perforacja ułatwiająca chwytność koreczka ma być na całej długości części chwytnej koreczka?

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

53. Dotyczy: Zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź: *Tak.*

54. Dotyczy: pakiet nr 8 poz. Nr 2

Prosimy o dopuszczenie złożenia alternatywnie próbki w rozmiarze 20Gx100mm typ „Z” – ocena jakości będzie jak najbardziej zachowana wg. SIWZ ? lub też alternatywnie 18Gx100 mm typ „X” ?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

55. Dotyczy pakietu 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert strzykawki 50ml z jednostronną skalą pomiarową - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

56. Dotyczy pakietu 1 poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny być skalowane, zgodnie z wymogiem siwz co 1ml, na całej długości wyskalowania.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

57. Dotyczy pakietu 1 poz. 10-15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny być polerowane ultradźwiękami oraz pokryte odmierzoną warstwą silikonu na całej swej długości, co zapewnia najwyższy stopień atraumatyczności w stosunku do tkanek.

Odpowiedź: *Dopuszczamy nie wymagamy.*

58. Dotyczy pakietu 1 poz. poz. 17

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 21G (0,813 x 38mm) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

59. Dotyczy pakietu 1 poz. poz. 18

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 18G (1,27 x 38mm) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

60. Dotyczy pakietu 1 poz. poz. 19

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 19G (0,508 x 25mm) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

61. Dotyczy pakietu 1 poz.20

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 23G (0,635 x 25mm) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

62. Dotyczy pakietu 1 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 22G (0,711 x 38mm) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

63. Dotyczy pakietu 1 poz. 32

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka w opisie warunków bezwzględnych odnoszących się do długości oferowanego łącznika i Zamawiający dopuści do składania ofert na łączniki nie dłuższe niż 3cm /ok. 2,5cm/ - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odpowiedź: *Wymagamy łączniki nie dłuższe niż 3 cm.*

64. Dotyczy pakietu 7 poz. 1-6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert cewniki Foley'a, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, w podwójne opakowanie foliowe światowego lidera w produkcji tego typu cewników.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

65. Dotyczy pakietu 7 poz. 1-6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg zaoferowania cewników z balonem o pojemności określonej przez producenta jako 10ml (przy opisie siwz 5-10ml), spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: *Tak. Dopuszczamy.*

66. Dotyczy pakietu 7 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert worki do godzinowej zbiórki moczu o dokładności skali w komorze pomiarowej co 1ml do 40ml, co 5ml do min. 100ml, co 10ml do min. 120ml i co 20ml do min. 500ml, oraz co min 100ml w worku zbiorczym - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

67. Dotyczy pakietu 8 poz. 1-3, pakietu 9 poz. 1-3

W związku z ogłoszeniem rzeczzonego przetargu prosimy o zwolnienie naszej Firmy z obowiązku dostarczenia próbek we wskazanym zakresie.

Uzasadnienie: Firma nasza od kilku lat dostarcza wskazane wyroby do Państwa Szpitala i są one Państwu doskonale znane, co pozwoliło Państwu w wystarczający sposób ocenić jakość oferowanego przez naszą Firmę asortymentu.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zwolnienie Państwa Firmy z obowiązku dostarczenia próbek we wskazanym zakresie.*

68. Dotyczy pakietu 8 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji. Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

69. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 poz. od 1 do 16, 22-23, 25-30, 32, 33-36, 41 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: *Nie.*

70. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę powszechnie stosowanej strzykawki Margomed, stosowanej do pomp infuzyjnych, posiadającej nacięcie tłoka z czterech stron, gwarantujące stabilne zamocowanie w ramieniu pompy?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

71. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 25-28 dopuści wycenę kaniul wykonanych z poliuretanu; z filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki; z obracającym się względem portu bocznego, samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, bez konieczności dokręcania; o przepływie odpowiednio:

G22-36ml/min., G20-61ml/min., G18- 100ml/min., G17- 142ml/min.?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

72. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 29, 41 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Tak.*

73. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 33-36 dopuści wycenę kaniul wykonanych z poliuretanu, o przepływie odpowiednio:

G22-36ml/min., G20-61ml/min., G18- 100ml/min., G17- 142ml/min.?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

74. Dotyczy pakietu 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 32 dopuści wycenę łącznika o objętości wypełnienia 0,085ml; przepływie 312ml/min., długości 2,5cm?

Odpowiedź: *Tak.*

75. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1 – 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie produktu w opakowaniu o pojemności 6 ml?

z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

33. Dotyczy pakietu 5, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

34. Dotyczy pakietu 7, poz. 7

Czy zamawiający wydzielił poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: *Nie, zgodnie z SIWZ.*

35. Dotyczy pakietu 7, poz. 7

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

36. Dotyczy pakiet 7, poz. 7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

37. Dotyczy pakietu 7, poz. 7

Czy zamawiający dopuszcza worki bez haczyka do zawieszania, a dopuści worki posiadające otwory w celu umieszczenia wieszaka?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

38. Dotyczy pakietu 7, poz. 7

Czy zamawiający dopuści wycenę za wieszaki w osobnej pozycji i poda ilość potrzebną do wyceny, gdyż oferowane worki nie posiadają w komplecie haczyków do zawieszenia przy łóżku?

Odpowiedź: *Nie.*

39. Dotyczy pakietu 13, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

40. Dotyczy pakietu 13, poz. 5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

41. Dotyczy pakietu 13, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane zbiorczo po 100 szt.?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

42. Dotyczy pakietu 13, poz. 6

Czy zamawiający oczekuje atraumatycznej końcówki z dwoma otworami bocznymi?

Odpowiedź: *Tak.*

43. Dotyczy pakietu 13, poz. 8

Czy zamawiający oczekuje wyrobu niemedycznego?

Odpowiedź: *Tak.*

44. Dotyczy pakietu 13, poz. 13-14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

45. Dotyczy pakietu 13, poz. 16

Czy zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

46. Dotyczy pakietu 13, poz. spodenki do kolonoskopii, spódnica jednorazowa

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

47. Dotyczy pakietu 17, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

48. Dotyczy pakietu nr 8 poz. Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 i utworzy osobne zadanie co przełoży się na otrzymanie możliwie więcej ofert cenowych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

49. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną typu „X” – z **podwójnym haczykiem**, rozm. 18Gx100 mm lub też 20Gx100 mm ? zgodnie z rysunkiem poniżej - ryc.1 lub typ „V” w rozmiarze 18Gx100 mm Ryc.1.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

50. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2

Czy zamawiający dopuści Igła lokalizacyjną typu „Z” – z podwójnym haczykiem w rozmiarze 20G x 100 – 120 mm ?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

51. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną typ „V” ze specjalną opatentowaną konstrukcją igły „Cornerstone”

Konstrukcja reflektorów “Cornerstone” sprawia optymalne właściwości refleksji promieni USG, zarówno podczas niewielkiego jak i znaczącego kąta pod jakim kaniula zostaje wprowadzona do organizmu.?

Rozmiar 20G x100 mm lub 120 mm ?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52. Dotyczy: pakiet nr 16

Prosimy o podanie rozmiaru igły tj. wskaźnik w Gauge oraz długości igły ?

Czy w opisie parametrów nie wkradła się omyłka pisarska tj. „igła ma posiadać możliwość doboru głębokości wkłucia po wystrzale”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 14-16Gx200mm+/-5 mm. W opisie przedmiotu wdarła się omyłka pisarska. Powinno być: igła ma posiadać możliwość doboru głębokości wkłucia.

Odpowiedź: *Tak.*

16. W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o prosimy o zwolnienie naszej firmy z obowiązku dostarczenia próbek w zakresie Pakietu nr 6 – zamknięty system do pobierania krwi.

Uzasadnienie: firma nasza od kilku lat dostarcza w/w system zamknięty do Waszej jednostki i jest on Państwu doskonale znany co pozwoliło Państwu w wystarczający sposób ocenić jakość oferowanego przez naszą firmę systemu.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zwolnienie Państwa Firmy z obowiązku dostarczenia próbek we wskazanym zakresie.*

17. Dotyczy: pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 11 pozycji 2, tj:

„Wążek pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego CT Motion Ulrich. Sterylny wążek pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający dopuści składanie ofert w pakiecie 11 odrębnie na poszczególne pozycje?

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego jednostki szpitalne stosują zapisy rozdzielające w/w wspomniane wyroby medyczne. Zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków pieniężnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

18. Dot. pakietu nr 6

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 6 – pozycji 18:

Probówki do pobierania krwi włósniczkowej z palca poj. 200 mikrolitrów do pozyskiwania surowicy

W przypadku zapotrzebowania na większość ilość krwi aniżeli 200 mikrolitrów można wykorzystać tę samą probówkę do pobrania dodatkowej ilości krwi.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

19. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, § 5 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: *Brak zgody – Zgodnie z Projektem umowy.*

20. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, § 3, ust. 7

Prosimy Zamawiającego o określenie formatu plików oraz o podanie adresu e-mail na który należy przysyłać faktury.

Odpowiedź: *Plik pdf, adres email: sekretariat@onkologia.opole.pl*

21. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa, pakiet 11, pozycja 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion oraz że nie spowodują usterek w jego działaniu ani nie będą powodem uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź: *Urządzenie CT motion objęte jest gwarancją producenta, w związku z czym wymagamy pełnej kompatybilności. W przypadku, gdy z powodu braku kompatybilności- co zostanie potwierdzone przez autoryzowany serwis- nastąpi usterka w działaniu urządzenia Wykonawca poniesie koszty naprawy.*

22. Dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający ma na myśli nożyk do testów alergologicznych?

Odpowiedź: *Nie.*

23. Dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający ma na myśli lancet automatyczny czy nożyk ze stali chirurgicznej?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga nożyków ze chirurgicznej lub węglowej.*

24. Dotyczy pakietu 1, poz. 5.7,22-23,29,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5.7,22-23,29 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: *Nie, zgodnie z SIWZ.*

25. Dotyczy pakietu 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock, jednostronna, czytelna skala pomiarowa co 2 ml- w kontrastowym kolorze, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, długość całkowita strzykawki 15,3 cm, natomiast w stanie rozłożonym 25 cm, kompatybilna z pompami ASCOR?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

26. Dotyczy pakietu 1, poz. 7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

27. Pakiet 1, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, opakowanie z elementami kolorystycznymi - niebieskie?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

28. Dotyczy pakietu 1, poz. 23

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie z elementami kolorystycznymi -czerwone?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

29. Dotyczy pakietu 1, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

30. Dotyczy pakietu 1, poz. 29

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

31. Dotyczy pakietu 4, poz. 7-9

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: *Nie, zgodnie z SIWZ.*

32. Dotyczy pakietu 5, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku

97. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29 Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „pakowane w sposób zapobiegający przypadkowej kontaminacji” Zamawiający rozumie koreczki pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 lub 100szt?

Odpowiedź: *Nie wymagamy pakowanych pojedynczo.*

98. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29

Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

Odpowiedź: *Nie wymagamy.*

99. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezigłowej zastawki dostępu dożylnego, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi, o przepływie min. 165 ml/min, z bezbarwną, jednoelementową, silikonową, przezroczystą membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), objętość wypełnienia maks. 0,04 ml, długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm, z możliwością podłączenia u pacjenta przez 600 aktywacji lub 7 dni, na opakowaniu indywidualnym brak opisu w języku polskim.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

100. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

101. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przezroczystego łącznika, który pozwala na wzrokową weryfikację procesu przepłukania.

Odpowiedź: *Nie wymagamy.*

102. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik powinien charakteryzować się minimalną przestrzenią martwą tj. maksymalnie 0,04 ml ?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

103. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępo ściętej, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2mm) długość 40 i 50 mm - do wyboru Zamawiającego), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 1, sterylizowane tlenkiem etylenu , sterylne, op. a 100 szt.

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

104. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu z medycznego PCV.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

105. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu długości 30 cm.

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

106. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 do 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki powinny posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku?

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

107. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 7

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik do podawania tlenu ma posiadać dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę?

Odpowiedź: *Dopuszczamy, nie wymagamy.*

108. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8 do 9

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy maski tlenowe mają posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Odpowiedź: *Maski tlenowe mają posiadać łącznik uniwersalny.*

109. Dotyczy zadania 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu znieczulającego o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, nie zawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

110. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odpowiedź: *Tak.*

111. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: *Nie wymagamy.*

112. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr ma być przeznaczony dla dzieci czy dla dorosłych ?

Odpowiedź: *Filtr ma być przeznaczony dla osoby dorosłej.*

113. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

114. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP ?

Odpowiedź: *Tak.*

115. Dotyczy Zadania 9 w poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w poz 2 dopuści cewnik o średnicy 4,8Ch zamiast 5Ch – z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

116. Dotyczy Zadania 9 w poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w poz 3 dopuści cewnik o długości 90cm zamiast 70cm - z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź: *Dopuszczamy.*

Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w przetargu zostaje przesunięty na 11.09.2019r.

Składanie ofert- do godziny 10:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:00.

Sporządziła:

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Beata Kopeć

Zatwierdził:

[Podpis]
DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Marcel Salszewski