



Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Tel: (32) 370-43-07
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/99/TP2/2024

Zabrze, 22.11.2024r.

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

„DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE WIEŻY ARTROSKOPOWEJ”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Pytanie nr 1 dot. załącznik nr 4 do SWZ

W związku z tym, że w załączniku nr 4 nie została wskazana ilość sztuk składowych wieży artroskopowej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga:

- 3 sztuki: OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, TROKAREM I KASETĄ DO STERYLIZACJI
- 3 sztuki: ŚWIATŁOWODY
- 3 sztuki: RĘKOJEŚĆ SHAVERA

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2 dot. §6 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą propozycję zmiany zapisu umownego

„Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek i wad w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii na piśmie emailem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – w terminie do 30 dni”

Jeżeli Zamawiający wyrazi taką potrzebę, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowane urządzenie na czas trwania naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe – Patrz Modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 3 dot. §6 ust. 6 wzoru umowy

Prosimy o usunięcie z treści umowy w/w paragrafu. Zapis o tym, że każda awaria powodować będzie przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określony w umowie, może doprowadzić do sytuacji, kiedy Wykonawca będzie musiał udzielić Zamawiającemu gwarancji na czas nieokreślony. Wykonawca wskazuje w ofercie czas, w którym zobowiązuje się do wszelkich napraw w ramach udzielonej gwarancji oraz zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4 dot. §7 ust. 2a oraz 2c wzoru umowy

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy oraz za niewykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów, z uwagi na to, że kara w wysokości 1000,00 zł brutto jest bardzo wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Pytanie nr 5 dot. przedmiotowych środków dowodowych pkt 10.1.5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wykaz w formie oświadczenia Wykonawcy, w którym wskaże adresy znajdującego się na terenie RP autoryzowanego serwisu producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski