

Znak: ZOZ.V.010/DZP/95/20

Sucha Beskidzka dnia 09.11.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę kombinezonów i masek FFP3.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1 – pakiet nr. 2

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie w zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i pacjenta (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 – pakiet nr. 2

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegą zakażeniom krzyżowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 – pakiet nr. 2

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 – pakiet nr. 2

Sugerując się uwagami ekspertów w dziedzinie terapii zakażeń m. in. dr n. med. Pawła Grzesiowskiego odradzającymi używanie w czasie epidemii w środowisku medycznym masek z zaworem oddechowym, jako masek stanowiących tylko środek ochrony osobistej, nie chroniący pacjenta oraz otoczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów SIWZ dopuszczających możliwość złożenia oferty z maską FFP3 z zaworem oddechowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno-eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Marieta Kuboniak

Wzrostnik
Działu Zarządzania
mgr Sabina Steczek