

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
DZP.382.3.7.2024

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
NR DZP.382.3.7.2024

dotyczy: postępowania prowadzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zamówienie z dziedziny nauki), p.n.: „Dostawa wirówki” nr sprawy: DZP.382.3.7.2024

Wyjaśnienia treści ogłoszenia

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Dotyczy zał. nr 2- Opis przedmiotu zamówienia, „Dostawa wirówki” Pkt. 1.1) dot. Adaptery
Czy Zamawiający wymaga aby wirówka była wyposażona w rotor do adapterów: „pozwalających wirować próbówki PCR o pojemności 0,2 mL w standardowym rotorze na próbówki o poj. 1,5/2,0mL: min. 6 sztuk w opakowaniu” ?

Odpowiedź: Tak.

Członek Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej