

Konin, 09.03.2022 r.

WSZ-EP-49/2021/340/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-49/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Dotyczy: Pakiet 2 – Infuzyjna pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania we wszystkich grupach wiekowych w celu podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów dożylnie, dotętnicowo, podskórnym, zewnątrzoponowo i dojelitowo (wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) - 5 szt.**

**Treść pytania nr 1:**

Pakiet nr 2 **Infuzyjna pompa strzykawkowa** punkt 2 parametrów technicznych. Proszę o dopuszczenie pompy z dokładnością mechaniczną +/-0,5% jeżeli także dokładność zgodnie z normą 60601-2-24 wynosi +/-2%.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający rezygnuje z określania wymagań dotyczących dokładności mechanicznej urządzenia. W związku z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych pkt 2 o treści: „*Dokładność mechaniczna <<±0,1%.*” Zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.