

Konin, 11.12.2020.r.

WSZ-EP-54/1565/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-54/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy pakiet 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz cewników 3-kanałowych czasowych, wykonanych ze sztywnego poliuretanu, w rozmiarach: 12F/16,12,12Ga i długości do wyboru: 16,20,25cm, o przekroju:



W zestawie z cewnikiem znajdują się: prowadnica 0,035"ze znacznikami długości i w plastikowej osłonie umożliwiającej wprowadzenie, igła Seldingera 18G/6,35cm, dodatkowa igła punkcyjna 18G/6,35cm w miękkiej kaniuli 20G, strzykawka z otworem w tłoku 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, skalpel bezpieczny nr 11, obłożenie chirurgiczne, rozszerzadło.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.