



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

13 B  
Wrocław, 12.08.2020r

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.43.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 28** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 retraktory tęczówkowe wykonane z niebieskiego PMMA pakowane po 5 szt.? Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 28:** Zamawiający dopuszcza „retraktory tęczówkowe wykonane z niebieskiego PMMA(...) pozostałe wymagania bez zmian”, jednocześnie modyfikuje i nadaje nowe brzmienie w kolumnie „Ilość w zestawie”:

Nazwa pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilości w zestawie/op	Jedn. miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
Pakiet nr 1 - Materiały medyczne CPV 33140000-3	1	Retraktory tęczówkowe wykonane z niebieskiego polipropylenu, który zmniejsza urazy źrenicy, posiada regulowany ogranicznik silikonowy, który zapewnia doskonałą przyczepność i umożliwia regulację wielkości źrenicy	<u>op = 5szt</u>	op.			35			
<b>Razem pakiet 1</b>										

**Pytanie nr 29** - Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 5 ma na myśli angulację soczewki 8°?

**Odpowiedź na pytanie nr 29:** Zamawiający poprawia omyłkę pisarską na 8° : (...)

5	<p>Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa z injektorem jednorazowym: -akrylowa, hydrofilna, asferyczna - zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D co 0,5D; -stała A = 118,0; - <b>angulacja 8°</b> - współczynnik refrakcji 1,46 -średnica optyczna 6,0 mm (od +10,0D do +24,5D), 5,70mm (od +25,0D do +30,0D); -średnica całkowita 11,0mm (od +10,0D do +14,5D), 10,75mm (od 15,0mm do +24,5D), 10,5mm (od +25,0D do +30,0D); - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja injektorem jednorazowym na ciecie 1,8mm, 2,0mm</p>	szt.
---	--	------

(...)



**Pytanie nr 30** - Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 3 dopuści światłowody 27G pakowane po 6 szt.?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający modyfikuje i nadaje owe brzmienie (...):**

3	Światłowód 27G żyrandolowy pojedynczy wraz z ostrą kaniulą ułatwiającą umieszczenie w twardówce <b>(6 szt w opakowaniu)</b>	op.
---	---	-----

(...)

**Pytanie nr 31- Dotyczy pakietu nr 1** -Czy Zamawiający dopuści również retraktory tęczówkowe o parametrach wymienionych poniżej:

*Retraktory jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z niebieskiego polipropylenu . Retraktor z silikonowym transparentnym, bezbarwnym stoperem, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?*

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32- Dotyczy pakietu nr 3**-Czy Zamawiający dopuści również olej silikonowy o parametrach wymienionych poniżej:

*Olej silikonowy znajdujący się w gotowych do użycia szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml, Lepkość 5000 mPas, indeks refrakcji 1,40, gęstość względna 0,972g/cm w 25 °C ?*

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 33– Dotyczy pakietu nr 6 Pozycja 2-** Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wydzielanie z Pakietu 6 pozycji nr 2 co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 34 - Dotyczy pakietu nr 8 Pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:

*Hialuronian sodu stężenie 1,4% pojemność ampułko-strzykawki 1 ml. Lepkość 400 000 mPas, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da uzyskiwany metodą biofermentacji bakteryjnej, osmolarność 270-400 mOs/kg?*

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 35 - Dotyczy pakietu nr 8 Pozycja 3-** Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyki o parametrach wymienionych poniżej:

*Preparat wiskoelastyczny 1,4% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 14mg/ml, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da, Lepkość 400 000 mPas, pH: 6.8-7.6, osmolarność 270-400 mOs/kg, Objętość 1 ml kaniula 27G?*

*Preparat wiskoelastyczny 1,6% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 16mg/ml, masa cząsteczkowa 1,2 – 2 mln Da, Lepkość 80 000 mPas, pH: 6.8-7.4, osmolarność 270-400 mOs/kg, Objętość 1 ml kaniula 27G?*

*Preparat wiskoelastyczny 1,8% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 18mg/ml, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da, Lepkość 600 000 mPas, pH: 6.8-7.6, osmolarność 270-400 mOs/kg, Objętość 1 ml kaniula 27G?*

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 36 - Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 4-**Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 37 – Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 5-** Czy Zamawiający dopuści również barwnik o parametrach wymienionych poniżej:

*Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% - rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego. Stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej pH 6.8 – 8.0, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, sterylne.*

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**



**Pytanie nr 38 – Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 6-** Czy Zamawiający dopuści również dekalinę o parametrach wymienionych poniżej:

*Dekalina: Lepkość 0,8 mPas w temp. 25°, gęstość 1,93 g/cm sześcienny ( w temp. 25°), współczynnik refrakcji 1,31 ( w temp. 20°) fiolka o pojemności 7 ml?*

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 39 – Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 7-** Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 8 pozycji nr 7 co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 40 – Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 8-** Czy Zamawiający dopuści również olej o parametrach wymienionych poniżej:

*Olej silikonowy stosowany do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml, lepkość (25 st. C) 1000 mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 ?*

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 41– Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 9-** Czy Zamawiający dopuści również olej o parametrach wymienionych poniżej:

*Olej silikonowy stosowany do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie operacji witrektomii, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml. Lepkość (25 st. C) 5000 mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 ?*

**Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 42 – Dotyczy pakietu nr 8 Pozycji 11-** Czy zamawiający dopuści błękit trypanu pakowany po 10 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 43 –dotyczy pakiet nr 12, poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 2% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, pH 6,8-7,4, pojemność amułkostrzykawkki 1ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 43: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44 – dotyczy pakiet nr 12, poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści kaniulę 27G?

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

z upoważnienia  
K. M. E. N. D. A. N.  
4. WOJSKI SZPITALA KLIENKOWEGO Z POLIKLINIKĄ  
w Warszawie  
.....mgr. Diab. T. P. A. K.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)