



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

75 738 00 00
sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZDZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 16.09.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 33/PN/2025

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 1320 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy zadania 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości 230 cm w opakowaniu po 10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza klipsownicy o długości 230 cm w opakowaniu po 10 szt.

2) Dotyczy zadania 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do skleroterapii długości 230 cm, w opakowaniu po 10 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza igły do skleroterapii długości 230 cm, w opakowaniu po 10 szt.

3) Dotyczy zadania 19

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakich uchwytów oczekuje? Czy nie nastąpiła pomyłka, uchwyt ma być wyposażony w złącze 5-pinowe czy 6-pinowe? Uchwyt ma być przystosowany do

systemu rozpoznawania narzędzi aparatu, dlatego proszę o informacje z jakim aparatem ma być on kompatybilny. Proszę o dopuszczenie uchwytów 6 pin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wtyk 6-PIN. Uchwyt ma być kompatybilny z aparatem Electrosurgical uni ATOM REF 100-620.

DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk